



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad al Convenio de colaboración firmado por el **INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES** en su carácter de Organismo Público Descentralizado y la Secretaría de Administración se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 511/2025** referente a la **ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF, requerido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses** mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **49-034-2025**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **25 de agosto de 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**LA LEY**").

2. El **01 de septiembre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "**LA LEY**" y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante ("**EL REGLAMENTO**").

3. El **05 de septiembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de "**LA LEY**".

4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Organismo Interno de Control de la Secretaría de Administración

5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(05) cinco licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "**LA LEY**"; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.**
- **INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V.**
- **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.**
- **MUN LAB FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**
- **PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V.**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "A UN SOLO PROVEEDOR", utilizando el método de evaluación BINARIO, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Table with 2 columns: Cumplimiento and Nombre del Proveedor. It lists suppliers like INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V. and HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V. with details on their compliance with legal requirements.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the table.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

	mediana o grande, se limita a testar con la leyenda de no aplica.
--	---

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**, declarándose insolvente documentalmente al proveedor **HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, por lo que su propuesta se desecha.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de la Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 1 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **IJCF/CTOIH/115/2025** validado por **Irma Guadalupe de la Peña Jimenez**, en su carácter de **Coordinadora Técnica Operativa de Identificación Humana**, del **Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses**, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none"> • PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I DE C.V.
NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
<ul style="list-style-type: none"> • INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V. <ul style="list-style-type: none"> - No especifica que sea un equipo portátil. El equipo que ofertan es para una sala de rayos x fija. -No presenta manuales • ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V. <ul style="list-style-type: none"> - En matriz de pixeles es menor a lo requerido. -Matriz de pixeles efectiva es menor a lo requerido. -Distancia entre pixeles es mayor la distancia entre pixeles y afecta la calidad de la imagen. -Peso de flat panel es mayor a lo requerido. -Resolución lp / mm, es menor a lo requerido.

[Handwritten signatures in blue ink]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

-Rango de KV no están dentro de lo requerido.

- **MUN LAB FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**

-Discrepancia entre la propuesta técnica y la ficha técnica del equipo, ya que las especificaciones e ilustraciones presentadas no corresponden al equipo descrito. En su descripción de la propuesta técnica describen un portátil digital de columna rotatoria, y en las ilustraciones se muestra un tubo de rayos x con un soporte móvil como accesorio que no cumple con las necesidades del área

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V. CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolo solvente técnicamente, contrario a los proveedores **INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V., ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V** y **MUN LAB FARMACEUTICA S.A. DE C.V.** quienes **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas, razón por la cual sus propuestas se desechan al ser insolventes técnicamente.

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por el licitante **PRODUCTOS E INSUMOS QUIMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V.**, representado en el **ANEXO 3** del presente fallo, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente, al cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación al precio promedio determinado en el estudio de mercado del presente proceso licitatorio.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo y 67 numeral 1 fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, resuelve adjudicar la Licitación Pública Local **LPL 511/2025** para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF** al proveedor denominado **PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V.**, al ser la propuesta que resultó favorecida según el criterio de evaluación **BINARIO** por la cantidad de **\$3,949,800.00 (Tres millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N) IVA incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

PARTIDA	Cantidad	U.M.	Descripción
1	3	EQUIPOS	<p>RX MARCA AGFA MODELO 100E DIGITAL</p> <p>Equipo de rayos X digital de tamaño compacto y manejo flexible, el DR100e (DIGITAL) ofrece una solución de rayos X rentable, de alta calidad en clínicas y hospitales. (Datasheet DR100e)</p> <p>Con compacto y rodable DR 100e, cada hospital Unidad con columna giratoria (Datasheet DR100e)</p> <p>Generador de rayos X: 32 kW de potencia máxima</p> <p>Generador de alta frecuencia (40 kHz)</p> <p>Rango de kV: 40 kV a 125 kV (intervalo de 1 kV)</p> <p>Rango de mA: 50-400</p> <p>Rango de mAs: 0,1 – 220 (pasos de 12,5%)</p> <p>Fuente de alimentación: 115 V CA ± 10%, 50/60 Hz selección automática (Datasheet DR100e)</p> <p>Una estación de trabajo NX con una pantalla táctil más grande de 19" está integrada en el DR 100e (DATASHEET) FLAT PANEL MARCA AGFA MODELO DURA LINE</p> <p>Panel detector plano con campo de visión de 17 x 17 pulgadas.</p> <p>Matriz activa: 3362 x 3362 pixels</p> <p>Área efectiva: 426,72 x 426,72 mm</p> <p>Matriz efectiva: 3280 x 3280 pixels</p> <p>Rango de energía: 40-150 Kvp</p> <p>Escala de grises: 16 bits</p> <p>Distancia entre píxeles: 120 µm</p> <p>Resolución espacial: Min. 4,0 lp/mm</p> <p>Tipo de centellador de rayos X: Csl (yoduro de cesio)</p> <p>Sistema de cableado: Gigabit Ethernet</p> <p>Dimensiones (alto x ancho x fondo): 460,0 x 460,0 x 15,0 mm</p>

(Handwritten signatures in blue ink)



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

			<p>Peso: Modelo XD 17: Un pack de baterías: 3,45 kg 1 pack de baterías: 7.5 horas (adquisición de imágenes cada 100 segundos), 8 horas (en espera) Base de carga para dos detectores: Protección para derrame de líquidos Grado de protección IPX: IP67 Límite de carga: • En superficie: 400 kg • En un punto: 200 kg</p> <p>Estacion de Trabajo Tablet Móvil, marca HP MODELO ENGAGE GO HP (Tablet para la movilidad del detector Engage Go 13,5 está diseñado para el despliegue a largo plazo en la venta minorista general, hostelería y otros mercados.</p>
--	--	--	---

Segundo. Se manifiesta que el precio total del servicio adjudicado cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de "LA LEY", al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la "LA LEY", el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, directamente con la dependencia Requirente, es decir en las oficinas del **INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES.**

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8. de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato. en las oficinas del **INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES.**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **09 de octubre del 2025**.

ELABORÓ: Octavio Missael Ramos Cumplido

ANGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ABATECIMENTOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

JAVIER DE OYARZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

OMAR ESPINOZA TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE
CIENCIAS FORENSES.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V.	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA SI ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA INCOMPLETO	PRESENTA	PRESENTA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE

[Handwritten signature]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
----	---	---------------------	---------------------	---------------------

NO.	DOCUMENTOS	MUN LAB FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I.DE C.V.
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA SI ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

11	ANEXO 11. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA
14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA VIGENTE CON DOMICILIO FISCAL EN OTRA CIUDAD	PRESENTA VIGENTE
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA VIGENTE	PRESENTA VIGENTE

Resolutivo: Los Proveedores referidos son solventes documentalmente, salvo **HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.** quien no cumple documentalmente y por ende su propuesta se desecha.

Responsable: Octavio Missael Ramos Cumplido
Cargo: Coordinador Ejecutivo



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio IJCF/CTOIH/115/2025 validado por IRMA GUADALUPE DE LA PEÑA JIMENEZ, en su carácter de Coordinadora Técnica Operativa de Identificación Humana, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la Licitación Pública Local LPL 511/2025 en la cual se requiere la ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF, solicitado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

A


5.3 Especificaciones Técnicas Mínimas					
PARTIDA	ESPECIFICACIÓN	INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V.	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	MUN LAB FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V.
1	Equipo de Rayos X, portátil análogo de columna rotatoria de 32 KW de potencia Máxima, Generador de alta frecuencia (40 kHz) Rango de KV: DE 40 KV A 125 KV Rango de MA: DE 50 A 400 Rango de MAS: 110 A 220 110 VOLTIOS	<u>NO CUMPLE</u> ➤ No especifica que sea un equipo portátil. El equipo que ofertan es para una sala	<u>NO CUMPLE</u> ➤ En matriz de pixeles es menor a lo requerido. ➤ Matriz de pixeles efectiva es menor a lo requerido.	<u>NO CUMPLE</u> ➤ Discrepancia entre la propuesta técnica y la ficha técnica del equipo, ya que las especificaciones e ilustraciones presentadas no	<u>SI CUMPLE</u>

A

A



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

<p>Flat Panel (Detector de Rayos X) 17x17 pulgadas</p> <p>Matriz de píxeles: 3328 x 3328</p> <p>Centellador: Ioduro de cesio (CsI)</p> <p>Matriz de píxeles efectiva: 3268 x 3268 (matriz de píxeles garantizada)</p> <p>Área de píxeles (activa): 423 x 423 mm</p> <p>Distancia entre píxeles: 127 µm</p> <p>Conversión A/D: 14 bits</p> <p>Resolución: 3.9 lp / mm</p> <p>Rango de energía: 40 ~ 150 kVp</p> <p>Salida de datos: Ethernet 1 Gbps</p> <p>Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto) 460 x 460 x 15.5 mm</p> <p>Peso: 4.4 kg</p>	<p>de rayos x fija.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Distancia entre píxeles es mayor la distancia entre píxeles y afecta la calidad de la imagen. ➤ Peso de flat panel es mayor a lo requerido. ➤ Resolución lp / mm, es menor a lo requerido. ➤ Rango de KV no están dentro de lo requerido. 	<p>corresponden en al equipo descrito. En su descripción de la propuesta técnica describen un portátil digital de columna rotatoria, y en las ilustraciones se muestra un tubo de rayos x con un soporte móvil como accesorio que no cumple con las necesidades del área.</p>	
---	-------------------------	--	---	---



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

8. Entregables					
PARTIDA	ENTREGABLES	INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V.	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	MUN LAB FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I DE C.V.
1	Garantía por escrito por los años que oferte	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
2	Manuales del equipo y complementarios	<u>NO CUMPLE</u> No presenta manuales	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
3	Capacitación de los equipos	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>

Resolutivo 1 : Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que los licitantes **PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V. SI CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, contrario a los proveedores **INSUMOS MEDICOS DUDOWELLS S.A. DE C.V., ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V. y MUN LAB FARMACEUTICA S.A. DE C.V.** quienes **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas, razón por la cual sus propuestas se desechan al ser insolventes técnicamente



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del licitante solvente, documental y técnicamente.

Tabla 1. En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	U.M	DESCRIPCION	MARCA / MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	3	EQUIPOS	RX MARCA AGFA MODELO 100E DIGITAL Equipo de rayos X digital de tamaño compacto y manejo flexible, el DR100e (DIGITAL) ofrece una solución de rayos X rentable, de alta calidad en clínicas y hospitales. (Datasheet DR100e) Con compacto y rodable DR 100e, cada hospital Unidad con columna giratoria (Datasheet DR100e) Generador de	MARCA AGFA / MODELO DR 100e digital / Detector: Dura-line XD17	\$ 1,135,000.00	\$3,405,000.00

(Handwritten signatures in blue ink)



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

		<p>rayos X: 32 kW de potencia máxima Generador de alta frecuencia (40 kHz) Rango de kV: 40 kV a 125 kV (intervalo de 1 kV) Rango de mA: 50-400 Rango de mAs: 0,1 – 220 (pasos de 12,5%) Fuente de alimentación: 115 V CA ± 10%, 50/60 Hz selección automática (Datasheet DR100e) Una estación de trabajo NX con una pantalla táctil más grande de 19” está integrada en el DR 100e DATASHEET) FLAT PANEL MARCA AGFA MODELO DURA LINE Panel detector plano con campo de visión de 17 x 17 pulgadas. Matriz activa: 3362 x 3362 pixels Área efetiva:</p>				  
--	--	--	--	--	--	---



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

		<p>426,72 x 426,72 mm Matriz efectiva: 3280 x 3280 pixels Rango de energía: 40-150 Kvp Escala de grises: 16 bits Distancia entre píxeles: 120 µm Resolución espacial: Min. 4,0 lp/mm Tipo de centellador de rayos X: CsI (yoduro de cesio) Sistema de cableado: Gigabit Ethernet Dimensiones (alto x ancho x fondo): 460,0 x 460,0 x 15,0 mm Peso: Modelo XD 17: Un pack de baterías: 3,45 kg 1 pack de baterías: 7.5 horas (adquisición de imágenes cada 100 segundos), 8 horas (en espera) Base de carga para dos detectores: Protección para derrame de</p>			
--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures in blue ink]



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 511/2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL IJCF
Sin Concurrencia del Comité

			líquidos Grado de protección IPX: IP67 Límite de carga: • En superficie: 400 kg • En un punto: 200 kg Estacion de Trabajo Tablet Móvil, marca HP MODELO ENGAGE GO HP (Tablet para la movilidad del detector Engage Go 13,5 está diseñado para el despliegue a largo plazo en la venta minorista general, hostelería y otros mercados.		
			SUBTOTAL		\$3,405,000.00
			IVA		\$544,800.00
			TOTAL		\$3,949,800.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Resolutivo 1: La propuesta económica cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **PRODUCTOS E INSUMOS QUÍMICOS UNCTUOUS, S.A.P.I. DE C.V.**, resulta ser la única propuesta económica solvente, siendo la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

Responsable: Octavio Missael Ramos Cumplido.
Cargo: Coordinador Ejecutivo

[Handwritten signature in blue ink]
FIN DEL ANEXO 3