



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2º, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad al convenio de colaboración firmado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en su carácter de Organismo Público Descentralizado y la Secretaría de Administración, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Local LPL 514/2/2026** referente a la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO PARA EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”**, solicitado por el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF JALISCO**, mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **43-026-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **01 de septiembre de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).

2. El **04 de septiembre de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).

3. El **07 de septiembre de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.

4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la **Unidad Centralizada de Compras** y la representante del **Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración**.

5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**
- **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **A UN SOLO PROVEEDOR**, utilizando el método de evaluación **BINARIO**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

CUMPLIMIENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	- CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V. - GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1**; por lo que las propuestas de los licitantes **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.** y **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con los documentos solicitados en las presentes bases por lo que se declaran solventes.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto el artículos 66 numeral 1 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido el Dictamen Técnico contenido en el oficio número **DG/SGI/3695/2026** suscrito por **Karla Erika Zaragoza Meza** en su carácter de **Titular del Departamento de Centros de Atención y Desarrollo Integral a Grupos Prioritarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)**, mismo del que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

CUMPLEN TÉCNICAMENTE
- GRUPO HERVEL S.A. DE C.V. - CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

En relación con lo anterior, se manifiesta que los proveedores **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.** y **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.** **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas, solicitadas por el área requirente.

Evaluación Económica.- Con base en lo anteriormente redactado de la revisión y análisis de la propuesta económica presentada por los licitantes **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.** y **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**, se manifiesta que dichas propuestas son solventes económicamente al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY" en relación con el precio promedio establecido en el estudio de mercado., Aunado a lo anterior, se manifiesta que la propuesta del licitante denominado **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.** resulta ser la propuesta más baja, por lo que deberá ser adjudicada según el criterio de evaluación binario. Se hace la acotación que el desglose y análisis de los precios se encuentran contenidos en el Anexo número 3.

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables de "LA LEY", una vez analizada cada una de las etapas correspondientes la Dirección General

27



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, se resuelve adjudicar la **Licitación Pública Local LPL 514/2/2026** referente a la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”** al proveedor denominado **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.**, quien resultó favorecido según el criterio de evaluación Binario por la cantidad de **\$3,800,719.39 (tres millones ochocientos mil setecientos diecinueve pesos 39/100 M.N.) IVA incluido.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón de los bienes a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagran en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

A continuación, se muestra lo adjudicado:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas
1	1	PIEZA	Esterilizador Uv, Capacidad: Aprox. 8L. Temporizador: 5-60 minutos. Dimensiones externas: 350 x 203 x 230 mm. Dimensiones internas: 305 x 155 x 180 mm. Peso bruto: 3.8 kg. Alimentación: CA 100-120V, 60 Hz.
2	1	PIEZA	Gabinete Dental: Gabinete móvil para asistente dental, Carro utilitario 5 cajones y con estante lateral. Carrito profesional para almacenamiento de instrumentos médicos o dentales, Color por definir, Material Madera de ingeniería, diseñado con 5 cajones profundos de diferentes tamaños, con 4 ruedas giratorias de 360°, fabricado con tablero de melamina, Superficie de pulverización de pintura, mango de cajón de acero inoxidable, riel deslizante de acero liso, ruedas silenciosas.
3	1	PIEZA	Unidad Dental estructura robusta con asiento de piel, pantalla digital, ajustes ergonómicos y lámpara dental LED. Alto: 1.99-2.27 M, Ancho: 2.0 M. Profundidad: 1.56M. Fuente de alimentación: AC 110 V, Frecuencia 50/60Hz, Potencia de entrada 600VA, Presión del Agua 200 kPa~400 kPa, Flujo del Agua ≥ 10 L/min, Presión del Aire ≥550 kPa, Flujo del Aire ≥50L/min. Color por definir. Incluye (Jeringa triple, eyector convencional, eyector quirúrgico)
4	1	PIEZA	Esterilizadora Autoclave, Descripción: Autoclave de 12 litros de capacidad, Cuenta con 3 programas de esterilización. Fabricada de Acero Inoxidable. Control electrónico con Display LCD: instalado en el frente fijo del equipo, se observa: Presión, temperatura, tiempo y el estado del trabajo. Dimensiones: Altura: 34,5 cm, Largo: 61 cm, Profundidad: 33 cm, Dimensiones de la cámara; Diámetro: 21 cm, Profundidad: 34 cm, Capacidad: 12 lts. Características: Carga y descarga frontal, Secado automático, Programas: 1: 135°C 2: 132°C 3: 12°C
5	1	PIEZA	Cámara intraoral: Memoria Micro SD de 4GB. Adaptador de Memoria Micro SD. Soporte para Cámara. Tornillos para soporte. Fundas



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

			desechables para Cámara intraoral. Pantalla de 17"
6	1	PIEZA	Equipo Rx Dental de Base Móvil, Especificaciones técnicas: Nueve programas para pre-seleccionar los tiempos de exposición con más de 400 valores de tiempo en memoria o selección manual. Opción de 3 tamaños de paciente. Opción de Film, o Sensor Digital con tecnología CMOS. 4 opciones de tiempos de pre-calentamiento para el tubo de Rayos X. Tiempos de exposición compensados por variaciones de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación. Contador del número de exposiciones efectuadas. Voltímetro digital de precisión, para monitorear las variaciones de voltaje. 3 factores de calibración para los tiempos de exposición, de acuerdo con la sensibilidad de la Película o del Sensor Digital. Voltaje de Alimentación: 120-127 - 230 V. a.c. +/-10%, 50/60Hz. Consumo de Potencia: 920 V.A. Potencial del Tubo: 70 KVp +/- 7%. Corriente Anódica: 8 mA +/- 15%. Rango de Tiempos de Exposición: 0.03 to 3.00 s., en pasos de 0.01 s. 27 tiempos pre-programados de exposición, 4 valores de tiempo de precalentamiento del tubo RX. Distancia Focal Mínima: 200 mm.(8"). Radiación de Fuga: Menor a 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1 s). Mancha Focal: 0.8 x 0.8 mm. Filtración Total Mínima: 2mm Al eq. Peso Neto: Mod. WM (Wall Mount): 29 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 41 kg. Peso Bruto: Mod. WM (Wall Mount): 34 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 47 kg. Dimensiones del Empaque: Mod. WM (Wall Mount): 1 Caja, 131 x 53 x 26 cms. Mod.MM (Mobile Stand): 2 Cajas, 111 x 34 x 25 cms., y: 87 x 38 x 33 cms.
7	6	PIEZA	Mesa lisa de 180 cm de acero inoxidable, Características: Cubierta y entrepaño de acero inoxidable calibre 20, tipo 304, acabado pulido. Estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" en calibre 18, acabado pulido. Niveladores de aluminio de 1" de diámetro. Medidas: 180 cm x 70 cm x 90 cm.
8	3	PIEZA	Mesa de trabajo tipo isla con repisa al centro y con piso (entrepaño), de acero inoxidable Cal. 18 y 20, de 2.7 m de largo x 0.70m de ancho, regatones Niveladores.
9	15	PIEZA	Banco exploración inoxidable: Características: Fabricado en su totalidad en acero. Asiento reforzado tipo tambor. Sistema de altura por giro, barra de acero de 22 cm de diámetro. Base de 45 cm con cuatro apoyos de acero tubular de 25 mm, con regatones. Aro descansa pies de perfil de acero de 13 mm de diámetro. Resistente respaldo de lámina de acero. Desplazamiento silencioso con rodaja termoplástica de 50 mm de diámetro



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

			color gris, Aro descansa pies de perfil de acero de 13 mm de diámetro, (Armado e Instalado).
10	1	PIEZA	Báscula digital de columna 300kg div 50g auto-hold con estadímetro y tecnología 360, Características: Incluye estadímetro con una división de un 1 mm y un alcance de medición alcance hasta 2.30 m. Seca 360° wireless: transmisión inalámbrica integrable en red. Tecnología de pesaje precisa y extremadamente robusta, hasta 300 kg. Fina graduación de 50 g. BMI, Pre TARA, HOLD, auto-HOLD v función madre / bebé.
11	1	PIEZA	Estuche de diagnóstico, Estuche de diagnóstico: Otoscopio, La iluminación halógena, Transmisión de luz mediante fibra óptica. Lente de aumento de ángulo amplio. Puerto de insuflación para otoscopia neumática. Oftalmoscopio, Oftalmoscopio óptica sellada y un dial de apertura ajustable. Liviano y compacto. La iluminación halógena ofrece una luz más brillante, más blanca y más duradera. Las ópticas selladas mantienen al instrumento limpio y a prueba de polvo. Incluye filtro libre de rojo y de azul cobalto.
12	1	PIEZA	Estuche de diagnóstico: Otoscopio, La iluminación halógena, Transmisión de luz mediante fibra óptica. Lente de aumento de ángulo amplio. Puerto de insuflación para otoscopia neumática. Oftalmoscopio, Oftalmoscopio óptica sellada y un dial de apertura ajustable. Liviano y compacto. La iluminación halógena ofrece una luz más brillante, más blanca y más duradera. Las ópticas selladas mantienen al instrumento limpio y a prueba de polvo. El dial de apertura ofrece seis opciones. Incluye filtro libre de rojo y de azul cobalto. Incluye 25 espéculos, 2 mangos y un estuche suave. Focos: Otoscopio 03400 y Oftalmoscopio 03900
13	1	PIEZA	Lámpara de chicote base triple tubular cromado pantalla mediana: características: Lámpara fabricada de aluminio acabado pulido. Base fabricado con tubo de acero cuadrado acabado cromado. Pantalla de aluminio flexible en diferentes posiciones a través de chicote acabado cromado. Extensión con cable tipo dúplex y apagador. Socket para foco estándar. Base de tres apoyos tubular cromado con tallo porta lámpara ajustable a diversas alturas por medio de una perilla opresora, Altura variable: 1.10 m a 1.83 m, Diámetro de la lámpara 20 cm, Peso tubular: 2.200 kg.
14	1	PIEZA	Mesa de tratamiento con entrepaño, fabricada con madera de pino de primera calidad, barnizada en color natural, colchón de poliuretano de 5 a 10 cm de espesor y densidad de 24 kg/m3 tapizado con vinil lavable de alta calidad, medidas: 185 cm de



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

			largo, 70 cm de ancho, 80 cm de alto, color por definir.
15	1	PIEZA	Unidad combinada de electroterapia y ultrasonido, Pantalla monocromática de alta resolución, 200 protocolos clínicos predefinidos, 100 protocolos definidos por el usuario, Protocolos de tratamiento en cadena, Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV), Almacena de manera sencilla las sesiones de tratamiento en las tarjetas de datos de los pacientes, Frecuencia de ultrasonido de 1 y 3 MHz, Ciclo de trabajo continuo y pulsado, Ciclos pulsátiles ajustables (10 %, 20 %, 50 % y 100 %), Modos de frecuencia variables (16 Hz, 48 Hz y 100 Hz), Indicador auditivo y visual para monitorear la calidad del contacto transductor paciente, Transductor de ultrasonido ergonómico de 5 cm2
16	2	PIEZA	Carro de curaciones que proporciona seis espacios para almacenaje de accesorios y consumibles, cuenta con una base estable con cuatro ruedas, dos de las cuales tienen freno. Peso del carro: 10,9 kg. Dimensiones aproximadas del carro: 41 x 43 x 86 cms. Para Unidad combinada de electroterapia y ultrasonido
17	1	PIEZA	Dispositivo de Oscilación Electroestática: Equipo de oscilación electrostática no invasivo que genera impulsos electrostáticos para producir oscilaciones tisulares profundas. Actúa sobre piel, tejido conectivo, adiposo, muscular y sistemas vascular y linfático. Indicado para fases agudas y crónicas. Características: Tipo de terapia: Oscilación electrostática. Método: Impulsos electrostáticos para estimulación tisular profunda. Aplicación en tejidos: Piel, conectivo, adiposo, muscular, vascular y linfático. Manejo del dolor: Indicado en dolor agudo y crónico. Control de edema: Apoyo en drenaje linfático y reducción de edemas. Aplicación clínica: Uso en fisioterapia dermatofuncional, postquirúrgica, deportiva y ortopédica. Indicaciones: Lesiones deportivas, traumas y patologías agudas y crónicas. Regeneración tisular: Apoyo en reparación y cicatrización. Incluye: Aplicador de mano. Cable blanco para conexión de electrodos. Cable gris para conexión del aplicador. Cabeza para oscilación de 5.5 cm. Cabeza para oscilación de 10 cm. Elemento neutral de titanio. Fuente de alimentación con cable USB. Base para el dispositivo. Electrodo autoadhesivo. Estuche de transporte con cierre. Mochila de transporte.
18	1	PIEZA	Equipo de ondas de choque: Dispositivo de ondas de choque, Aplicador con durabilidad mínima de 2,000,000 de pulsos, Menú de indicaciones con protocolos de tratamiento, Frecuencias de 1 a 22



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

			Hz, 3 modos de ráfaga (4/8/12 pulsos a 16 Hz), Más de 25 protocolos de tratamiento ilustrados, 7 programas preestablecidos, personalizables, Pantalla Táctil a color de 8", Tarjeta SD para guardar programas, Mango ergonómico con carcasa de aluminio anodizado y ventilador de enfriamiento. Especificaciones técnicas: Dosificación con 4 niveles seleccionables: 60 / 90 / 120 / 185 mJ, Comparación medida en el laboratorio equivalente 1/2/3/5 bar, A juste de energía: (a 16 Hz, máx. 120 mJ/ a22 Hz, máx. 90 mJ), Desencadenamiento de ondas de choque mediante interruptor de pedal multidireccional, Memoria/actualización: tarjeta SD, Dimensiones: 32 x 23.5 x 12 cms, Peso del equipo: 2.7 kg (sin mango), Alimentación eléctrica: 100-120 V/50-60 Hz.
19	1	PIEZA	Equipo de cinesiterapia para miembros superiores e inferiores: pantalla táctil de 8". pantalla a touch a color. protección de manera segura para miembro superior e inferior. servomotores de alto rendimiento que garantizan un excelente funcionamiento. cuenta con ruedas móviles para fácil traslado modos de entrenamiento: 1.- entrenamiento pasivo. 2. entrenamiento asistido. 3.- entrenamiento activo. 4.- entrenamiento rápido. Especificaciones 1.- reconocimiento de espasmos musculares., 2. entrenamiento simétrico, 3.- entrenamiento con juegos, 4.- datos en tiempo real. 5.- retroalimentación inmediata.
20	1	PIEZA	Caminadora eléctrica, especificaciones técnicas: Rango de velocidad: 0.16 - 19.31 km/h, Inclinación: 0% - 15%, Tipo de cinta: 4 Capas, Material de marco: Aluminio, Plataforma reversible: Si, Absorción de impactos: Si, Cordón de seguridad integrado: Si, Barra transversal: Si, Rieles laterales médicos: Si, Ruedas de transporte y bases niveladoras: Si, Color: Platino, Pantalla con teclado numérico: Si, Modo pausa: Si, Control de frecuencia cardiaca interactiva: Si, Frecuencia cardiaca por contacto: Si, Soportes para botellas de agua: Dos en el estante de lectura, Motor: 4 HP continuo, Tamaño de cinta: 50.8 x 147.32 cm, Grosor de plataforma: 2.54 cm, Diámetro de rodillo: 6.35 cm, Kit de fugas de aislamiento (<300 micro amps): Si, Altura de escalón, desde el piso hasta la banda de correr: 13.97 cm, Huella física: 193.04 x 88.9 cm, Requerimiento eléctrico: 110 VAC, 60 o 50Hz, 15ª, Tipo de enchufe: 110 VAC Enchufe estilo NEMA 5-15P, Peso máximo de usuario: 181.44 kg
21	1	PIEZA	Bicicleta fija Tipo de marco: Recumbente con apertura de 19.69 cm con un paso bajo de altura de 10.2 cm. Tipo de pedal: Pedales auto



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

			equilibrados con correas ajustables, Tipo de asiento: Asiento ergonómico con respaldo ventilado Ajuste de asiento: Adelante / atrás con 15 configuraciones, Sistema de resistencia: Sistema de frenado magnético, Sistema de manejo: V-belt, Rango de resistencia: 1-20, Diseño del maneral: Barras de agarre en consola, manerales junto al asiento con sensores de frecuencia cardíaca por contacto y controles de resistencia, Monitoreo de ritmo cardíaco: De contacto (sensor inalámbrico para pecho opcional), Accesorios: Soporte para botella de agua. Estante de lectura integrado. Bolsillo para accesorios, Ruedas de transporte: Si, Niveladores: Si, Panel de control: Achieve de 22.9 cm (LCD a color con botones táctiles capacitivos). Peso del volante de inercia: 6.80 kg, Rango de carga de trabajo: 60 - 400 Whatts, Máxima capacidad del usuario: 158. 76 kg
22	1	PIEZA	Compresero húmedo caliente para 4 compresas. Rejilla incluida, botón de encendido y apagado. Control de temperatura con ajuste manual de la temperatura, termostato de alta calidad que permite el apagado/encendido automático del equipo, incluye compresas estándar 25x30cm.
23	1	PIEZA	Compresero frío: Cinco pies cúbicos de capacidad. Incluye cuatro cómodas secciones de congelación rápida. Los paneles son de acero inoxidable duradero, con bandejas y soportes para copas de hielo. No requiere de tuberías. Se conecta a una toma de corriente estándar, Dimensiones: 53 x 66 x 86 cm (largo, ancho y alto).
24	1	PIEZA	Espejo de postura móvil: Dimensiones del espejo: 58.42 de ancho x 179.28 cm de alto, Dimensiones totales: 71.12 cm de ancho x 190.5 cm de alto.
25	2	PIEZA	Mesa de tratamiento eléctrica: Camilla de tratamiento eléctrica de 3 secciones. Juste rápido y seguro de respaldo y reposa pies mediante doble pistón neumático. Tapicería médica premium en pvc vinílico: ignífuga, impermeable, resistente a manchas, moho, aceites y desgaste. Equipada con un sistema de ruedas médicas retráctiles de grado hospitalario con seguro de bloqueo. 4 patas de altura ajustables para nivelación. Altura ajustable: 460-890 mm mediante 1 actuador eléctrico con sistema de pedal en pie • respaldo ajustable: 78° a -32° • sección de pies ajustable: 45° a 25° • capacidad de peso: 250 kg / 551 lbs (incluye accesorios) • medidas: 198 x 70 x (46-89) cm • peso neto: 70 kg.
26	1	PIEZA	Tina de cuerpo completo para hidroterapia: Datos técnicos: Alimentación de turbina: 127 V - 60Hz, monofásica con tierra física. Dimensiones (consultar diagrama) o 157.5 cm (Largo de tina a



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

			pañó interno) o 61 cm (Ancho de tina a paño interno) o 45 cm (Profundidad de tina a paño externo) o 72.5 cm (Altura de tina con llantas a paño externo), o 172 cm (Largo de tina a paño externo y con marco), o 7 cm (Largo de llave de desagüe), Turbina: ½ HP a 3530 RPM, Capacidad: 110 galones (416.4 L), Peso: >110Kg, Pendiente para el vaciado de la tina.
27	1	PIEZA	Espejo para Valorar Postura de 2 Secciones: cada Marco de Madera de 185 cm alto x 70 cm ancho, con Ruedas y Frenos, Base de madera con 5 ruedas, dos de ellas con frenos. Fabricada en madera, Dimensiones: 185 cm de alto x 70 de ancho por cada sección x 55 cm de base por cada sección.
28	1	PIEZA	Estuche de diagnóstico: Equipo recargable de halógeno 3.5 V para ojos, oídos, nariz y garganta, Incluye: Oftalmoscopio coaxial de 3.5 V. Otoscopio de diagnóstico/iluminador de garganta de 3.5 V. Mango con batería de níquel-cadmio, recargable de 3.5 V, convertible a baterías tipo C. Iluminador nasal de 3.5 V. Estuche rígido.
29	1	PIEZA	Estetoscopio adulto negro especificaciones: • estetoscopio de uso general. • pieza torácica de cabezal doble (campana y diafragma plano) de acero inoxidable con aros anti-enfriamiento. • binaurales giratorios y olivas intercambiables de sellado cómodo. • libre de látex. • medidas 71 cm.
30	1	PIEZA	Plantoscopio, Fabricado en tubo cuadrado de 25 mm, calibre 18, acabado esmaltado cristal superior de 19 mm, entrepaño móvil con espejo. Medidas 40 x 40 x 40 centímetros. Soporte de 120 KG.
31	1	PIEZA	Silla de ruedas todo terreno. Silla de ruedas estructura de acero esmaltado color indistinto, asiento de 18" tapizado en lona, descansa brazos tipo escritorio abatibles y acojinados, descansapiés de aluminio o policarbonato, con antiderrapante, llanta trasera de 60 cm neumática con grabado grueso, rin de rayos y aro motriz de aluminio, llanta delantera de 8", con frenos de palanca que soporte 115 kilos
32	1	PIEZA	Biombo de tres hojas de acero inoxidable, Características: Medidas: 190 cm de ancho x 175 cm de alto. Estructura tubular de 1" en calibre 18 de acero inoxidable acabado pulido. Tela en color azul cielo o blanco. Llanta de 2" color neoro.
33	1	PIEZA	Negatoscopio para empotrar a pared para radiografías de 14"x17" por campo.- Dos lámparas rectas fluorescente de luz azul continua y sin parpadeos por campo.- El brillo es de 1500 cd/m2 para radiografía convencional.- Sujetador de placa radiográfica de barra rotatoria. Gabinete fabricado totalmente en acero de 0.8 mm de espesor.- Cable de alimentación TW 16 AWG con clavija moldeada



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

			polarizada.- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación.
34	1	PIEZA	Mesa pasteur: con cajón esmaltado, fabricado en lámina de acero inoxidable. Fabricado cubierta y entrepaño de lámina de acero inoxidable y cajón con jaladeras embaladas en lamina de acero calibre 20 acabado esmaltado. Especificaciones: Estructura de tubo de acero de 1 en calibre 18, acabado cromado. Llantas de 2 en color negro. Medidas: 60 x 40 x 100 cms, Altura total de 86 cms.
35	1	PIEZA	Barras Suecas de Madera para Fisioterapia De 240 cm alto x 91 cm ancho x 15 cm, Especificaciones: Peso: 20 kg, Material: Madera de Pino, Cantidad de barros: 12
36	1	PIEZA	Barras Paralelas para Marcha con Plataforma de 2.5 Metros de Acero Inoxidable con Anchura y Altura Ajustable.
37	1	PIEZA	Escalera con Rampa para Rehabilitación Física con Pasillos 80 cm + Escalones de 25 cm con Suelo Anti Derrapante, Elaborada en dos secciones. Sección 1: 166 largo x 80 cm ancho x 50 cm alto. Sección 2: 200 largo x 80 cm ancho x 50 cm alto. Escalones de 25cm de altura. Barandal: 100 cm y 70 cm.
38	12	PIEZA	Librero médico metálico- 6 repisas, ensamblado, 35 x 14 x 78", Gris claro.
39	6	PIEZA	Mesa Móvil de melamina, para Actividades - Triangular, 34 x 30", Gris claro.

Segundo. Se manifiesta que el precio total del servicio adjudicado cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “LA LEY”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de “LA LEY”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1220, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “LA LEY”, el contrato y/o la orden de compra deberá celebrarse y/o entregarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF JALISCO), ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1220, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son

10




Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **23 de septiembre del 2026**.

Elaboró: Verónica Judith Rodríguez Aguayo.

Cargo: Administrativo Especializado.



ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS DE
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

OMAR PALAFOX SÁENZ.
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE JALISCO.



KARLA ERIKA ZARAGOZA MEZA.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE
ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A GRUPOS
PRIORITARIOS.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 1
Evaluación Documental.

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.	GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.
1	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL LICITANTE	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL LICITANTE	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACIÓN 5 AL MILLAR	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA LA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA
9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA	PRESENTA
14	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
15	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA	PRESENTA
16	ACUSE DE HACER PÚBLICA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO.	PRESENTA	PRESENTA



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

	(ANTE EL IMSS)		
17	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DESCUENTOS. (INFONAVIT)	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los proveedores **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.** y **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.** **CUMPLEN** con los requisitos documentales, por lo que se procederá a su evaluación técnica.

Elaboró: Verónica Judith Rodríguez Aguayo.

Cargo: Analista Especializado.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del Dictamen Técnico contenido en el oficio número **DG/SGI/3695/2026** validado por **Karla Erika Zaragoza Meza** en su carácter de **Titular del Departamento de Centros de Atención y Desarrollo Integral a Grupos Prioritarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de la **Licitación Pública Local LPL 514/2/2026** en la cual se requiere la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”**, se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Proveedor A	Proveedor B
				CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.	GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.)
1	1	PIEZA	Esterilizador Uv, Capacidad: Aprox. 8L. Temporizador: 5-60 minutos. Dimensiones externas: 350 x 203 x 230 mm. Dimensiones internas: 305 x 155 x 180 mm. Peso bruto: 3.8 kg. Alimentación: CA 100-120V, 60 Hz.	Sí cumple	Sí cumple
2	1	PIEZA	Gabinete Dental: Gabinete móvil para asistente dental, Carro utilitario 5 cajones y con estante lateral. Carrito profesional para almacenamiento de instrumentos médicos o dentales, Color por definir, Material Madera de ingeniería, diseñado con 5 cajones profundos de diferentes tamaños, con 4 ruedas giratorias de 360°, fabricado con tablero de melamina, Superficie de pulverización de pintura, mango de cajón de acero inoxidable, riel deslizante de acero liso, ruedas silenciosas.	Sí cumple	Sí cumple
3	1	PIEZA	Unidad Dental estructura robusta con asiento de piel, pantalla digital, ajustes ergonómicos y lámpara dental LED. Alto: 1.99-2.27 M, Ancho: 2.0 M. Profundidad: 1.56M. Fuente de alimentación: AC 11 0V, Frecuencia 50/60Hz, Potencia de entrada 600VA, Presión del Agua 200kPa-400kPa, Flujo del Agua ≥ 10L/min, Presión del Aire ≥550kPa, Flujo del Aire ≥50L/min. Color por definir. Incluye (Jeringa triple, eyector convencional, eyector quirúrgico)	Sí cumple	Sí cumple
4	1	PIEZA	Esterilizadora Autoclave, Descripción: Autoclave de 12 litros de capacidad, Cuenta con 3 programas de esterilización. Fabricada de Acero Inoxidable. Control electrónico con Display LCD: instalado en el frente fijo del equipo, se observa: Presión, temperatura, tiempo y el estado del trabajo. Dimensiones: Altura: 34,5 cm, Largo: 61 cm, Profundidad:33 cm, Dimensiones de la cámara; Diámetro: 21 cm, Profundidad: 34 cm, Capacidad: 12 lts. Características: Carga y descarga frontal, Secado automático, Programas: 1: 135°C 2: 132°C 3: 12°C	Sí cumple	Sí cumple
5	1	PIEZA	Cámara Intraoral: Memoria Micro SD de 4GB. Adaptador de Memoria Micro SD. Soporte para Cámara. Tornillos para	Sí cumple	Sí cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

			soporte. Fundas desechables para Cámara Intraoral. Pantalla de 17"		
6	1	PIEZA	Equipo Rx Dental de Base Móvil, Especificaciones técnicas: Nueve programas para pre-seleccionar los tiempos de exposición con más de 400 valores de tiempo en memoria o selección manual. Opción de 3 tamaños de paciente. Opción de Film, o Sensor Digital con tecnología CMOS. 4 opciones de tiempos de pre-calentamiento para el tubo de Rayos X. Tiempos de exposición compensados por variaciones de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación. Contador del número de exposiciones efectuadas. Voltímetro digital de precisión, para monitorear las variaciones de voltaje. 3 factores de calibración para los tiempos de exposición, de acuerdo con la sensibilidad de la Película o del Sensor Digital. Voltaje de Alimentación: 120-127 - 230 V. a.c. +/-10%, 50/60Hz. Consumo de Potencia: 920 V.A. Potencial del Tubo: 70 KVp +/- 7%. Corriente Anódica: 8 mA +/- 15%. Rango de Tiempos de Exposición: 0.03 to 3.00 s., en pasos de 0.01 s. 27 tiempos pre-programados de exposición, 4 valores de tiempo de precalentamiento del tubo RX. Distancia Focal Mínima: 200 mm.(8"). Radiación de Fuga: Menor a 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1 s). Mancha Focal: 0.8 x 0.8 mm. Filtración Total Mínima: 2mm Al eq. Peso Neto: Mod. WM (Wall Mount): 29 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 41 kg. Peso Bruto: Mod. WM (Wall Mount): 34 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 47 kg. Dimensiones del Empaque: Mod. WM (Wall Mount): 1 Caja, 131 x 53 x 26 cms. Mod.MM (Mobile Stand): 2 Cajas, 111 x 34 x 25 cms., y: 87 x 38 x 33 cms.	Sí cumple	Sí cumple
7	6	PIEZA	Mesa lisa de 180 cm de acero inoxidable, Características: Cubierta y entrepaño de acero inoxidable calibre 20, tipo 304, acabado pulido. Estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" en calibre 18, acabado pulido. Niveladores de aluminio de 1" de diámetro. Medidas: 180 cm x 70 cm x 90 cm.	Sí cumple	Sí cumple
8	3	PIEZA	Mesa de trabajo tipo isla con repisa al centro y con piso (entrepaño), de acero inoxidable Cal. 18 y 20, de 2.7 m de largo x 0.70m de ancho, regatones Niveladores.	Sí cumple	Sí cumple
9	15	PIEZA	Banco exploración inoxidable: Características: Fabricado en su totalidad en acero. Asiento reforzado tipo tambor. Sistema de altura por giro, barra de acero de 22 cm de diámetro. Base de 45 cm con cuatro apoyos de acero tubular de 25 mm, con regatones. Aro descansa pies de perfil de acero de 13 mm de diámetro. Resistente respaldo de lámina de acero. Desplazamiento silencioso con rodaja termoplástica de 50 mm de diámetro color gris, Aro descansa pies de perfil de acero de 13 mm de diámetro, (Armado e Instalado).	Sí cumple	Sí cumple
10		PIEZA	Báscula digital de columna 300kg div 50g auto-hold con estadímetro y tecnología	Sí cumple	Sí cumple

15



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

	1		360, Características: Incluye estadímetro con una división de un 1 mm y un alcance de medición alcance hasta 2.30 m. Seca 360° wireless: transmisión inalámbrica integrable en red. Tecnología de pesaje precisa y extremadamente robusta, hasta 300 kg. Fina graduación de 50 g. BMI, Pre TARA, HOLD, auto-HOLD v función madre / bebé.		
11	1	PIEZA	Estuche de diagnóstico: Otoscopio, La iluminación halógena, Transmisión de luz mediante fibra óptica. Lente de aumento de ángulo amplio. Puerto de insuflación para otoscopia neumática. Oftalmoscopio, Oftalmoscopio óptica sellada y un dial de apertura ajustable. Liviano y compacto. La iluminación halógena ofrece una luz más brillante, más blanca y más duradera. Las ópticas selladas mantienen al instrumento limpio y a prueba de polvo. Incluye filtro libre de rojo y de azul cobalto.	Sí cumple	Sí cumple
12	1	PIEZA	Estuche de diagnóstico: Otoscopio, La iluminación halógena, Transmisión de luz mediante fibra óptica. Lente de aumento de ángulo amplio. Puerto de insuflación para otoscopia neumática. Oftalmoscopio, Oftalmoscopio óptica sellada y un dial de apertura ajustable. Liviano y compacto. La iluminación halógena ofrece una luz más brillante, más blanca y más duradera. Las ópticas selladas mantienen al instrumento limpio y a prueba de polvo. El dial de apertura ofrece seis opciones. Incluye filtro libre de rojo y de azul cobalto. Incluye 25 espéculos, 2 mangos y un estuche suave. Focos: Otoscopio 03400 y Oftalmoscopio 03900	Sí cumple	Sí cumple
13	1	PIEZA	Lámpara de chicote base triple tubular cromado pantalla mediana: características: Lámpara fabricada de aluminio acabado pulido. Base fabricado con tubo de acero cuadrado acabado cromado. Pantalla de aluminio flexible en diferentes posiciones a través de chicote acabado cromado. Extensión con cable tipo dúplex y apagador. Socket para foco estándar. Base de tres apoyos tubular cromado con tallo porta lámpara ajustable a diversas alturas por medio de una perilla opresora, Altura variable: 1.10 m a 1.83 m, Diámetro de la lámpara 20 cm, Peso tubular: 2.200 kg.	Sí cumple	Sí cumple
14	1	PIEZA	Mesa de tratamiento con entrepaño, fabricada con madera de pino de primera calidad, barnizada en color natural, colchón de poliuretano de 5 a 10 cm de espesor y densidad de 24 kg/m3 tapizado con vinil lavable de alta calidad, medidas: 185 cm de largo, 70 cm de ancho, 80 cm de alto, color por definir.	Sí cumple	Sí cumple
15	1	PIEZA	Unidad combinada de electroterapia y ultrasonido, Pantalla monocromática de alta resolución, 200 protocolos clínicos predefinidos, 100 protocolos definidos por el usuario, Protocolos de tratamiento en cadena, Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV), Almacena de manera sencilla las sesiones	Sí cumple	Sí cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

			de tratamiento en las tarjetas de datos de los pacientes, Frecuencia de ultrasonido de 1 y 3 MHz, Ciclo de trabajo continuo y pulsado, Ciclos pulsátiles ajustables (10 %, 20 %, 50 % y 100 %), Modos de frecuencia variables (16 Hz, 48 Hz y 100 Hz), Indicador auditivo y visual para monitorear la calidad del contacto transductor paciente, Transductor de ultrasonido ergonómico de 5 cm2		
16	2	PIEZA	Carro de curaciones que proporciona seis espacios para almacenaje de accesorios y consumibles, cuenta con una base estable con cuatro ruedas, dos de las cuales tienen freno. Peso del carro: 10,9 kg. Dimensiones aproximadas del carro: 41 x 43 x 86 cms. Para Unidad combinada de electroterapia y ultrasonido	Sí cumple	Sí cumple
17	1	PIEZA	Dispositivo de Oscilación Electroestática: Equipo de oscilación electrostática no invasivo que genera impulsos electrostáticos para producir oscilaciones tisulares profundas. Actúa sobre piel, tejido conectivo, adiposo, muscular y sistemas vascular y linfático. Indicado para fases agudas y crónicas. Características: Tipo de terapia: Oscilación electrostática. Método: Impulsos electrostáticos para estimulación tisular profunda. Aplicación en tejidos: Piel, conectivo, adiposo, muscular, vascular y linfático. Manejo del dolor: Indicado en dolor agudo y crónico. Control de edema: Apoyo en drenaje linfático y reducción de edemas. Aplicación clínica: Uso en fisioterapia dermatofuncional, postquirúrgica, deportiva y ortopédica. Indicaciones: Lesiones deportivas, traumas y patologías agudas y crónicas. Regeneración tisular: Apoyo en reparación y cicatrización. Incluye: Aplicador de mano. Cable blanco para conexión de electrodos. Cable gris para conexión del aplicador. Cabeza para oscilación de 5.5 cm. Cabeza para oscilación de 10 cm. Elemento neutral de titanio. Fuente de alimentación con cable USB. Base para el dispositivo. Electrodo autoadhesivo. Estuche de transporte con cierre. Mochila de transporte.	Sí cumple	Sí cumple
18	1	PIEZA	Equipo de ondas de choque: Dispositivo de ondas de choque, Aplicador con durabilidad mínima de 2,000,000 de pulsos, Menú de indicaciones con protocolos de tratamiento, Frecuencias de 1 a 22 Hz, 3 modos de ráfaga (4/8/12 pulsos a 16 Hz), Más de 25 protocolos de tratamiento ilustrados, 7 programas preestablecidos, personalizables, Pantalla Táctil a color de 8", Tarjeta SD para guardar programas, Mango ergonómico con carcasa de aluminio anodizado y ventilador de enfriamiento. Especificaciones técnicas: Dosificación con 4 niveles seleccionables: 60 / 90 / 120 / 185 mJ, Comparación medida en el laboratorio equivalente 1/2/3/5 bar, A juste de energía: (a 16 Hz, máx. 120 mJ/ a22 Hz, máx. 90 mJ), Desencadenamiento de ondas de choque	Sí Cumple	Sí Cumple

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

			mediante interruptor de pedal multidireccional, Memoria/actualización: tarjeta SD, Dimensiones: 32 x 23.5 x 12 cms, Peso del equipo: 2.7 kg (sin mango), Alimentación eléctrica: 100-120 V/50-60 Hz.		
19	1	PIEZA	Equipo de cinesiterapia para miembros superiores e inferiores: pantalla táctil de 8". pantalla a touch a color. protección de manera segura para miembro superior e inferior. servomotores de alto rendimiento que garantizan un excelente funcionamiento. cuenta con ruedas móviles para fácil traslado modos de entrenamiento: 1.- entrenamiento pasivo. 2. entrenamiento asistido. 3.- entrenamiento activo. 4.- entrenamiento rápido. Especificaciones 1.- reconocimiento de espasmos musculares., 2. entrenamiento simétrico, 3.- entrenamiento con juegos, 4.- datos en tiempo real. 5.- retroalimentación inmediata.	Sí cumple	Sí cumple
20	1	PIEZA	Caminadora eléctrica, especificaciones técnicas: Rango de velocidad: 0.16 - 19.31 km/h, Inclinación: 0% - 15%, Tipo de cinta: 4 Capas, Material de marco: Aluminio, Plataforma reversible: Si, Absorción de impactos: Si, Cordón de seguridad integrado: Si, Barra transversal: Si, Rieles laterales médicos: Si, Ruedas de transporte y bases niveladoras: Si, Color: Platino, Pantalla con teclado numérico: Si, Modo pausa: Si, Control de frecuencia cardiaca interactiva: Si, Frecuencia cardiaca por contacto: Si, Soportes para botellas de agua: Dos en el estante de lectura, Motor: 4 HP continuo, Tamaño de cinta: 50.8 x 147.32 cm, Grosor de plataforma: 2.54 cm, Diámetro de rodillo: 6.35 cm, Kit de fugas de aislamiento (<300 micro amps): Si, Altura de escalón, desde el piso hasta la banda de correr: 13.97 cm, Huella física: 193.04 x 88.9 cm, Requerimiento eléctrico: 110 VAC, 60 o 50Hz, 15ª, Tipo de enchufe: 110 VAC Enchufe estilo NEMA 5-15P, Peso máximo de usuario: 181.44 kg	Sí cumple	Sí cumple
21	1	PIEZA	Bicicleta fija Tipo de marco: Recumbente con apertura de 19.69 cm con un paso bajo de altura de 10.2 cm. Tipo de pedal: Pedales auto equilibrados con correas ajustables, Tipo de asiento: Asiento ergonómico con respaldo ventilado Ajuste de asiento: Adelante / atrás con 15 configuraciones, Sistema de resistencia: Sistema de frenado magnético, Sistema de manejo: V-belt, Rango de resistencia: 1-20, Diseño del maneral: Barras de agarre en consola, manerales junto al asiento con sensores de frecuencia cardiaca por contacto y controles de resistencia, Monitoreo de ritmo cardiaco: De contacto (sensor inalámbrico para pecho opcional), Accesorios: Soporte para botella de agua. Estante de lectura integrado. Bolsillo para accesorios, Ruedas de transporte: Si, Niveladores: Si, Panel de control: Achieve de 22.9 cm (LCD a color con botones táctiles capacitivos). Peso del volante de inercia: 6.80 kg, Rango de carga de trabajo:	Sí cumple	Sí cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

			60 - 400 Whatts, Máxima capacidad del usuario: 158. 76 kg		
22	1	PIEZA	Compresero húmedo caliente para 4 compresas. Rejilla incluida, botón de encendido y apagado. Control de temperatura con ajuste manual de la temperatura, termostato de alta calidad que permite el apagado/encendido automático del equipo, incluye compresas estándar 25x30cm.	Sí cumple	Sí cumple
23	1	PIEZA	Compresero frío: Cinco pies cúbicos de capacidad. Incluye cuatro cómodas secciones de congelación rápida. Los paneles son de acero inoxidable duradero, con bandejas y soportes para copas de hielo. No requiere de tuberías. Se conecta a una toma de corriente estándar, Dimensiones: 53 x 66 x 86 cm (larqo, ancho y alto).	Sí cumple	Sí cumple
24	1	PIEZA	Espejo de postura móvil: Dimensiones del espejo: 58.42 de ancho x 179.28 cm de alto, Dimensiones totales: 71.12 cm de ancho x 190.5 cm de alto.	Sí cumple	Sí cumple
25	2	PIEZA	Mesa de tratamiento eléctrica: Camilla de tratamiento eléctrica de 3 secciones. juste rápido y seguro de respaldo y reposa pies mediante doble pistón neumático. Tapicería médica premium en pvc vinílico: ignífuga, impermeable, resistente a manchas, moho, aceites y desgaste. Equipada con un sistema de ruedas médicas retráctiles de grado hospitalario con seguro de bloqueo. 4 patas de altura ajustables para nivelación. Altura ajustable: 460-890 mm mediante 1 actuador eléctrico con sistema de pedal en pie • respaldo ajustable: 78° a -32° • sección de pies ajustable: 45° a 25° • capacidad de peso: 250 kg / 551 lbs (incluye accesorios) • medidas: 198 x 70 x (46-89) cm • peso neto: 70 kg.	Sí cumple	Sí cumple
26	1	PIEZA	Tina de cuerpo completo para hidroterapia: Datos técnicos: Alimentación de turbina: 127 V - 60Hz, monofásica con tierra física. Dimensiones (consultar diagrama) o 157.5 cm (Largo de tina a paño interno) o 61 cm (Ancho de tina a paño interno) o 45 cm (Profundidad de tina a paño externo) o 72.5 cm (Altura de tina con llantas a paño externo), o 172 cm (Largo de tina a paño externo y con marco), o 7 cm (Largo de llave de desagüe), Turbina: ½ HP a 3530 RPM, Capacidad: 110 galones (416.4 L), Peso: >110Kg, Pendiente para el vaciado de la tina.	Sí cumple	Sí cumple
27	1	PIEZA	Espejo para Valorar Postura de 2 Secciones: cada Marco de Madera de 185 cm alto x 70 cm ancho, con Ruedas y Frenos, Base de madera con 5 ruedas, dos de ellas con frenos. Fabricada en madera, Dimensiones: 185 cm de alto x 70 de ancho por cada sección x 55 cm de base por cada sección.	Sí cumple	Sí cumple

19



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

28	1	PIEZA	Estuche de diagnóstico: Equipo recargable de halógeno 3.5 V para ojos, oídos, nariz y garganta, Incluye: Oftalmoscopio coaxial de 3.5 V. Otoposco de diagnóstico/iluminador de garganta de 3.5 V. Mango con batería de níquel-cadmio, recargable de 3.5 V, convertible a baterías tipo C. Iluminador nasal de 3.5 V. Estuche rígido.	Sí cumple	Sí cumple
29	1	PIEZA	Estetoscopio adulto negro especificaciones: • estetoscopio de uso general. • pieza torácica de cabezal doble (campana y diafragma plano) de acero inoxidable con aros anti-enfriamiento. • binaurales giratorios y olivas intercambiables de sellado cómodo. • libre de látex. • medidas 71 cm.	Sí cumple	Sí cumple
30	1	PIEZA	Plantoscopio, Fabricado en tubo cuadrado de 25 mm, calibre 18, acabado esmaltado cristal superior de 19 mm, entrepaño móvil con espejo. Medidas 40 x 40 x 40 centímetros. Soporte de 120 KG.	Sí cumple	Sí cumple
31	1	PIEZA	Silla de ruedas todo terreno. Silla de ruedas estructura de acero esmaltado color indistinto, asiento de 18" tapizado en lona, descansa brazos tipo escritorio abatibles y acolchados, descansapiés de aluminio o policarbonato, con antiderrapante, llanta trasera de 60 cm neumática con grabado grueso, rin de rayos y aro motriz de aluminio, llanta delantera de 8", con frenos de palanca que soporte 115 kilos	Sí cumple	Sí cumple
32	1	PIEZA	Biombo de tres hojas de acero inoxidable, Características: Medidas: 190 cm de ancho x 175 cm de alto. Estructura tubular de 1" en calibre 18 de acero inoxidable acabado pulido. Tela en color azul cielo o blanco. Llanta de 2" color negro.	Sí cumple	Sí cumple
33	1	PIEZA	Negatoscopio para empotrar a pared para radiografías de 14"x17" por campo.- Dos lámparas rectas fluorescente de luz azul continua y sin parpadeos por campo.- El brillo es de 1500 cd/m2 para radiografía convencional.- Sujetador de placa radiográfica de barra rotatoria. Gabinete fabricado totalmente en acero de 0.8 mm de espesor.- Cable de alimentación TW 16 AWG con clavija moldeada polarizada.- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación.	Sí cumple	Sí cumple
34	1	PIEZA	Mesa pasteur: con cajón esmaltado, fabricado en lámina de acero inoxidable. Fabricado cubierta y entrepaño de lámina de acero inoxidable y cajón con jaladeras embaladas en lamina de acero calibre 20 acabado esmaltado. Especificaciones: Estructura de tubo de acero de 1 en calibre 18, acabado cromado. Llantas de 2 en color negro. Medidas: 60 x 40 x 100 cms, Altura total de 86 cms.	Sí cumple	Sí cumple
35	1	PIEZA	Barras Suecas de Madera para Fisioterapia De 240 cm alto x 91 cm ancho x 15 cm, Especificaciones: Peso: 20 kg, Material: Madera de Pino, Cantidad de barotes: 12	Sí cumple	Sí cumple



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

36	1	PIEZA	Barras Paralelas para Marcha con Plataforma de 2.5 Metros de Acero Inoxidable con Anchura y Altura Ajustable.	Sí cumple	Sí cumple
37	1	PIEZA	Escalera con Rampa para Rehabilitación Física con Pasillos 80 cm + Escalones de 25 cm con Suelo Anti Derrapante, Elaborada en dos secciones. Sección 1: 166 largo x 80 cm ancho x 50 cm alto. Sección 2: 200 largo x 80 cm ancho x 50 cm alto. Escalones de 25cm de altura. Barandal: 100 cm y 70 cm.	Sí cumple	Sí cumple
38	12	PIEZA	Librero médico metálico- 6 repisas, ensamblado, 35 x 14 x 78", Gris claro.	Sí cumple	Sí cumple
39	6	PIEZA	Mesa Móvil de melamina, para Actividades - Triangular, 34 x 30", Gris claro.	Sí cumple	Sí cumple
40	7	PIEZA	Locker médico de metal, con Frente Transparente - Dos Puertas de Alto, 1 de Ancho, Ensamblado, Ancho de 12", Profundidad de 18"	Sí cumple	Sí cumple
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES					
1-40	El proveedor deberá presentar carta garantía mínima de 1 año, señalando en la misma el número de contacto telefónico de la persona responsable para el cumplimiento de la misma.			Sí cumple	Sí cumple
1-40	Carta bajo protesta de decir verdad del proveedor donde mencione sus políticas de garantía.			Sí cumple	Sí cumple
	Experiencia acreditable con al menos 1 contrato celebrado con entes públicos.			Sí cumple	Sí cumple

Resolutivo: Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que los licitantes **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V. y CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V. CUMPLEN** con las especificaciones técnicas, solicitadas por el área requirente.

FIN DEL ANEXO 2

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 3
Evaluación Económica.

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la única propuesta solvente documental, técnica y económicamente:

Tabla 1. En la presente tabla se plasma la propuesta económica del proveedor adjudicado **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.** y **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**

GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.	CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.
TOTAL IVA INCLUIDO: \$3,800,719.39	TOTAL IVA INCLUIDO: \$4,064,449.07

Tabla 2. En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M	MODELO	P.U.	SUBTOTAL
1	1	Esterilizador Uv, Capacidad: Aprox. 8L. Temporizador: 5-60 minutos. Dimensiones externas: 350 x 203 x 230 mm. Dimensiones internas: 305 x 155 x 180 mm. Peso bruto: 3.8 kg. Alimentación: CA 100-120V, 60 Hz.	PIEZA	ECOSHEL	\$4,495.00	\$ 4,495.00
2	1	Gabinete Dental: Gabinete móvil para asistente dental, Carro utilitario 5 cajones y con estante lateral. Carrito profesional para almacenamiento de instrumentos médicos o dentales, Color por definir, Material Madera de ingeniería, diseñado con 5 cajones profundos de diferentes tamaños, con 4 ruedas giratorias de 360 °, fabricado con tablero de melamina, Superficie depulverización de pintura, mango de cajón de acero inoxidable, riel deslizante de acero liso, ruedas silenciosas	PIEZA	ROENTGEN	\$21,995.44	\$21,995.44
3	1	Unidad Dental estructura robusta con asiento de piel, pantalla digital, ajustes ergonómicos y lámpara dental LED. Alto: 1.99-2.27 M, Ancho: 2.0M. Profundidad: 1.56M. Fuente de alimentación: AC 11 0V, Frecuencia 50/60Hz, Potencia de entrada 600VA, Presión del Agua 200kPa~400kPa, Flujo del Agua □ 1 0L/min, Presión del Aire □ 550kPa, Flujo del Aire □ 50L/min. Color por definir. Incluye (Jeringa triple, eyector convencional, eyector quirúrgico)	PIEZA	ROENTGEN	\$149,875.00	\$149,875.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

4	1	Esterilizadora Autoclave Descripción: Autoclave de 12 litros de capacidad, Cuenta con 3 programas de esterilización. Fabricada de Acero Inoxidable. Control electrónico con Display LCD: instalado en el frente fijo del equipo, se observa: Presión, temperatura, tiempo y el estado del trabajo. Dimensiones: Altura: 34,5 cm, Largo: 61 cm, Profundidad: 33 cm, Dimensiones de la cámara; Diámetro: 21 cm, Profundidad: 34 cm Capacidad: 12 lts. Características: Carga y descarga frontal, Secado automático, Programas: 1: 135°C 2: 132°C 3: 121°C	PIEZA	LORMA	\$20,662.89	\$20,662.89
5	1	Cámara Intraoral: Memoria Micro SD de 4GB. Adaptador de Memoria Micro SD. Soporte para Cámara. Tornillos para soporte. Fundas desechables para Cámara Intraoral. Pantalla de 17"	PIEZA	ROENTGEN	\$10,385.00	\$10,385.00
6	1	Equipo Rx Dental de Base Móvil, Especificaciones técnicas: Nueve programas para pre-seleccionar los tiempos de exposición con más de 400 valores de tiempo en memoria o selección manual. Opción de 3 tamaños de paciente. Opción de Film, o Sensor Digital con tecnología CMOS. 4 opciones de tiempos de pre-calentamiento para el tubo de Rayos X. Tiempos de exposición compensados por variaciones de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación. Contador del número de exposiciones efectuadas. Voltímetro digital de precisión, para monitorear las variaciones de voltaje. 3 factores de calibración para los tiempos de exposición, de acuerdo con la sensibilidad de la Película o del Sensor Digital. Voltaje de Alimentación: 120-127 - 230 V. a.c. +/-10%, 50/60Hz. Consumo de Potencia: 920 V.A. Potencial del Tubo: 70 KVp +/- 7%. Corriente nódica: 8 mA +/- 15%. Rango de Tiempos de Exposición: 0.03 to 3.00 s., en pasos de 0.01 s. 27 tiempos pre-programados de exposición, 4 valores de tiempo de precalentamiento del tubo RX. Distancia Focal Mínima: 200 mm. (8"). Radiación de Fuga: Menor a 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1 s). Mancha Focal: 0.8 x 0.8 mm. Filtración Total Mínima: 2mm Al eq. Peso Neto: Mod. WM (Wall Mount): 29 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 41 kg. Peso Bruto: Mod.WM (Wall Mount): 34 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 47 kg. Dimensiones del Empaque: Mod. WM (Wall Mount): 1 Caja, 131 x 53 x 26 cms. Mod.MM (Mobile Stand): 2 Cajas, 111 x 34 x 25 cms., y: 87 x 38 x 33 cms.	PIEZA	ROENTGEN	\$49,875.00	\$49,875.00



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

7	6	Mesa lisa de 180 cm de acero inoxidable, Características: Cubierta y entrepaño de acero inoxidable calibre 20, tipo 304, acabado pulido. Estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" en calibre 18, acabado pulido. Niveladores de aluminio de 1" de diámetro. Medidas: 180 cm x 70 cm x 90 cm.	PIEZA	SERVINOX	\$33,616.80	\$ 201,700.80
8	3	Mesa de trabajo tipo isla con repisa al centro y con piso (entrepaño), de acero inoxidable Cal. 18 y 20, de 2.7 m de largo x 0.70m de ancho, regatones Niveladores.	PIEZA	SERVINOX	\$18,204.75	\$54,614.25
9	15	Banco exploración inoxidable: Características: Fabricado en su totalidad en acero. Asiento reforzado tipo tambor. Sistema de altura por giro, barra de acero de 22 cm de diámetro. Base de 45 cm con cuatro apoyos de acero tubular de 25 mm, con regatones. Aro descansapies de perfil de acero de 13 mm de diámetro. Resistente respaldo de lámina de acero. Desplazamiento silencioso con rodaja termoplástica de 50 mm de diámetro color gris, Aro descansapies de perfil de acero de 13 mm de diámetro, (Armado e Instalado).	PIEZA	VOLUM	\$3,845.40	\$57,681.00
10	1	Báscula digital de columna 300kg div 50g auto-hold con estadímetro y tecnología 360, Características: Incluye estadímetro con una división de un 1 mm y un alcance de medición alcance hasta 2.30 m. Seca 360° wireless: transmisión inalámbrica integrable en red. Tecnología de pesaje precisa y extremadamente robusta, hasta 300 kg. Fina graduación de 50 g. BMI, PreTARA, HOLD, auto-HOLD v función madre / bebé.	PIEZA	SECA	\$28,735.53	\$ 28,735.53
11	1	Estuche de diagnóstico, Estuche de diagnóstico: Otoscopio, La iluminación halógena, Transmisión de luz mediante fibra óptica. Lente de aumento de ángulo amplio. Puerto de insuflación para otoscopia neumática. Oftalmoscopio, Oftalmoscopio óptica sellada y un dial de apertura ajustable. Liviano y compacto. La iluminación halógena ofrece una luz más brillante, más blanca y más duradera. Las ópticas selladas mantienen al instrumento limpio y a prueba de polvo. Incluye filtro libre de	PIEZA	WELCH ALLYN	\$3,958.50	\$ 3,958.50



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

		roio v de azul cobalto				
12	1	Estuche de diagnóstico: Otoscopio, La iluminación halógena, Transmisión de luz mediante fibra óptica. Lente de aumento de ángulo amplio. Puerto de insuflación para otoscopia neumática. Oftalmoscopio, Oftalmoscopio óptica sellada y un dial de apertura ajustable. Liviano y compacto. La iluminación halógena ofrece una luz más brillante, más blanca y más duradera. Las ópticas selladas mantienen al instrumento limpio y a prueba de polvo. El dial de apertura ofrece seis opciones. Incluye filtro libre de rojo y de azul cobalto. Incluye 25 espéculos, 2 mangos y un estuche suave. Focos: Otoscopio 03400 y Oftalmoscopio 03900	PIEZA	WELCH ALLYN	\$7,216.23	\$ 7,216.23
13	1	Lámpara de chicote base triple tubular cromado pantalla mediana: características: Lámpara fabricada de aluminio acabado pulido. Base fabricado con tubo de acero cuadrado acabado cromado. Pantalla de aluminio flexible en diferentes posiciones a través de chicote acabado cromado. Extensión con cable tipo dúplex y apagador. Socket para foco estándar. Base de tres apoyos tubular cromado con tallo porta lámpara ajustable a diversas alturas por medio de una perilla opresora, Altura variable: 1.10 m a 1.83 m, Diámetro de la lámpara 20 cm, Peso tubular: 2.200 kg.	PIEZA	VOLUM	\$3,402.35	\$ 3,402.35
14	1	Mesa de tratamiento con entrepaño, fabricada con madera de pino de primera calidad, barnizada en color natural, colchón de poliuretano de 5 a 10 cm de espesor y densidad de 24 kg/m3 tapizado con vinil lavable de alta calidad, medidas: 185 cm de largo, 70 cm de ancho, 80 cm de alto, color por definir.	PIEZA	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO	\$13,321.88	\$ 13,321.88



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

15	1	Unidad combinada de electroterapia y ultrasonido, Pantalla monocromática de alta resolución, 200 protocolos clínicos predefinidos, 100 protocolos definidos por el usuario, Protocolos de tratamiento en cadena, Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV), Almacena de manera sencilla las sesiones de tratamiento en las tarjetas de datos de los pacientes, Frecuencia de ultrasonido de 1 y 3 MHz, Ciclo de trabajo continuo y pulsado, Ciclos pulsátiles ajustables (10 %, 20 %, 50 % y 100 %), Modos de frecuencia variables (16 Hz, 48 Hz y 100 Hz), Indicador auditivo y visual para monitorear la calidad del contacto transductorpaciente, Transductor de ultrasonido ergonómico de 5 cm2	PIEZA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$71,873.75	\$ 71,873.75
16	2	Carro de curaciones que proporciona seis espacios para almacenaje de accesorios y consumibles, cuenta con una base estable con cuatro ruedas, dos de las cuales tienen freno. Peso del carro: 1 O, 9 kg. Dimensiones aproximadas del carro: 41 x 43 x 86 cms. Para Unidad combinada de electroterapia y ultrasonido	PIEZA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$22,599.06	\$ 45,198.12
17	1	Dispositivo de Oscilación Electroestática: Equipo de oscilación electrostática no invasivo que genera impulsos electrostáticos para producir oscilaciones tisulares profundas. Actúa sobre piel, tejido conectivo, adiposo, muscular y sistemas vascular y linfático. Indicado para fases agudas y crónicas. Características: Tipo de terapia: Oscilación electrostática. Método: Impulsos electrostáticos para estimulación tisular profunda. Aplicación en tejidos: Piel, conectivo, adiposo, muscular, vascular y linfático. Manejo del dolor: Indicado en dolor agudo y crónico. Control de edema: Apoyo en drenaje linfático y reducción de edemas. Aplicación clínica: Uso en fisioterapia dermatofuncional, postquirúrgica, deportiva y ortopédica. Indicaciones: Lesiones deportivas, traumas y patologías agudas y crónicas. Regeneración tisular: Apoyo en reparación y cicatrización. Incluye: Aplicador de mano. Cable blanco para conexión de	PIEZA	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO	\$93,737.50	\$ 93,737.50



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

		electrodos. Cable gris para conexión del aplicador. Cabeza para oscilación de 5.5 cm. Cabeza para oscilación de 10 cm. Elemento neutral de titanio. Fuente de alimentación con cable USB. Base para el dispositivo. Electrodo autoadhesivo. Estuche de transporte con cierre. Mochila de transporte.				
18	1	Equipo de ondas de choque: Dispositivo de ondas de choque, Aplicador con durabilidad mínima de 2,000,000 de pulsos, Menú de indicaciones con protocolos de tratamiento, Frecuencias de 1 a 22 Hz, 3 modos de ráfaga (4/8/12 pulsos a 16 Hz), Más de 25 protocolos de tratamiento ilustrados, 7 programas preestablecidos, personalizables, Pantalla Táctil a color de 8", Tarjeta SD para guardar programas, Mango ergonómico con carcasa de aluminio anodizado y ventilador de enfriamiento. Especificaciones técnicas: Dosificación con 4 niveles seleccionables: 60 / 90 / 120 / 185 mJ, Comparación medida en el laboratorio equivalente 1/2/3/5 bar, Ajuste de energía: (a 16 Hz, máx. 120 mJ/ a22 Hz, máx. 90 mJ), Desencadenamiento de ondas de choque mediante interruptor de pedal multidireccional, Memoria/actualización: tarjeta SO, Dimensiones: 32 x 23.5 x 12 cms, Peso del equipo: 2.7 kg (sin mango), Alimentación eléctrica: 100-120 V/50-60 Hz	PIEZA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$543,438.25	\$ 543,438.25
19	1	Equipo de cinesiterapia para miembros superiores e inferiores: pantalla táctil de 8". pantalla a touch a color. protección de manera segura para miembro superior e inferior. servomotores de alto rendimiento que garantizan un excelente funcionamiento. cuenta con ruedas móviles para fácil traslado modos de entrenamiento: 1.- entrenamiento pasivo. 2.entrenamiento asistido. 3.- entrenamiento activo. 4.- entrenamiento rápido. Especificaciones 1.- reconocimiento de espasmos musculares., 2.entrenamiento simétrico, 3.- entrenamiento con juegos, 4.- datos en tiempo real. 5.- retroalimentación inmediata.	PIEZA	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO	\$487,349.29	\$ 487,349.29



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

20	1	Caminadora eléctrica, especificaciones técnicas: Rango de velocidad: 0.16 - 19.31 km/h, Inclinación: 0% - 15%, Tipo de cinta: 4 Capas, Material de marco: Aluminio, Plataforma reversible: Si, Absorción de impactos: Si, Cordón de seguridad integrado: Si, Barra transversal: Si, Rieles laterales médicos: Si, Ruedas de transporte y bases niveladoras: Si, Color: Platino, Pantalla con teclado numérico: Si, Modo pausa: Si, Control de frecuencia cardiaca interactiva: Si, Frecuencia cardiaca por contacto: Si, Soportes para botellas de agua: Dos en el estante de lectura, Motor: 4 HP continuo, Tamaño de cinta: 50.8 x 147.32 cm, Grosor de plataforma: 2.54 cm, Diámetro de rodillo: 6.35 cm, Kit de fugas de aislamiento (<300 microamps): Si, Altura de escalón, desde el piso hasta la banda de correr: 13.97 cm, Huella física: 193.04 x 88.9 cm, Requerimiento eléctrico: 110 VAC, 60 o 50Hz, 15ª, Tipo de enchufe: 110 VAC Enchufe estilo NEMA 5-15P, Peso máximo de usuario: 181.44 ka	PIEZA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$220,764.53	\$220,764.53
21	1	Bicicleta fija Tipo de marco: Recumbente con apertura de 19.69 cm con un paso bajo de altura de 10.2 cm. Tipo de pedal: Pedales auto equilibrados con correas ajustables, Tipo de asiento: Asiento ergonómico con respaldo ventilado Ajuste de asiento: Adelante / atrás con 15 configuraciones, Sistema de resistencia: Sistema de frenado magnético, Sistema de manejo: V-belt, Rango de resistencia: 1-20, Diseño del manillar: Barras de agarre en consola, manillales junto al asiento con sensores de frecuencia cardiaca por contacto y controles de resistencia, Monitoreo de ritmo cardiaco: De contacto (sensor inalámbrico para pecho opcional), Accesorios: Soporte para botella de agua. Estante de lectura integrado. Bolsillo para accesorios, Ruedas de transporte: Si, Niveladores: Si, Panel de control: Achieve de 22.9 cm (LCD a color con botones táctiles capacitivos). Peso del volante de inercia: 6.80 kg, Rango de carga de trabajo: 60 - 400 Whatts, Máxima capacidad del usuario: 158. 76 kq	PIEZA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$167,487.59	\$167,487.59



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

22	1	Compresero húmedo caliente para 4 compresas. Rejilla incluida, botón de encendido y apagado. Control de temperatura con ajuste manual de la temperatura, termostato de alta calidad que permite el apagado/encendido automático del equipo, incluye compresas estándar 25x30cm	PIEZA	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO	\$17,062.88	\$ 17,062.88
23	1	Compresero fría: Cinco pies cúbicos de capacidad. Incluye cuatro cómodas secciones de congelación rápida. Los paneles son de acero inoxidable duradero, con bandejas y soportes para copas de hielo. No requiere de tuberías. Se conecta a una toma de corriente estándar, Dimensiones: 53 x 66 x 86 cm (largo, ancho y alto).	PIEZA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$79,729.78	\$ 79,729.78
24	1	Espejo de postura móvil: Dimensiones del espejo: 58.42 de ancho x 179.28 cm de alto, Dimensiones totales: 71.12 cm de ancho x 190.5 cm de alto	PIEZA	EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$14,449.46	\$ 14,449.46
25	2	Mesa de tratamiento eléctrica: Camilla de tratamiento eléctrica de 3 secciones. Juste rápido y seguro de respaldo y reposa pies mediante doble pistón neumático. Tapicería médica premium en pvc vinílico: ignífuga, impermeable, resistente a manchas, moho, aceites y desgaste. Equipada con un sistema de ruedas médicas retráctiles de grado hospitalario con seguro de bloqueo. 4 patas de altura ajustables para nivelación. Altura ajustable: 460-890 mm mediante 1 actuador eléctrico con sistema de pedal en pie • respaldo ajustable: 78 ° a -32 ° • sección de pies ajustable: 45 ° a -25 ° • capacidad de peso: 250 kg / 551 lbs (incluye accesorios) • medidas: 198 x 70 x (46-89) cm • peso neto: 70 kg.	PIEZA	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO	\$116,344.80	\$ 232,689.60
26	1	Tina de cuerpo completo para hidroterapia: Datos técnicos: Alimentación de turbina: 127 V - 60Hz, monofásica con tierra física. Dimensiones (consultar diagrama) o 157.5 cm (Largo de tina a paño interno) o 61 cm (Ancho de tina a paño interno) o 45 cm (Profundidad de tina a paño externo) o 72.5 cm (Altura de tina con llantas a paño externo), o 172 cm (Largo de tina a paño externo y con marco), o 7 cm (Largo de llave de desagüe), Turbina: ½ HP a 3530 RPM, Capacidad: 110 galones (416.4 L), Peso:	PIEZA	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO	\$134,362.80	\$134,362.80



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

		>110Kg, Pendiente para el vaciado de la tina.				
27	1	Espejo para Valorar Postura de 2 Secciones: cada Marco de Madera de 185 cm alto x 70 cm ancho, con Ruedas y Frenos, Base de madera con 5 ruedas, dos de ellas con frenos. Fabricada en madera, Dimensiones: 185 cm de alto x 70 de ancho por cada sección x 55 cm de base por cada sección.	PIEZA	MECANO REHAB	\$12,057.50	\$12,057.50
28	1	Estuche de diagnóstico: Equipo recargable de halógeno 3.5 V para ojos, oídos, nariz y garganta, Incluye: Oftalmoscopio coaxial de 3.5 V. Otoscopio de diagnóstico/iluminador de garganta de 3.5 V. Mango con batería de níquel-cadmio, recargable de 3.5 V, convertible a baterías tipo C. Iluminador nasal de 3.5 V. Estuche rígido.	PIEZA	WELCH ALLYN	\$15,177.59	\$15,177.59
29	1	Estetoscopio adulto negro especificaciones: • estetoscopio de uso general. • pieza torácica de cabezal doble (campana y diafragma plano) de acero inoxidable con aros anti-enfriamiento. • binaurales giratorios y olivas intercambiables de sellado cómodo. • libre de látex. • medidas 71 cm.	PIEZA	LITTMAN	\$3,205.03	\$3,205.03
30	1	Plantoscopio, Fabricado en tubo cuadrado de 25 mm, calibre 18, acabado esmaltado cristal superior de 19 mm, entrepaño móvil con espejo. Medidas 40 x 40 x 40 centímetros. Soporte de 120 KG	PIEZA	MECANO REHAB	\$6,005.00	\$6,005.00
31	1	Silla de ruedas todo terreno. Silla de ruedas estructura de acero esmaltado color indistinto, asiento de 18" tapizado en lona, descansa brazos tipo escritorio abatibles y acojinados, descansapiés de aluminio o policarbonato, con antiderrapante, llanta trasera de 60 cm neumática con grabado grueso, rin de rayos y aro motriz de aluminio, llanta delantera de 8", con frenos de palanca que soporte 115 kilos	PIEZA	BIBME	\$4,263.00	\$ 4,263.00
32	1	Biombo de tres hojas de acero inoxidable, Características: Medidas: 190 cm de ancho x 175 cm de alto. Estructura tubular de 1" en calibre 18 de acero inoxidable acabado pulido. Tela en color azul cielo o blanco. Llanta de 2" color negro	PIEZA	VOLUM	\$11,808.90	\$ 11,808.90



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Sin Concurrencia del Comité

33	1	Negatoscopio para empotrar a pared para radiografías de 14"x17" por campo.- Dos lámparas rectas fluorescente de luz azul continua y sin parpadeos por campo.- El brillo es de 1500 cd/m2 para radiografía convencional.- Sujetador de placa radiográfica de barra rotatoria.- Gabinete fabricado totalmente en acero de 0.8 mm de espesor.- Cable de alimentación TW 16 AWG con clavija moldeada polarizada.- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación.	PIEZA	MECANO REHAB	\$4,587.50	\$4,587.50
34	1	Mesa pasteur: con cajón esmaltado, fabricado en lámina de acero inoxidable. Fabricado cubierta y entrepaño de lámina de acero inoxidable y cajón con jaladeras embaladas en lamina de acero calibre 20 acabado esmaltado. Especificaciones: Estructura de tubo de acero de 1 en calibre 18, acabado cromado. Llantas de 2 en color negro. Medidas: 60 x 40 x 100 cms, Altura total de 86 cms.	PIEZA	VOLUM	\$6,976.39	\$6,976.39
35	1	Barras Suecas de Madera para Fisioterapia De 240 cm alto x 91 cm ancho x 15 cm, Especificaciones: Peso: 20 kg, Material: Madera de Pino, Cantidad de barrotes: 12	PIEZA	MECANO REHAB	\$9,937.50	\$9,937.50
36	1	Barras Paralelas para Marcha con Plataforma de 2.5 Metros de Acero Inoxidable con Anchura y Altura Ajustable.	PIEZA	MECANO REHAB	\$28,738.75	\$28,738.75
37	1	Escalera con Rampa para Rehabilitación Física con Pasillos 80 cm + Escalones de 25 cm con Suelo Anti Derrapante, Elaborada en dos secciones. Sección 1: 166 largo x 80 cm ancho x 50 cm alto. Sección 2: 1 PIEZA 200 largo x 80 cm ancho x 50 cm alto. Escalones de 25cm de altura. Barandal: 100 cm v 70 cm.	PIEZA	MECANO REHAB	\$38,721.25	\$38,721.25
38	12	Librero - 6 Repisas, Ensamblado, 35 x 14 x 78", Gris Claro	PIEZA	GR/OFFICE	\$ 17,353.60	\$ 208,243.20
39	6	Mesa de Melamina Móvil para Actividades - Triangular, 34 x 30", Gris claro	PIEZA	GR/OFFICE	\$13,174.70	\$79,048.20



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 514/2/2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO PARA
EL CENTRO REGIONAL DE AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL"
Sin Concurrencia del Comité

40	7	Locker con Frente Transparente - Dos Puertas de Alto, 1 de Ancho, Ensamblado, Ancho de 12", Profundidad de 18"	PIEZA	GR/OFFICE	\$15,950.00	\$111,650.00
					SUBTOTAL	\$3,276,482.23
					IVA	\$524,237.16
					TOTAL	\$3,800,719.39

Resolutivo 1: La propuesta económica del proveedores **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V. CUMPLE** con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta del proveedor **GRUPO HERVEL S.A. DE C.V.** al ser la propuesta económica más baja, resulta ser la propuesta adjudicada a razón del criterio de evaluación binario.

Responsable: Verónica Judith Rodríguez Aguayo.

Cargo: Analista Especializado.

FIN DEL ANEXO 3