



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad al convenio de colaboración firmado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en su carácter de entidad paraestatal y la Secretaría de Administración, se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025** referente a la **“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”** requerido por el **Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses** con número de solicitud de aprovisionamiento **42-012-2025**

**ANTECEDENTES**

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **07 de Julio de 2025** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“LA LEY”**).
2. El **09 de Julio de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **“LA LEY”** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante **“EL REGLAMENTO”**).
3. El **11 de Julio de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de **“LA LEY”**.
4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración.
5. Esta Dirección recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **“LA LEY”**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.**
- **COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C.V.**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025
"CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES"
Sin Concurrencia del Comité

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimiento a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "A UN SOLO PROVEEDOR", utilizando el método de evaluación COSTO BENEFICIO, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve lo siguiente:

Table with 2 columns: Cumplimiento and Nombre del Proveedor. The 'Cumplimiento' cell states they meet legal requirements. The 'Nombre del Proveedor' cell lists 'DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.' and 'COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C.V.'

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis documental que se encuentra plasmado en el Anexo número 1; por lo que las propuestas de los licitantes, DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C.V., se declararan solventes documentalmente.

EVALUACIÓN POR COSTO-BENEFICIO

Se procede a continuación con las evaluaciones de las propuestas según el criterio por costo-beneficio en apego a los artículos 59 fracción XII y 66 de "LA LEY":

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025
"CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES"
Sin Concurrencia del Comité

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos a presentar por los participantes, exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 1 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido en el oficio número IJCF/0409/2025/LG validado por Jorge Alfredo Orozco Montes de Oca, con carácter de Encargado del Despacho y Resolución de los Asuntos de la Dirección de Laboratorios, así como Celia Raquel Chávez Camacho, con carácter de Coordinadora de Laboratorio Químico y Toxicología ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mismo que se expone en el Anexo número 2, lo siguiente;

Table with 2 columns: CUMPLE TÉCNICAMENTE and NO CUMPLE TECNICAMENTE. The 'NO CUMPLE TECNICAMENTE' column lists several technical non-compliance items for 'COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C. V.', such as missing support commitments, lack of experience, and missing technical specifications for various laboratory equipment.

Handwritten signature in blue ink.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

En relación con lo anterior, se manifiesta que el proveedor **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V., CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo 1 de las bases, convirtiéndolo solvente técnicamente, contrario al proveedor, **COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C.V.,** quien **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas razón por la cual su propuesta se desecha al ser insolvente técnicamente.

**Evaluación Económica.** - Con base en la revisión y análisis de la propuesta económica presentada el proveedor **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.,** al ser el único participante que cumplió con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en su propuesta y ofrece una propuesta económica dentro de los rangos establecidos por el artículo 71 numeral 1 de “LA LEY” es evidente que ofrece el mayor costo-beneficio para el Estado. Se realiza el desglose de la propuesta en el **Anexo número 3.**

En función de lo antes expuesto, así como lo deliberado por la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se emite el siguiente:

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**Primero.** En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, se demuestra lo siguiente:

Con lo hasta aquí aducido y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 fracción I y demás relativos y aplicables de “LA LEY”, una vez analizada cada una de las etapas correspondientes, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones se resuelve adjudicar la licitación LPN 316/2/2025 para la “**CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES**” al proveedor, **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.,** al ser la proposición que ofrece el mayor **COSTO BENEFICIO** por la cantidad de \$ 5'011,689.06 ( **Cinco millones once mil seiscientos ochenta y nueve pesos 06/100 M.N) IVA INCLUIDO.**

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo. A continuación, se muestra lo adjudicado:



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Partida	Especificación	Cantidad	Unidad de Medida
1	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, con refacciones, para MICROSCOPIO DE LUZ FLUORESCENTE. Serie 3366000871	1	Servicio
2	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, que incluya las refacciones, para MICROSCOPIO ELECTRÓNICO BARRIDO MARCA CARL ZEISS MODELO EVO 15 GSR, Serie 8003014352	1	Servicio
3	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTÓMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
4	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTÓMETRO LUZ INFRA ROJA (FT-IR).	1	Servicio
5	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
6	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
7	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones para CROMATOGRAFIA DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE FLAMA ACOPLADO A HEAD SPACE	1	Servicio
8	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	1	Servicio
9	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	1	Servicio
10	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO.	1	Servicio



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

11	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	1	Servicio
12	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
13	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	1	Servicio
14	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
15	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCJON ATOMICA	1	Servicio
16	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
17	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones, para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
18	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones para ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO	1	Servicio
19	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, que incluya refacciones para ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	1	Servicio
20	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA TWIN, EMIT II PLUS, número de serie 8-3328	1	Servicio
21	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO	1	Servicio



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS. número de serie: 8-1317		
22	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS, número de serie 9-1327	1	Servicio
23	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS, número de serie 7-1302	1	Servicio
24	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS, número de serie 9-1310	1	Servicio
25	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO. MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS, número de serie 7-1350	1	Servicio
26	CONTRATACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA PRO E, EMIT 11 PLUS, número de serie 20-1317	1	Servicio

**Segundo.** Se manifiesta que el precio total de los bienes adjudicados cumple con lo establecido con el numeral 1 del artículo 71 de “**LA LEY**”, al no resultar superior al 10% o inferior al 40% respecto de la media de precios que arrojó la investigación de mercado.

**Tercero.** En atención al artículo 69, apartado 4 de “**LA LEY**”, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

**Cuarto.** Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “**LA LEY**”, el contrato y la orden de compra deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, **ubicado en Batalla de Zacatecas, #2395, Fraccionamiento Revolución, San Pedro en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.**





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, ubicado en Batalla de Zacatecas, #2395, Fraccionamiento Revolución, San Pedro en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por esta Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **31 de Julio del 2025**.

**ELABORÓ: Germán Alonso Morán Mondaca**

**CARGO: COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.**



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

  
**ANGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN.**  
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ABATECIMIENTOS DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

**OMAR PALAFOX SÁENZ**  
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA  
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

**MTRO. OMAR ESPINOZA TORRES.**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO  
JALICENSE DE CIENCIAS FORENSES,  
DR JESÚS MARIO RIVAS SOUZA.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 1**  
**Evaluación Documental.**

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

NO.	DOCUMENTOS	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C.V.
1	PROPUESTA TÉCNICA	PRESENTA	PRESENTA
2	ANEXO 2 MANIFIESTO DE PERSONALIDAD	PRESENTA	PRESENTA
3	ANEXO 3 ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN	PRESENTA	PRESENTA
4	ANEXO 4 ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
5	ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA	PRESENTA	PRESENTA
6	ANEXO 6 DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE	PRESENTA	PRESENTA
7	ANEXO 7 APORTACION 5 AL MILLAR	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN	PRESENTA NO ACEPTA RETENCIÓN
8	ANEXO 8 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	PRESENTA	PRESENTA



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

9	ANEXO 9. LISTADO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES	PRESENTA	PRESENTA
10	ANEXO 10. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	PRESENTA	PRESENTA
11	ANEXO 11. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESENTA	PRESENTA
12	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ANTE EL IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	ACUSE DE AUTORIZACIÓN AL IMSS PARA HACER PÚBLICO EL RESULTADO DE LA CONSULTA DE SU OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PRESENTA	PRESENTA
14	OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (ANTE EL SAT)	PRESENTA	PRESENTA
15	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL	PRESENTA	PRESENTA



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Resolutivo:** Los proveedores **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.,**  
**COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C.V.,** **CUMPLEN**, con los requisitos legales establecido en  
las bases, por lo tanto, se declaran solventes documentalmente.

**RESPONSABLE: GERMÁN ALONSO MORÁN MONDACA**

**CARGO: COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES**



Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025
"CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES"
Sin Concurrencia del Comité

Anexo 2
Evaluación Técnica.

Derivado del dictamen técnico mediante contenido en el oficio IJCF/0409/2025/LG validado por Jorge Alfredo Orozco Montes de Oca, con carácter de Encargado del Despacho y Resolución de los Asuntos de la Dirección de Laboratorios, así como Celia Raquel Chávez Camacho, con carácter de Coordinadora de Laboratorio Químico y Toxicología ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases a la Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025 en la cual se requiere la "CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALE", se informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

Table with 5 columns: Partida, Numero de especificación, Especificación, Distribuidora Comercial Zogbi S.A. DE C.V., and Comercializadora Ruvak S.A. DE C.V. The table contains one row of data regarding microscope maintenance specifications and compliance status.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, que incluya las refacciones, para <u>MICROSCOPIO ELECTRÓNICO BARRIDO MARCA CARL ZEISS MODELO EVO 15 GSR, Serie 8003014352</u> que consta de:	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2	2	<p><b>Cañón electrónico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desensamble y limpieza de todas sus partes</li> <li>Alineación del filamento</li> <li>Ajustes electrónicos</li> </ul> <p><b>Sistema de vacío</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio de aceite de la bomba rotatoria</li> <li>Revisión y cambio del filtro de aceite</li> <li>Revisión y ajuste de la bomba turbo molecular y su sistema electrónico</li> <li>Revisión y ajuste del medidor tipo penning</li> <li>Revisión y ajuste de apertura y cierre de electroválvulas</li> <li>Revisión y ajuste de niveles de vacío en: bomba rotatoria, cámara de muestras y cañón electrónico.</li> <li>Revisión y ajuste nivel de saturación del gel sílice</li> <li>Revisión del nivel de nitrógeno gaseoso</li> </ul> <p><b>Columna y cámara de muestras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión, ajuste y limpieza de aperturas</li> <li>Alineación del haz electrónico</li> <li>Ajuste y limpieza del stage</li> <li>Verificación y ajuste de los 5 ejes del stage</li> <li>Verificación, ajuste y limpieza del coolstage</li> </ul> <p><b>Fuentes de poder y alto voltaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación del voltaje suministrado al microscopio</li> <li>Verificación del consumo de corriente del microscopio</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>En la partida 2 no establece que en la contratación de póliza constara de columnas y cámara de muestras, con sus respectivas características así como las fuentes de poder y alto voltaje.</li> </ul>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Medición y ajuste de voltajes en tarjetas de control</li> <li>Verificación de fugas de alto voltaje</li> <li>Verificación y ajuste de las fuentes de poder</li> </ul> <p><b>Óptica elect</b>Verificación mediante software de diagnóstico de las lentes condensadoras y objetivas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión, limpieza y ajuste de los detectores sed, bsd y vpse</li> <li>Revisión de campos magnéticos circundantes</li> <li>Revisión y corrección del histórico de fallas</li> <li>Respaldo de archivos de control del disco duro</li> </ul> <p><b>Enfriamiento y suspensión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visión, ajuste o cambio de ventiladores</li> <li>Verificación de temperatura en tarjetas electrónicas</li> <li>Verificación de temperatura y humedad en el cuarto del microscopio</li> <li>Nivel de aire en el sistema de suspensión.</li> <li>2 Mantenimientos preventivos durante la vigencia del contrato y los mantenimientos correctivos en caso de requerirse, que incluya refacciones, apoyo remoto ilimitado sin costo garantía de servicio de 45 días.</li> </ul>		
3	3	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTÓMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b> consta de:          Espectrofotómetro infrarrojo, modelo Nicolet iS50, marca THERMO SCIENTIFIC, número de serie UAP1700090.          Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor, impresora y Ups</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza del equipo</li> <li>Revisión de voltajes de</li> </ul>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		alimentación <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de fuente infrarrojo</li> <li>• Revisión de energía laser</li> <li>• Revisión de OBC electrónica</li> <li>• Revisión de alineación de óptica e interferómetro</li> <li>• Verificación de prueba de validación con estándar interno</li> <li>• Reporte de calificación.</li> </ul>		
4	4	<b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b> , que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTÓMETRO LUZ INFRA ROJA (FT-IR)</u></b> , consta de: Espectrofotómetro infrarrojo, modelo Nicolet iS50, marca THERMO SCIENTIFIC, número de serie AUP1500071. Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor, UPS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• Revisión de voltajes de alimentación</li> <li>• Revisión de fuente infrarrojo</li> <li>• Revisión de energía laser</li> <li>• Revisión de OBC electrónica</li> <li>• Revisión de alineación de óptica e interferómetro</li> <li>• Verificación de prueba de validación con estándar interno</li> <li>• Reporte de calificación.</li> </ul>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

5	5	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Frontier marca Perkin Elmer <b>SERIE 96264</b></p> <p>Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor</p> <p>No break con pila de respaldo</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
6	6	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b> consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Frontier marca Perkin Elmer <b>SERIE 96263</b></p> <p>Equipo de cómputo del equipo, monitor</p> <p>No break con pila de respaldo</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
7	7	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones para <b><u>CROMATOGRAFIA DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE FLAMA, ACOPLADO A HEAD SPACE</u></b>, que consta de:</p> <p>Cromatógrafo de gases modelo Autosystem XL de <b>SERIE</b></p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<p><b>610N6071001</b>, marca Pekín Elmer</p> <p>AUTOMUESTREADOR HEADSPACE SAMPLER modelo HS40XL DE <b>SERIE 615N9050506</b>.</p> <p>Equipo de cómputo del equipo, monitor</p> <p>No break con pila de respaldo</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>		
8	8	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA</b>, consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AA Analyst 800 marca Perkin Elmer número de serie <b>800s10020303</b></p> <p>Horno de grafito</p> <p>Generador de hidruros MHS 10</p> <p>Computadora</p> <p>Compresora 42 L.</p> <p>Sistema de inyección de flujo FIAS 100, serie 100S10020201</p> <p>Automuestreador para flama S10. Serie 102S9083414</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>NO CUMPLE</u>
9	9	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA</b>, que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AANALYST700 DE <b>SERIE 7120</b>, marca <i>Perkin Elmer</i></p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Horno de grafito</li> <li>Generador de hidruros <i>MHS 10</i></li> <li>Computadora</li> <li>Compresora de 42 L.</li> </ul> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>		
10	10	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO,</u></b> que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Spectrum 100 de <b><u>SERIE 77800</u></b>, marca Perkin Elmer</p> <p>Computadora, monitor, No break con pila de respaldo.</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
11	11	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA,</u></b> que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AANALYST700 DE <b><u>SERIE 7117</u></b>, marca <i>Perkin Elmer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Horno de grafito</li> <li>Generador de hidruros <i>MHS 10</i></li> <li>Computadora, monitor</li> <li>Compresora de 42 L.</li> </ul> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<p><u>NO CUMPLE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>no establece que la computadora comprenderá de monitor.</li> </ul>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor. Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.		
12	12	<b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b> , que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b> , que consta de:  Espectrofotómetro de Luz Infrarrojo modelo SPECTRUM100 de <b><u>SERIE 77075</u></b> , marca Perkin Elmer Computadora, Monitor, No break con pila de respaldo. Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil. Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
13	13	<b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b> , que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA</u></b> , que consta de:  Espectrofotómetro modelo AANALYST700 de <b><u>SERIE 7118</u></b> marca <i>Perkin Elmer</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horno de grafito</li> <li>• Generador de hidruros <i>MHS 10</i></li> <li>• Computadora, Monitor, No break con pila de respaldo.</li> <li>• Compresora de 42 L.</li> </ul> Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor. Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.		
14	14	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo SPECTRUM100 de <b><u>SERIE 77065</u></b>, marca Perkin Elmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computadora, monitor</li> <li>• No break con pila de respaldo</li> </ul> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
15	15	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA</u></b> que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AANALYST700 de <b><u>SERIE 7119</u></b>, marca <i>Perkin Elmer</i></p> <p>Horno de grafito</p> <p>Generador de hidruros <i>MHS 10</i></p> <p>Computadora</p> <p>Compresora de 42 L.</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
16	16	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>NO CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<p><b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Spectrum 100 <b><u>SERIE 85768</u></b>, marca Perkin Elmer</p> <p>Computadora, monitor, Impresora</p> <p>No break con pila de respaldo</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>		no establece que el equipo comprende de impresora.
17	17	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Spectrum 100 <b><u>SERIE 85978</u></b>, marca Perkin Elmer.</p> <p>Computadora e impresora</p> <p>No break con pila de respaldo</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación sin costo, el cual debe de quedar funcionando correctamente</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>NO CUMPLE</u>  no establece que el equipo comprende de impresora.
18	18	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b> que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Frontier IR de <b><u>SERIE 96262</u></b>, marca Perkin Elmer.</p> <p>Computadora y monitor</p> <p>No break con pila de respaldo.</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil. Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.		
19	19	<b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA</u></b> , consta de:  Espectrofotómetro modelo AANALYST800 de <b><u>SERIE 800S3120104</u></b> , marca <i>Perkin Elmer</i> Horno de grafito Generador de hidruros <i>MHS 10</i> Computadora Compresora de 42 L. Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
20	20	<b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA TWIN, EMIT II PLUS,</b> número de <b><u>serie 8-3328</u></b> , consta de: *Unidad de trabajo *Unidad de Refrigeración *Computadora CPU y monitor *Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. *Cambio y ajuste de Lámparas *Cambio de rotor *Cambio de teflones de válvula block *Cambio de bandas de agitación	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>*Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>		
21	21	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS,</b> número de <u>serie 8-1317</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
22	22	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS,</b></p>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<p><u>MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS</u>, número de <u>serie 9-1327</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>		
23	23	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS</b>, número de <u>serie 7-1302</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> </ul>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas * Revisión y limpieza general del equipo		
24	24	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, <u>DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS,</u> número de <u>serie 9-1310</u> , consta de: *Unidad de trabajo *Unidad de Refrigeración *Computadora CPU y monitor *Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. *Cambio y ajuste de Lámparas *Cambio de rotor *Cambio de teflones de válvula block *Cambio de bandas de agitación *Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo *Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos *Revisión y servicio Bomba de vacío *Revisión y servicio bomba de agua *Cambio filtro de agua *Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas *Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas * Revisión y limpieza general del equipo	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>
25	25	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, <u>DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS,</u> número de <u>serie 7-1350</u> , consta de: *Unidad de trabajo *Unidad de Refrigeración *Computadora CPU y monitor *Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. *Cambio y ajuste de Lámparas *Cambio de rotor	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>		
26	26	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA PRO E, EMIT II PLUS, número de serie 20-1317,</b> consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	<u>SI CUMPLE</u>	<u>SI CUMPLE</u>



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

5.4 Experiencia				
Numero	Experiencia	Justificación	Distribuidora Comercial Zogbi S.A. DE C.V.	Comercializadora Ruvak S.A. DE C.V.
1	2 Contratos	Se requiere de un experto que conozca el manejo de los equipos automatizados y especializados, para llevar a cabo el correcto funcionamiento de los mismos, dado que es de suma importancia el mantenimiento preventivo, para evitar cualquier falla y garantizar los resultados confiables, por lo que el participante deberá comprobar dicha experiencia presentando en su propuesta 2 contratos celebrados con anterioridad en el IJCF cuyo objeto sea similar a la realización del servicio.	<u>SI CUMPLE</u>	<b>NO CUMPLE</b> <u>El licitante no exhibe contratos que acrediten experiencia previa ante el IJCF, cuyo objeto sea equiparable a la prestación del servicio requerido.</u>
2	Soporte técnico remoto (vía telefónica o virtual) y en sitio.	<p>Garantizar:</p> <p>a) <b>El soporte en sitio;</b> que el equipo técnico se desplace a las instalaciones para resolver problemas para cuándo los equipos necesiten soluciones presenciales y se necesite asistencia personalizada.</p> <p>b) <b>El soporte remoto:</b> el técnico pueda dar servicio remoto (teléfono o virtual) cuando sea necesario, para la realización diagnósticos y reparaciones sin necesidad de acudir al lugar físico de la empresa, agilizando los tiempos de respuesta.</p> <p>Se deberá agregar a su propuesta técnica una carta compromiso o apartado indicando que darán cumplimiento a este punto, es importante que el tiempo de respuesta vía virtual o telefónico sea mínimo 24 hrs.</p>	<u>SI CUMPLE</u>	<b>NO CUMPLE</b> <u>El proveedor presenta una carta compromiso en la que indica que brindará soporte telefónico o virtual; sin embargo, omite manifestar explícitamente que garantizará un tiempo de respuesta inferior a 24 horas.</u>

5.5 Certificados, normas y otros documentos				
Número	Certificado	Justificación	Distribuidora Comercial Zogbi S.A. DE C.V.	Comercializadora Ruvak S.A. DE C.V.
1	ISO 9001	Copia simple de la certificación del proveedor	<u>SI CUMPLE</u>	<b>NO CUMPLE</b> <u>El licitante no exhibe copia simple de la ISO 9001.</u>



Fallo de Adjudicación  
Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025  
"CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO  
QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES"  
Sin Concurrencia del Comité

**Resolutivo 1** : Posterior a la revisión de lo solicitado por parte del área requirente, se determinó que el licitante, **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.**, **SI CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, mientras que el licitante, **COMERCIALIZADORA RUVAK S.A. DE C.V** **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas por lo que su propuesta se desecha.



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

**Anexo 3**  
**Evaluación Económica**

A continuación, se demuestra el ejercicio realizado en cuanto a la evaluación económica de la propuesta del licitante solvente, documental y técnicamente.

**Tabla 1.** En la presente tabla se muestra la propuesta económica del proveedor adjuntado **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.**, adjudicado:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL BIEN Ó SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, con refacciones, para <u>MICROSCOPIO DE LUZ FLUORESCENTE, Serie 3366000871</u> consta de:</b></p> <p><b>Microscopio óptico de luz fluorescente, modelo Axioscope 5, marca CARL ZEISS, con sistema HY-LITER para detección de espermas.</b></p> <p>Equipo de cómputo con su teclado del microscopio                      Limpieza y ajuste de óptica                      Revisión y limpieza del sistema mecánico                      Revisión de cámara.                      Calibración de oculares</p>	SERVICIO	1	\$176,000.00	\$176,000.00
2	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS, que incluya las refacciones, para <u>MICROSCOPIO ELECTRÓNICO BARRIDO MARCA CARL ZEISS MODELO EVO 15 GSR, Serie 8003014352</u> que consta de:</b></p> <p><b>Cañón electrónico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desensamble y limpieza de todas sus partes</li> <li>• Alineación del filamento</li> <li>• Ajustes electrónicos</li> </ul> <p><b>Sistema de vacío</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio de aceite de la bomba rotatoria</li> <li>• Revisión y cambio del filtro de aceite</li> <li>• Revisión y ajuste de la bomba turbo molecular y su sistema electrónico</li> <li>• Revisión y ajuste del medidor tipo penning</li> <li>• Revisión y ajuste de apertura y cierre de electroválvulas</li> </ul>	SERVICIO	1	\$1,012,000.00	\$1,012,000.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y ajuste de niveles de vacío en: bomba rotatoria, cámara de muestras y cañón electrónico.</li> <li>• Revisión y ajuste nivel de saturación del gel sílice</li> <li>• Revisión del nivel de nitrógeno gaseoso</li> </ul> <p><b>Columna y cámara de muestras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión, ajuste y limpieza de aperturas</li> <li>• Alineación del haz electrónico</li> <li>• Ajuste y limpieza del stage</li> <li>• Verificación y ajuste de los 5 ejes del stage</li> <li>• Verificación, ajuste y limpieza del coolstage</li> </ul> <p><b>Fuentes de poder y alto voltaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación del voltaje suministrado al microscopio</li> <li>• Verificación del consumo de corriente del microscopio</li> <li>• Medición y ajuste de voltajes en tarjetas de control</li> <li>• Verificación de fugas de alto voltaje</li> <li>• Verificación y ajuste de las fuentes de poder</li> </ul> <p><b>Óptica elect</b> Verificación mediante software de diagnóstico de las lentes condensadoras y objetivas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión, limpieza y ajuste de los detectores sed, bsd y vpse</li> <li>• Revisión de campos magnéticos circundantes</li> <li>• Revisión y corrección del histórico de fallas</li> <li>• Respaldo de archivos de control del disco duro</li> </ul> <p><b>Enfriamiento y suspensión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visión, ajuste o cambio de ventiladores</li> <li>• Verificación de temperatura en tarjetas electrónicas</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad en el cuarto del microscopio</li> <li>• Nivel de aire en el sistema de suspensión.</li> </ul> <p>2 Mantenimientos preventivos durante la vigencia del contrato y los mantenimientos correctivos en caso de requerirse, que incluya refacciones, apoyo remoto</p>				
---	--	--	--	--



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

	ilimitado sin costo garantía de servicio de 45 días.				
3	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTÓMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b> consta de:</p> <p>Espectrofotómetro infrarrojo, modelo Nicolet iS50, marca THERMO SCIENTIFIC, número de serie UAP1700090.</p> <p>Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor, impresora y Ups</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• Revisión de voltajes de alimentación</li> <li>• Revisión de fuente infrarrojo</li> <li>• Revisión de energía laser</li> <li>• Revisión de OBC electrónica</li> <li>• Revisión de alineación de óptica e interferómetro</li> <li>• Verificación de prueba de validación con estándar interno</li> <li>• Reporte de calificación.</li> </ul>	SERVICIO	1	\$165,000.00	\$165,000.00
4	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTÓMETRO LUZ INFRA ROJA (FT-IR)</u></b>, consta de:</p> <p>Espectrofotómetro infrarrojo, modelo Nicolet iS50, marca THERMO SCIENTIFIC, número de serie AUP1500071.</p> <p>Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor, UPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza del equipo</li> <li>• Revisión de voltajes de alimentación</li> <li>• Revisión de fuente infrarrojo</li> <li>• Revisión de energía laser</li> <li>• Revisión de OBC electrónica</li> <li>• Revisión de alineación de óptica e interferómetro</li> <li>• Verificación de prueba de validación con estándar interno</li> <li>• Reporte de calificación.</li> </ul>	SERVICIO	1	\$165,000.00	\$165,000.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

5	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Frontier marca Perkin Elmer <b><u>SERIE 96264</u></b>          Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor          No break con pila de respaldo          Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$165,880.00	\$165,880.00
6	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS ASI COMO LA CALIFICACIÓN</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b> consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Frontier marca Perkin Elmer <b><u>SERIE 96263</u></b>          Equipo de cómputo del equipo, monitor          No break con pila de respaldo          Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$165,880.00	\$165,880.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

7	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones para <b><u>CROMATOGRAFIA DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE FLAMA, ACOPLADO A HEAD SPACE,</u></b> que consta de:</p> <p>Cromatógrafo de gases modelo Autosystem XL de <b><u>SERIE 610N6071001,</u></b> marca Pekín Elmer</p> <p>AUTOMUESTREADOR HEADSPACE SAMPLER modelo HS40XL DE <b><u>SERIE 615N9050506,</u></b></p> <p>Equipo de cómputo del equipo, monitor No break con pila de respaldo  Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.  Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$151,580.00	\$151,580.00
8	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA,</u></b> consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AA Analyst 800 marca Perkin Elmer número de serie <b><u>800s10020303</u></b>  Horno de grafito  Generador de hidruros MHS 10  Computadora  Compresora 42 L.  Sistema de inyección de flujo FIAS 100, serie 100S10020201  Automuestreador para flama S10. Serie 102S9083414</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor.  Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$148,280.00	\$148,280.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

9	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA</u></b>, que consta de:          Espectrofotómetro modelo AANALYST700 DE <b><u>SERIE 7120</u></b>, marca <i>Perkin Elmer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horno de grafito</li> <li>• Generador de hidruros <i>MHS 10</i></li> <li>• Computadora</li> <li>• Compresora de 42 L.</li> </ul> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$149,930.00	\$149,930.00
10	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, que consta de:          Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Spectrum 100 de <b><u>SERIE 77800</u></b>, marca <i>Perkin Elmer</i>          Computadora, monitor, No break con pila de respaldo.</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$138,930.00	\$138,930.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

11	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA,</u></b> que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AANALYST700 DE <b><u>SERIE 7117,</u></b> marca <i>Perkin Elmer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horno de grafito</li> <li>• Generador de hidruros <i>MHS 10</i></li> <li>• Computadora, monitor</li> <li>• Compresora de 42 L.</li> </ul> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor. Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$149,380.00	\$149,380.00
12	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO,</u></b> que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo SPECTRUM100 de <b><u>SERIE 77075,</u></b> marca <i>Perkin Elmer</i></p> <p>Computadora, Monitor, No break con pila de respaldo.</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil. Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$137,830.00	\$137,830.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

13	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA</u></b>, que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AANALYST700 de <b><u>SERIE 7118</u></b> marca <i>Perkin Elmer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horno de grafito</li> <li>• Generador de hidruros <i>MHS 10</i></li> <li>• Computadora, Monitor, No break con pila de respaldo.</li> <li>• Compresora de 42 L.</li> </ul> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$149,380.00	\$149,380.00
14	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo S PECTRUM100 de <b><u>SERIE 77065</u></b>, marca Perkin Elmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computadora, monitor</li> <li>• No break con pila de respaldo</li> </ul> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.</p> <p>Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$137,830.00	\$137,830.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

15	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA</u></b> que consta de:          Espectrofotómetro modelo AANALYST700 de <b>SERIE 7119</b>, marca <i>Perkin Elmer</i>          Horno de grafito          Generador de hidruros <i>MHS 10</i>          Computadora          Compresora de 42 L.          Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$148,280.00	\$148,280.00
16	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, que consta de:          Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Spectrum 100 <b>SERIE 85768</b>, marca <i>Perkin Elmer</i>          Computadora, monitor, Impresora          No break con pila de respaldo          Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$137,280.00	\$137,280.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

17	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones, para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b>, que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Spectrum 100 <b><u>SERIE 85978</u></b>, marca Perkin Elmer.          Computadora e impresora</p> <p>No break con pila de respaldo</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación sin costo, el cual debe de quedar funcionando correctamente</p>	SERVICIO	1	\$139,480.00	\$139,480.00
18	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,</b> que incluya refacciones para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE LUZ INFRARROJO</u></b> que consta de:</p> <p>Espectrofotómetro de Luz Infrarroja modelo Frontier IR de <b><u>SERIE 96262</u></b>, marca Perkin Elmer.          Computadora y monitor</p> <p>No break con pila de respaldo.</p> <p>Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil.          Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$137,830.00	\$137,830.00



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

19	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</b>, que incluya refacciones para <b><u>ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA</u></b>, consta de:</p> <p>Espectrofotómetro modelo AANALYST800 de <b>SERIE 800S3120104</b>, marca <i>Perkin Elmer</i>  Horno de grafito  Generador de hidruros <i>MHS 10</i>  Computadora  Compresora de 42 L.  Mantenimiento preventivo, limpieza del equipo, ajustes y verificación a fin de asegurar la correcta operación de este y su vida útil, verificar filtros del compresor  Mantenimiento correctivo, se realizarán visitas cuando el equipo presente fallas o errores de operación, el cual debe de quedar funcionando correctamente.</p>	SERVICIO	1	\$149,380.00	\$149,380.00
20	<p><b>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA TWIN, EMIT II PLUS</b>, número de <b>serie 8-3328</b>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>*Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	SERVICIO	1	\$85,038.80	\$85,038.80



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

21	<p>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, <u>DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS</u>, número de <u>serie 8-1317</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	SERVICIO	1	\$85,038.80	\$85,038.80
----	---	----------	---	-------------	-------------



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

22	<p>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, <u>DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS</u>, número de <u>serie 9-1327</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	SERVICIO	1	\$85,038.80	\$85,038.80
----	---	----------	---	-------------	-------------



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

23	<p>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, <u>DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS</u>, número de <u>serie 7-1302</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	SERVICIO	1	\$85,038.80	\$85,038.80
----	---	----------	---	-------------	-------------


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

24	<p>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, <u>DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA JR, EMIT II PLUS</u>, número de <u>serie 9-1310</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	SERVICIO	1	\$85,038.80	\$85,038.80
----	---	----------	---	-------------	-------------





**Fallo de Adjudicación**  
**Licitación Pública Nacional LPN 316/2/2025**  
**“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO**  
**QUÍMICO CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES”**  
**Sin Concurrencia del Comité**

26	<p>CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, <u>DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMÁTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO, MARCA SIEMENS, MODELO VIVA PRO E, EMIT II PLUS</u>, número de <u>serie 20-1317</u>, consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Unidad de trabajo</li> <li>*Unidad de Refrigeración</li> <li>*Computadora CPU y monitor</li> <li>*Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.</li> <li>*Cambio y ajuste de Lámparas</li> <li>*Cambio de rotor</li> <li>*Cambio de teflones de válvula block</li> <li>*Cambio de bandas de agitación</li> <li>*Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo</li> <li>*Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos</li> <li>*Revisión y servicio Bomba de vacío</li> <li>*Revisión y servicio bomba de agua</li> <li>*Cambio filtro de agua</li> <li>*Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas</li> <li>*Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas</li> <li>* Revisión y limpieza general del equipo</li> </ul>	SERVICIO	1	\$85,038.80	\$85,038.80
				Sub-Total	\$4,320,421.60
				16% I.V.A.	\$691,267.46
				TOTAL	\$5,011,689.06

**Resolutivo 1:** La propuesta económica **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.**, cumple con los parámetros económicos planteados por el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al precio promedio establecido en el estudio de mercado de la presente licitación.

**Resolutivo 2:** La propuesta del proveedor **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.**, resulta ser la única propuesta económica solvente, siendo la propuesta adjudicada según el criterio de evaluación binario.

**Responsable: Germán Alonso Morán Mondaca**

**Cargo: COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES**

FIN DEL ANEXO 3  
46

