



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 23, 24 fracción VI y VII, 29, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente **Fallo de Adjudicación** relativo a la **Licitación Pública Nacional LPN 722/2025** referente a la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"**, solicitado por el **Consejo Estatal de Seguridad Pública** mediante el número de solicitud de aprovisionamiento **42-032-2025**.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó en su **64° Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco** de fecha **24 de octubre de 2025** las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección General de Abastecimientos, de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.

2. El **30 de octubre de 2025** se llevó a cabo una junta de **aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 del "EL REGLAMENTO"

3. El **03 de noviembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY"

4. Queda de manifiesto que al acto de apertura de propuestas participaron los miembros del **Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**, el Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración, el Representante de la Contraloría del Estado y los proveedores que presentaron propuestas.

5. Esta Dirección recibió la propuesta de **03 (tres) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los licitantes fueron:

- **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.**
- **AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**
- **CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada "POR PARTIDA", utilizando el criterio de evaluación "BINARIO", por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos y el Comité Técnico resolvieron lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
<p>CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.</p>	<ul style="list-style-type: none">• ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.• AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.• CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis legal que se encuentra plasmado en el Anexo número 1; concluyendo que los licitantes ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V., AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. y CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. son declarados SOLVENTES documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio IJCF/192/2025/LQT validado por **Mario Alberto Martínez Cárdenas** en su carácter de Coordinador Administrativo perteneciente al Consejo Estatal de Seguridad Pública, **Erika Ramírez Flores** en su carácter de Coordinador del Laboratorio de Genética, **Celia Raquel Chávez Camacho**, en su carácter de Coordinador del Laboratorio Químico, **Félix Francisco Zeferino García** en su carácter de Perito A, Representante del Servicio Médico Forense, **Claudia Angélica Aguilar Quezada** en su carácter de Jefe del departamento de Criminalística de Campo y **Javier Alejandro González Ibarra** en su carácter de Encargado de la Dirección de Delegaciones Regionales éstos últimos pertenecientes al INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, mismo que se expone su extracto en el Anexo número 2, lo siguiente:

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

PART.	DESCRIPCIÓN	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
1	BRÚJULAS PROFESIONALES CON PUNTOS DE NAVEGACIÓN	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	DISTANCIÓMETRO	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE -No establece que el equipo cuenta con cámara y no ofrece el modelo solicitado.
3	NAVEGADORES GPS PARA PERITO FORENSE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	BÁSCULA CON ESTADIÓMETRO	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
5	BAUMANÓMETRO CON ESTETOSCOPIO	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	BIOMBO PLEGABLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	ESTETOSCOPIO PROFESIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	ESTUCHE DE DISECCIÓN PROFESIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE -No especifica que incluye el mango de bisturí No. 4
9	ESTUCHE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	LÁMPARA EN TORRE DE ILUMINACIÓN	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	LÁMPARA PARA EXAMEN GENERAL CON PEDESTAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	LÁMPARA UV LED	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	MESA DE EXPLORACIÓN CON PIERNERAS AJUSTABLES DE ALTURA Y POSICIÓN	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	ODÓMETRO	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	SIERRA ELÉCTRICA PARA NECROPSIA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
16	SOPORTE PARA HUESOS- REPOSA CABEZAS	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	MARCO DE PESAS	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
18	TERMONIGRÓMETRO	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA FORENSE	NO CUMPLE -No presenta certificado ISO 9001:2025	NO COTIZA	NO COTIZA
20	LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA FORENSE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	CONGELADOR PARA LABORATORIO	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

22	CROMATÓGRAFO DE GASES CON DETECTOR DE MASAS	NO COTIZA	NO CUMPLE -No presenta traducción del certificado ISO 9001:2015 de acuerdo al punto 5.4.3 numeral g de las bases de la presente licitación.	NO COTIZA
23	ESPECTÓMETRO CON INFRARROJO CON ACCESORIOS DE ATR Y DESHUMIDIFICADOR	NO COTIZA	NO CUMPLE -No presenta traducción del certificado ISO 9001:2015 de acuerdo al punto 5.4.3 numeral g de las bases de la presente licitación.	NO COTIZA
24	CROMATÓGRAFO DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE FLAMA	NO COTIZA	NO CUMPLE -No presenta traducción del certificado ISO 9001:2015 de acuerdo al punto 5.4.3 numeral g de las bases de la presente licitación.	NO COTIZA
25	LÁMPARA DE LUZ FORENSE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	MICROSCOPIO BINOCULAR	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
27	MICRÓTOMO SEMIAUTOMÁTICO DE MESA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE

Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 69, numeral 1, fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desechan las **partidas 22, 23 y 24** del participante **AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.** al **NO CUMPLIR** con las especificaciones técnicas mínimas por el área requirente al no presentar la traducción del certificado de 9001:2015 de acuerdo al punto 5.4.3 numeral g de las bases de la presente licitación, puntuizando que las **partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27** no fueron cotizadas por el licitante en mención.

En esa misma línea el participante **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.** **CUMPLE TECNICAMENTE** con las **partidas 4, 15, 17, 26 y 27**, contrario a las **partidas 2 y 8** que se desechan al **NO CUMPLIR** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo número 1 por el área requirente, puntuizando que dicho participante no cotiza las **partidas 1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24 y 25**.

Ahora bien, el participante **CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.** **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas de la **partida 19** siendo ésta la única partida que cotiza, por lo que su propuesta se desecha.

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por todos los licitantes, realizada en el Anexo 3 del presente fallo; se manifiesta que la propuesta del licitante **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.** es solvente económicamente en las partidas 4, 15, 17, 26 y 27 cotizadas y en las cuales fueron declaradas solventes técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Se hace mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **POR PARTIDA** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que cada una de las partidas serán adjudicadas a aquel proveedor solvente documental y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo en cada uno de ellos.

Primero. En congruencia con los aspectos documentales, técnicos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo como anexos y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, Facción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar las partidas de la licitación LPN 722/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES" según el método de evaluación **BINARIO** de la siguiente manera:

PROVEEDOR ADJUDICADO	PARTIDAS ADJUDICADAS	MONTO TOTAL CON IVA
ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	Partidas 4, 15, 17, 26 Y 27	Por la cantidad de \$2,049,314.00 (Dos millones cuarenta y nueve mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, la licitante podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Se transcribe a continuación las partidas de los bienes contratados:

Número de Concepto (consecutivo)	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida
4	BÁSCULA CON ESTADIÓMETRO	4	PIEZA
15	SIERRA ELÉCTRICA PARA NECROPSIA	10	EQUIPO
17	MARCO DE PESAS	3	PIEZA

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

26	MICROSCOPIO BINOCULAR	1	EQUIPO
27	MICRÓTOMO SEMIAUTOMÁTICO DE MESA	1	EQUIPO

En relación a las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, al no haber alguna propuesta solvente susceptible de ser adjudicada, se declaran desiertas dichas partidas, en congruencia con lo establecido en el artículo 71, numeral 1 de la LEY, el cual establece:

"Artículo 71.

1. Los Comités o las unidades centralizadas de compras, según corresponda, procederán a declarar desierta una licitación, o determinadas partidas de ésta, cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o cuando la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado. Esta media se obtendrá sumando los precios que arrojen las cotizaciones obtenidas durante la investigación de mercado, y posteriormente dividiendo el resultado entre el número de dichas cotizaciones. La declaración de partida o licitación desierta producirá el efecto de que no se adquieran los bienes o servicios respectivos dentro de la licitación que corresponda"

En atención al artículo 72, numeral 1, fracción VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; se podrá emitir una segunda convocatoria de lo correspondiente a las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente Licitación Pública Nacional LPN 722/2025; al respecto se transcribe lo relativo a dicho artículo:

"ARTICULO 72.

VIII. En el supuesto de que dos procedimientos de licitación hayan sido declarados desiertos, el titular de la unidad centralizada de compras podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en dichas convocatorias (...)"

Segundo. En atención al artículo 69, apartado 4 de "LA LEY", difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", el contrato y la orden de compra, deberán celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores C.P. 44270, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el apartado 8 de las Bases, el proveedor adjudicado deberá presentar posteriores a la firma del contrato la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuarto. Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"**

**Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco**

de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los licitantes y Servidores Públicos a quien corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el **día 14 de noviembre de 2025**, en la **69º Sesión de carácter extraordinaria**.

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la "LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 14 de noviembre de 2025, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

Jesús Ezequiel Martínez Nieto

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Ángel Eduardo Márquez Castellón

Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Marisol Araujo Mota

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública

Mónica del Carmen Luquín Tejeda

Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"**

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Eugenio Carolina Torres Martínez

Representante de la Consejería Jurídica

Hugo Enrique Verduzco Sánchez

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior

Emma Itzel Narváez Acosta

Representante de la Secretaría de Administración

Maria Fabiola Rodríguez Navarro

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

Alma Lilia Michel Díaz

Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Jorge Dinael Hinojosa López

Invitado Permanente de la Contraloría del Estado



/ Administración

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"**

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Miguel Ángel Aspe Valencia

Representante del Área Jurídica de la Unidad Centralizada
de Compras

Bryam David Sánchez Porras

Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Administración

Javier De Oyarzabal Castellanos

Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

Omar Palafox Sáenz

Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial de Jalisco



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

ANEXO 1 EVALUACIÓN DOCUMENTAL

La Dirección de Abastecimientos y el Comité Técnico realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V
1	Propuesta Técnica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	SI PRESENTA NO ACEPTE LA RETENCIÓN	SI PRESENTA SI ACEPTE LA RETENCIÓN	SI PRESENTA SI ACEPTE LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
10	Anexo 10 Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de Seguridad Social	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"**

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

	obligaciones fiscales en materia de seguridad social.			
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los proveedores **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V., AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. y CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.** son declaradas SOLVENTES documentalmente.

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"**Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco****ANEXO 2
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Derivado del dictamen técnico contenido en el IJCF/192/2025/LQT validado por **Mario Alberto Martínez Cárdenas** en su carácter de Coordinador Administrativo perteneciente al **Consejo Estatal de Seguridad Pública**, **Erika Ramírez Flores** en su carácter de **Coordinador del Laboratorio de Genética**, **Celia Raquel Chávez Camacho**, en su carácter de **Coordinador del Laboratorio Químico**, **Félix Francisco Zeferino García** en su carácter de **Perito A, Representante del Servicio Médico Forense**, **Claudia Angélica Aguilar Quezada** en su carácter de **Jefe del departamento de Criminalística de Campo** y **Javier Alejandro González Ibarra** en su carácter de **Encargado de la Dirección de Delegaciones Regionales** éstos últimos pertenecientes al **INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES** y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de Licitación Pública Nacional LPN 722/2025 en la cual se requiere la "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES**", por el **Consejo Estatal De Seguridad Pública**, informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas.

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoria y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
1	18 PIEZAS BRÚJULA PROFESIONAL CON PUNTOS DE NAVEGACIÓN, CON LECTURA EN GRADOS DE 0 A 360, CON CLINÓMETRO, CON CUBIERTA PROTECTORA, MARCA BRUNTON MODELO 9077 O SUPERIOR	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	12 PIEZAS DISTANCIÓMETRO LASER, MARCA LEICA CON CÁMARA Y BLUETOOTH MODELO DISTO D810 TOUCH.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE NO ESTABLECE QUE CUENTA CON CÁMARA Y OFRECE MODELO DISTINTO.
3	10 PIEZAS NAVEGADORES GPS PORTATIL, DISPOSITIVOS DE MANO, CON INTERFASE USB O BLUETOOTH Y UN DISEÑO ERGONÓMICO, MARCA GARMIN, CATALOGO GPSMAP 67	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	4 PIEZAS BASCULA CON ESTADIÓMETRO, MECÁNICA DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO CLÍNICO, ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO, ALTA DURABILIDAD, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO EPÓXICO, MARCA HERGOM MEDICAL, CATALOGO MPS200B O SUPERIOR	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
5	8 PIEZAS KIT BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO PROFESIONAL, MARCA WELCH ALLYN, ESFIGMO CON PEDESTAL 7670-10 CON ESTETOSCOPIO PROFESIONAL MARCA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES”Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V	Agilent Technologies México S de R.L de C.V	Asesoria y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V
	WELCH ALLYN CON ESTUCHE PARA BAUMAOMETRO Y ESTETOSCOPIO			
6	16 PIEZAS BIOMBO PLEGABLE PARA PRIVACIDAD, MEDIDAS 1,80 X 1.80 METROS ANCHO TOTAL EXTENDIDO, CON TRES paneles con DIMENSIÓN DE 60 CENTIMENTROS POR PANEL, CARACTERISTICAS DE LA CORTINA, TELA LAVABLE INGNIFUGA, LONA VINULICA O TELA ANTIFLUIDO, ANTIBACTERIANA Y RESISTENTE A FLUIDOS COLOR AZUL MARINO, MOVILIDAD CON RUEDAS GIRATORIAS, CON FRENO EN CADA RUEDA.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	4 PIEZAS ESTETOSCOPIO PROFESIONAL, ACABADO DE LA CAMPANA EN COBRE ESPEJO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, MATE, COLOR DE PECHERA: PLATA, COLOR DEL TUBO: AZUL NÁUTICO, DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA: 4.3 CM, 4.3 MILÉSIMA DE PULGADA, DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA PEQUEÑO: 3.3 CM, 3.3 MILÉSIMA DE PULGADA, CON ESTUCHE, MARCA LITTMAN CLASIC III, CATALOGO 5620 O SUPERIOR	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	34 PIEZAS ESTUCHE DE DISECCIÓN, PROFESIONAL, CON 16 PIEZAS, EN ACERO INOXIDABLE, Y ESTUCHE, MARCA HERGOM MEDICAL, CATALOGO 13-13-1+PS O SUPERIOR, QUE INCLUYA: TIJERA QUIRÚRGICA AGUDA ROMA RECTA 14 CM (1 PIEZA) TIJERA QUIRÚRGICA AGUDA ROMA CURVA 14 CM (1 PIEZA) PINZA HALSTEAD MOSQUITO RECTA 12 CM (1 PIEZA) PINZA KELLY CURVA 14 CM (1 PIEZA) PINZA KELLY RECTA 14 CM (1 PIEZA) MAYO HEGAR PORTA AGÜJAS 14 CM (1 PIEZA) SONDA ACANALADA 14 CM (1 PIEZA) ESTILETE CON OJILLO 14 CM (1 PIEZA) PINZA DISECCIÓN CON DIENTES 14 CM (1 PIEZA) PINZA DISECCIÓN PINZA SIN DIENTES 14 CM (1 PIEZA) MANO PARA BISTURÍ #3 (1 PIEZA) MANO PARA BISTURÍ #4 (1 PIEZA) AGUJA CURVA PARA DISECCIÓN (DISECTOR) (1 PIEZA)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE, NO SE ENCUENTRA COMPLETO EL ESTUCHE, FALTA EL MANGO DE BISTURÍ NO. 4



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	AGUJA RECTA PARA DISECCIÓN (DISECTOR) (1 PIEZA) SEPARADOR FARABEUF 12 CM (1 PIEZA) GANCHO HERINAS (1 PIEZA)			
9	12 PIEZAS ESTUCHE DIAGNÓSTICO, PROFESIONAL, RECARGABLE DE 3.5 V Y RESISTENTE MARCA WELCH ALLYN, MODELO WA97150 C, QUE INCLUYA ESTUCHE RÍGIDO PARA MAYOR PROYECCIÓN. DEBERÁ DE INCLUIR: OFTALMOSCOPIO COAXIAL. OTOSCOPIO 25020 BATERÍA RECARGABLE MANGO METÁLICO CONVERTIDOR A BATERÍA TIPO C. INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO. INCLUYE ESPÉCULOS PARA OTOSCOPIO.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	8 EQUIPOS LÁMPARA EN TORRE DE ILUMINACIÓN DE POTENCIA DOBLE M18 ROCKET, MARCA MILWAUKEE O SUPERIOR, TORRE DE ILUMINACIÓN DE 8,000 LÚMENES DE SALIDA DE ALTA DEFINICIÓN, CON CAPACIDAD DE ENERGÍA DUAL Y ALIMENTADA POR BATERÍA O POR UN CABLE DE EXTENSIÓN, QUE EL CABEZAL DE ILUMINACIÓN DE LA TORRE PUEDA EXTENDERSE DE HASTA 7 PIES, RESISTENTE AL AGUA EN EL SITIO DE TRABAJO, PARA TRABAJO RUDO.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	12 EQUIPOS LÁMPARA PARA EXAMEN GENERAL CON PEDESTAL MÓVIL GS 300 WA44400, MARCA WELCH ALLYN, CON LUZ LED BLANCA BRILLANTE, DISEÑO COMPACTO, ALTO RENDIMIENTO, ENCENDIDO Y APAGADO SIN CONTACTO, CON VARIAS OPCIONES DE MONTAJE PARA MAXIMIZAR EL ESPACIO DE PISO, QUE SE REQUIERA REEMPLAZAR BOMBILLO, QUE SEA FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON BRAZO DE LA LÁMPARA DE 60 CM.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	16 EQUIPOS LÁMPARA UV LED Q5, RESISTENTE A LA LLUVIA, CLIP Y UN ZOOM AJUSTABLE, LUZ LED UV, CON FUNCIONES COMO FIJA ALTA, FIJA MEDIA, FIJA BAJA, SOS, FLASH Y ZOOM MANUAL, CON CARGADOR DE PARED Y UNA BATERÍA RECARGABLE, MARCA ZARLURY O SUPERIOR.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	6 PIEZAS MESA DE EXPLORACIÓN CON PIERNERAS AJUSTABLES DE ALTURA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	Y POSICIÓN, PARA USO CLÍNICO, QUE INCLUYA GABINETE EN ACERO INOXIDABLE Y TAPIZADO DE ALTA RESISTENCIA, BANCO GIRATORIO Y BOTE PARA RESIDUOS AMBOS EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, MODELO FUTURO, MARCA MEDIKATALOGO O SUPERIOR.			
14	8 PIEZAS ODÓMETRO, MARCA TRUPER MODELO 169837 O SUPERIOR, ODÓMETRO CON FRENO, RUEDA DE MEDICIÓN 13", CUERPO FABRICADO EN ABS CON RUEDA DE POLIURETANO, MANGO PLEGABLE Y ASA PARA SU FÁCIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, FRENO Y BOTÓN DE REINICIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANGO PARA MAYOR COMODIDAD, CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA CON FORMA DE PISTOLA, MANGO TELESCÓPICO QUE PERMITE AJUSTAR SU ALTURA Y UNA RUEDA CON RECUBRIMIENTO DE GOMA QUE LA HACE RESISTENTE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE. FABRICADA EN ALUMINIO PARA MAYOR RESISTENCIA PARA PODER SER EMPLEADA EN ESPACIOS INTERIORES O EXTERIORES, Y LIGEREZA PARA MANIPULARSE SIN MUCHO ESFUERZO; CONTADOR AUTOMÁTICO DE 5 DÍGITOS EN METROS Y DECÍMETROS, CON CAPACIDAD MÁX. DE MEDICIÓN 9,999.9 M, ALTURA TOTAL 1 M, DEBERÁ DE INCLUIR ESTUCHE PARA SU GUARDADO.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	10 EQUIPOS SIERRA ELÉCTRICA, PARA NECROPSIA ESTÁNDAR 1000 CAT. MPC-BD040, MARCA MOPEC, CON REPUESTO DE DISCO DE CORTE INCLUIDO, DE ALTA RESISTENCIA, CON CARGASA DE ALUMINIO MECANIZADO PARA REDUCIR EL CALOR Y EL RUIDO, CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO DE ALTA RESISTENCIA, PARA CORTES FINOS LINEALES O DE PEQUEÑAS SECCIONES DE MUESTRA EN HUESO HUMANO, SE SEA FÁCIL DE QUITAR EL CASQUETE CRANEAL.	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
16	12 PIEZAS SOPORTE PARA HUESOS-REPOSA CABEZAS, 100 % ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. PARA EL APOYO DEL CRÁNEO O EXTREMIDADES AL MOMENTO DE REALIZAR NECROPSIA, PATAS DE NEOPRENO PARA EVITAR DAÑOS O	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoria y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	TALLONES EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO. MARCA HERGOM MEDICAL			
17	3 PIEZAS MARCO DE PESAS, 50G-1MG OIML F1, CON CERTIFICADO, CON PATRONES DE REFERENCIA CLASE F1 CON LOS SIGUIENTES PESOS 20 MG, 50 MG, 1000 MG, 5 G, 20 G, 50 G. QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACION Y ESTUCHE INCLUIDO, MARCA OHAUS-TROEMNER, CATALOGO 80780437, MARCA OHAUS-TROEMNER	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
18	5 PIEZAS TERMOHIGROMETRO — INDICADOR DE HUMEDAD (% HR) Y TEMPERATURA (°C) — HUMEDAD: ALCANCE DE MEDIDA 20 % HR A 90 % HR — TEMPERATURA: ALCANCE DE MEDIDA (10 A 40) °C, CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. MARCA TAYLOR, CATALOGO 1731.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	2 PIEZAS REFRIGERADOR PARA LABORATORIO, CON CAPACIDAD DE 650 L. 23 PIES. CON RANGO DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C. QUE LAS RUEDAS DELANTERAS SE PUEDAN BLOQUEAR, PUERTA DE VIDRIO Y DE CIERRE AUTOMATICO 90° ILUMINACIÓN INTERIOR LED ALARMAS DE TEMPERATURA ALTA/BAJA. PUERTO DE ACCESO TRASERO CERRADURAS DE PUERTA CON LLAVE, MARCA THERMO SCIENTIFIC. MODELO TSG2305GA. CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
20	7 PIEZAS LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA FORENSE UVP 900, 9 WATTS ONDA LARGA 365 NM, 110 V, CON FOCO DE REPUESTO, MARCA SIRCHIE, CATALOGO UVP900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
21	1 PIEZA CONGELADOR PARA LABORATORIO DE -30 °C, CON CAPACIDAD DE 650 L. 23 PIES, CON RUEDAS DELANTERAS PARA BLOQUEAR, PUERTA DE CIERRE AUTOMATICO 90°, ILUMINACIÓN INTERIOR LED, ALARMAS DE TEMPERATURA ALTA/BAJA, PUERTO DE ACCESO TRASERO, CERRADURAS DE PUERTA CON LLAVE, MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO TSX2330FY. CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
22	1 EQUIPO CROMATÓGRAFO DE GASES CON DETECTOR DE MASAS GC/MS MODELO GC 8890/ MS 5977C INSERT PLUS MSD TURBO EI, CON BOMBA TURBO MOLECULAR Y MUESTREADOR AUTOMÁTICO DE LÍQUIDOS ALS	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	MODELO 7693 A CON CAPACIDAD DE 150 VIALES, ESTACIÓN DE TRABAJO HEWLETT-PACKARD Z2G9, G6851AA PAQUETE DE SOFTWARE DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO MASSHUNTER, QUE CUENTE CON LAS BIBLIOTECAS: 1) G1033C, MS NIST MAS DE 350,000 ESPECTROS CON ÍNDICE DE RETENCIÓN/MÉTODOS GC. 2) G1035G, WILEY SOFTWARE DE LIBRERIAS NIST DE MS. 3) G1039F, LIBRERIAS MS MAURER MAYER PFLEGER WEBER, 4) G68511AA, SOFTWARE DE MASAS EXACTA CERNO MASSWORKS, 5) G1674AA, LIBRETAS A RTL TOXICOLOGIA FORENSE, 6) SYS GM 5577D, GCMS DIFFUSION SYSTEM, CROSSLAB. INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCA Y FAMILIARIZACIÓN DEL SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL, MANUALES EN ESPAÑOL Y GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO. CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN: H2149A, SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA MARCA EATON DE 6KVA 220 VOLTS ENTRADA 220/127 SALIDA 4.8MN, MARCA AGILENT TECHNOLOGIES, QUE INCLUYA CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.			
23	1 PIEZA ESPECTROFOTÓMETRO FTIR, DE INFRARROJO CON ACCESORIO DE ATR Y DESHUMIDIFICADOR. ESPECTRÓMETRO FTIR AGILENT CARY 630 G8044AA EL ESPECTRÓMETRO FTIR AGILENT CARY 630 CON PC PORTÁTIL. INCLUYE OPCIONES DE MOTOR KBR O ZNSE, ACCESORIOS, SOFTWARE, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CABLE USB. ÚNICO EN SU TIPO AL TENER ÓPTICA SELLADA Y FIJA QUE PERMITE MOVERLO ENTRE SITIOS SIN REQUERIR RE ALINEACIONES DE ÓPTICA. PERMITE OPERARLO HASTA 50°C Y CON 80% DE HUMEDAD NO CONDENSADA, LONGITUD DE ONDA/RANGO DE FRECUENCIA: 5100 CM1 - 600 CM-1; ZNSE, RANGO DE TRABAJO OPERATIVO: 4000-600CM-1, DETECTOR DTGS, INTERFEROMETRO: 25 MM, PERMANENTEMENTE	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES”Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.I. de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S A de C.V.
	ALINEADO, MICHELSON, 45°, FLEXION MECÁNICA; SELLADO Y DESECADO, INTERFACES DE MUESTREO COMPATIBLES DIALPATH, TUMBLIR, DIAMOND ATR, DIFFUSE REFLECTANCE, TRANSMISSION (INCLUYE 2X3 PULGADAS SOPORTE PARA CELDAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS), PODER: 110/120/240 VAC 50/60 HZ, MICROLAB FT-IR SOFTWARE COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 64 BITS. CON BIBLIOTECA FORENSE DE AGILENT TIENE BIBLIOTECAS DE STJAPAN. P/N 30006 5343 ESPECTROS ATR-FTIR. BASE DE DATOS DE ESPECTROS DE EXPLOSIVOS, P/N 30103 405 ESPECTROS ATR-FTIR. BASE DE DATOS DE ESPECTROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS Y PELIGROSOS, P/N 30018 8136 ESPECTROS ATR-FTIR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INCLUIDOS EN LA BASE DE DATOS CAMEO DE LA EPA PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS. BASE DE DATOS DE ESPECTROS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, FÁRMACOS Y ANTIBIÓTICOS, P/N 30020 2715 ESPECTROS ATR-. BASE DE DATOS DE ESPECTROS DE EXCIPIENTES, P/N 30022 852 ESPECTROS ATR-FTIR. BASE DE DATOS DE ESPECTROS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE ALTO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (HPV), P/N 30021 1315, BASE DE DATOS DE ESPECTROS FORENSES, P/N 30014 3579 ESPECTROS ATR-FTIR DE COMPUESTOS DE INTERÉS COMÚN EN EL LABORATORIO FORENSE. BASE DE DATOS DE ESPECTROS DE POLVOS BLANCOS P/N 30023 697 ESPECTROS ATR-FTIR. BASE DE DATOS DE ESPECTROS DE ADITIVOS ALIMENTARIOS Y ENVASES DE ALIMENTOS, P/N 30003 2762 ESPECTROS ATR-FTIR. INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FAMILIARIZACIÓN DEL SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE, UN AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE			



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES”Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	FABRICACIÓN A LA ENTREGA DEL EQUIPO O 3 MESES PARA ACCESORIOS Y CONSUMIBLES. MARCA AGUILENT TECHNOLOGIES. QUE INCLUYA CAPACITACION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.			
24	3 EQUIPOS CROMATÓGRAFO DE GASES CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE FLAMA (FID) Y AUTO MUESTREADOR DE ESPACIO DE CABEZA (HEADSPACE) GC 8860/MUESTREADOR DE ESPACIO DE CABEZA 8697 AGILENT G2790A SISTEMA GC CROMATÓGRAFO DE GASES AGILENT 8860 PERSONALIZADO TIENE UN PUERTO DE INYECCIÓN CAPILAR SSL (SPLIT/SPLITLESS) CON DETECTOR DE IONIZACIÓN DE FLAMA (FID). G4511A MUESTREADOR DE ESPACIO DE CABEZA (HEADSPACE) 8697 AGILENT, COLUMNAS ESPECIALES DB-BAC UI DE 30M X 0.32MM X 1.8UM. M8414AA CONJUNTO DE PC CON OPENLAB CDS WORKSTATION. INCLUYE EL SOFTWARE, PC CON 8 GB. SE INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA EL HARDWARE, ASÍ COMO ALGUNOS CONSUMIBLES BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLUMNA. CON CALIFICADO PARA DOCUMENTAR SU INSTALACIÓN Y CORRECTA OPERACIÓN. CUENTA CON CAPACITACION Y UN SISTEMA DE ENERGIA IN-INTERRUMPIBLE MARCA: EATON MODELO: 9PX 3000 RT CAPACIDAD: 3 KVA 120 VOLTS, 1 FASE, 4.8MN ESPECIFICACIONES: • PUERTO SPLIT/SPLITLESS CON CONTROL NEUMÁTICO ELECTRÓNICO, LÍNEA DE PURGA DE LA SEPTA, PRUEBAS DE DIAGNÓSTICOS SEMI-AUTOMÁTICAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 400°C Y RANGO DE PRESIÓN DE 0 A 100 PSI. • DETECTOR DE IONIZACIÓN DE FLAMA CON TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 425°C Y LÍMITE DE DETECCIÓN MÍNIMO <3 PG CARBÓN/S COMO TRIDECANO. • HORNO CON OPERACIÓN DE 8°C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE DEL LABORATORIO HASTA 425°C, RESOLUCIÓN DE 0.1°C Y RAMPAS DE CALENTAMIENTO DE HASTA 30°C/MIN PARA UN VOLTAJE De	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	100. • AUTOMUESTREADOR DE ESPACIO DE CABEZA (HEADSPACE MODELO 8697 AGILENT) CON CAPACIDAD DE 48 MUESTRAS EN VIALES DE 20 O 10 ML. CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE PARA HORNO, VÁLVULA/LOOP Y LÍNEA DE TRANSFERENCIA. REPETIBILIDAD TÍPICA <0.7% RSD Y ARRASTRE TÍPICO <0.0001%. MARCA AGILENT TECHNOLOGIES, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCA Y FAMILIARIZACIÓN DEL SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO QUÍMICO CENTRAL, MANUALES EN ESPAÑOL Y GARANTÍA MINIMA DE UN AÑO.			
25	6 EQUIPOS LAMPARA DE LUZ FORENSE TACTICAL MAX TMX200, QUE INCLUYA MINI TRIPODE FLEXIBLE, MARCA SIRCHIE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	1 EQUIPO MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA LEICA, CON ÓPTICA CORREGIDA AL INFINITO, CALIDAD DE IMAGEN BRILLANTE DE ALTO CONTRASTE, PLATINA CUADRADA, BASE DE ILUMINACIÓN DIASCÓPICA, REVOLVER QUÍNTUPLE, CABEZA BINOCULAR CON PROTECCIÓN ANTIHONGOS, INCLINACIÓN DE 45 GRADOS, AJUSTE INTERPUPILAR DE 52 A 75 MM, PARA FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO. ADITAMENTO MECÁNICO PARA PLATINA CON MANDOS DERECHOS Y MOVIMIENTOS X, Y, DIMENSIONES DE LA PLATINA: 15 CM (X), 14 CM (Y). CON PINZA PORTAMUESTRAS ESTÁNDAR. OCULARES ESTÁNDAR 10X/18 PARA OPTIMIZAR EL CAMPO VISUAL, CON ANILLO ELEVADO Y PROTECTORES PARA LA OBSERVACIÓN CON O SIN ANTEOJOS, QUE LOS OCULARES ACEPTEN RETÍCULAS PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE MEDICIÓN Y CONTEO. OBJETIVOS HI-PLAN CON CORRECCIÓN DE FORMA Y COLOR PARA UNA RESOLUCIÓN DE IMAGEN INSUPERABLE POR OTROS SISTEMAS QUE INCLUYE: OBJETIVOS CORREGIDOS AL INFINITO Y CODIFICADOS DIN, OBJETIVOS HI-PLAN 4X/0.10, 10X/0.25, 20X/0.40, 40X/0.65, 100X/1.25 PARA USO CON ACEITE DE INMERSIÓN, ACEITE DE INMERSIÓN 10 ML. PAR DE OCULARES	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCOENSE
DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco**

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	10X/20, CONDENSADOR ABBE 0.90/1.25 OIL CON DIAFRAGMA Y DESPLAZAMIENTO POR PIÑONES Y CREMALLERA. CON MECANISMO DE ENFOQUE CON MANDOS MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO COAXIALES CON MARCAS A CADA LADO DEL MANDO MICROMÉTRICO CON 100 DIVISIONES DE 100 MICRAS CADA UNA. FUNDA DE PROTECCIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN, OPERA A 120V 50/60 HZ. ESTATIVO DE ALUMINIO FUNDIDO DE GRAN ESTABILIDAD PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES Y PROPORCIONAR UNA OPERACIÓN DURABLE Y ESTABLE. MECANISMO DE ENFOQUE AUTOAJUSTABLE Y EXENTO DE MANTENIMIENTO QUE IMPIDA LA DESVIACIÓN DE LA PLATINA DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL INSTRUMENTO, OBJETIVOS DE GRAN AUMENTO ACCIONADOS POR RESORTE, PLATINA MECÁNICA GRADUADA CON ESCALA DE VERNIER EN NONIOS PARA CONTROL Y PRECISIÓN. REVESTIMIENTOS RESISTENTES A LOS HONGOS Y MOHO, AJUSTES DE DOBLE ENFOQUE PARA DISTANCIA INTERPUPILAR QUE GARANTICEN PARFOCALIDAD, QUE TODOS LOS OBJETIVOS SEAN CORREGIDOS AL INFINTO, PARFOCALES Y PAR CENTRADOS PARA REDUCIR EL REENFOQUE, OBJETIVOS DE GRANDES AUMENTOS RETRACTILES PARA PROTECCIÓN DE LAS MUESTRAS CON TOPE DE SEGURIDAD. DEBERÁ INCLUIR UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED CON RENDIMIENTO LUMÍNICO CON PROMEDIO DE 25,000 HORAS DE VIDA ÚTIL, ASÍ COMO UNA LÁMPARA SIN TRANSMISIÓN DE CALOR, CAMBIOS DE COLOR NI DE INTENSIDAD DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA. SE INCLUIRÁ CAPACITACIÓN, MANUALES EN ESPAÑOL Y GARANTÍA MINIMA DE 1 AÑO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.			
27	1 EQUIPO MICRÓTOMO SEMIAUTOMÁTICO DE MESA, MARCA LEICA, PARA CORTES EN TEJIDOS INCLUIDOS EN PARAFINA, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO MOTORIZADO	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Agilent Technologies México S de R.L de C.V.	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V.
	CONTROLADO POR CODIFICADOR ÓPTICO DE ALTA PRECISIÓN, PERMITIENDO UN PASO MÍNIMO DE CORTE AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 0.5 MICRAS Y UN RANGO DE GROSOR DE CORTE ENTRE 0.5 Y 100 MICRAS, RANGO DE AJUSTE DEL ESPESOR DE RECorte: DE 1 A 600 MM, AVANCE DE LA MUESTRA: APROX. 24 MM \pm 1 MM, CARRERA VERTICAL: 70 MM \pm 1 MM, CON VOLANTE DE AVANCE MANUAL ERGONÓMICO, CON FRENO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD PARA EL BLOQUEO AUTOMÁTICO AL INICIO Y AL FINAL DEL CICLO DE CORTE, DEBERÁ DE INCLUIR UN SISTEMA DE SUJECCIÓN DE MUESTRAS COMPATIBLE CON CASETES DE HISTOLOGÍA ESTÁNDAR, ASÍ COMO BLOQUES DE PARAFINA Y DISPONER DE UNA FUNCIÓN DE MEMORIA PARA LA ÚLTIMA POSICIÓN DE CORTE, LO CUAL PERMITIRÁ MANTENER LA REPRODUCIBILIDAD DE LOS CORTES, CON SOPORTE DE CUCHILLAS, DEBERÁ DE INCLUIR PLATAFORMA DE CUCHILLA DESLIZANTE CON ALINEACIÓN LATERAL AJUSTABLE, CON PORTA CUCHILLAS CON CARACTERÍSTICA "DOS EN UNO" COMPATIBLE CON CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO Y BAJO PERFIL. EL EQUIPO DEBERÁ TENER UNA CONSTRUCCIÓN CON SEPARACIÓN FÍSICA ENTRE EL MOTOR DE AVANCE Y EL ÁREA DE CORTE, A FIN DE EVITAR LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES. CON DISEÑO COMPACTO, ERGONÓMICO Y CON SUPERFICIES RESISTENTES A DISOLVENTES COMÚNMENTE UTILIZADOS COMO EL XIOL Y EL ALCOHOL, QUE CUENTE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MUESTRAS QUE PERMITA QUE LA TEMPERATURA DEL BLOQUE SE MANTENGA MAS TIEMPO, ESPECIALMENTE AL REALIZAR CORTES MÚLTIPLES PARA IHC O CORTES SERIADOS. DEBERÁ DE INCLUIR BANDEJA DE DESECHOS ANTIESTÁTICA.			

**Fallo de Adjudicación****Licitación Pública Nacional LPN 722/2025****"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"****Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

No.	Especificaciones mínimas solicitadas	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V	Agilent Technologies México S de R.L de C.V	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V
	<p>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EL EQUIPO DEBE INCORPORAR UN FRENO AUTOMÁTICO DEL VOLANTE CUANDO NO ESTÁ EN USO, Y ESTAR DISEÑADO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES POR CONTACTO ACCIDENTAL CON LA CUCHILLA. LA BANDEJA DE RESIDUOS DEBE TENER UN TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO CON CAPACIDAD DE 1400 ML CON PINCEL INCLUIDO A FIN DE SU FÁCIL LIMPIEZA. CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO DE 40VA, FRECUENCIA NOMINAL 50/60HZ Y TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 100/120 V CA.</p> <p>DEBERÁ DE INCLUIR LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none">• BANDEJA DE RESIDUOS DE CORTE ANTIESTÁTICA• BANDEJA SUPERIOR• ORIENTACIÓN PRECISA CON SISTEMA DE SUJECCIÓN RÁPIDA PARA LA PINZA PORTAMUESTRAS• PINZA UNIVERSAL PARA CASETES• PORTACUCHILLAS E DOS EN UNO PARA CUCHILLAS DE PERFIL ALTO Y BAJO CON FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO LATERAL (INCLUYE BASE DE PORTACUCHILLAS)• CABLE DE ALIMENTACIÓN NEMA5-15 C13 (14041157009)• CAPACITACIÓN Y MANUALES EN ESPAÑOL.• GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO <p>QUE INCLUYA CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.</p>			

Obligaciones de los participantes	Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V	Agilent Technologies México S de R.L de C.V	Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A de C.V
Los licitantes interesados deberán acompañar a su propuesta:			
1.- El certificado de calidad ISO 9001:2015	NO CUMPLE, NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD SOLICITADO	CUMPLE	CUMPLE



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES”

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

2.- Carta en la que acredita que su representada es distribuidor autorizado y/o exclusivo para las marcas requeridas.	CUMPLE	NO CUMPLE NO PRESENTA TRADUCCIÓN DE ACUERDO AL PUNTO 5.4.3 NUMERAL G DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN	CUMPLE
3.- Escrito firmado por el representante legal, en el cual manifiesten que su representada está en posibilidades de entregar los bienes requeridos, máximo el día 31 de diciembre de 2025.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.- Escrito firmado por el representante legal, en el cual manifiesten que los equipos contarán con una garantía mínima de 12 meses, partir de la entrega, instalación y puesta en marcha de los equipos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Resolutivo 1: se desechan las **partidas 22, 23 y 24** del participante **AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.** al **NO CUMPLIR** con las especificaciones técnicas mínimas por el área requirente al no presentar la traducción del certificado de 9001:2015 de acuerdo al punto 5.4.3 numeral g de las bases de la presente licitación, puntualizando que las **partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27** no fueron cotizadas por el licitante en mención

Resolutivo 2: el participante **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.** **CUMPLE** con las **partidas 4, 15, 17, 26 y 27**, contrario a las **partidas 2 y 8** que son desechadas al **NO CUMPLIR** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas en el anexo número 1 por el área requirente, puntualizando que dicho participante no cotiza las **partidas 1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24 y 25**.

Resolutivo 3: el participante **CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.** **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas de la **partida 19**, siendo ésta la única partida que cotiza, por lo que su propuesta se desecha en su totalidad.

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Nacional LPN 722/2025
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FÓRENSES"
Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
**ANEXO 3
EVALUACIÓN ECONÓMICA**

Ahora bien, se procede al análisis económico respecto de las propuestas solventes documental y técnicamente que resultaron favorecidas para cada una de las partidas, en razón del criterio de evaluación **BINARIO**

Tabla 1: Representación de precios unitarios antes de IVA en partidas cotizadas

PART.	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	No Cotiza	No Cotiza	NO CUMPLE TECNICAMENTE
3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	No Cotiza	No Cotiza	\$6,050.00
5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	No Cotiza	No Cotiza	NO CUMPLE TECNICAMENTE
9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	No Cotiza	No Cotiza	\$98,200.00
16	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	No Cotiza	No Cotiza	\$62,400.00
18	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	NO CUMPLE TECNICAMENTE	No Cotiza	No Cotiza
20	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	No Cotiza	NO CUMPLE TECNICAMENTE	No Cotiza
23	No Cotiza	NO CUMPLE TECNICAMENTE	No Cotiza
24	No Cotiza	NO CUMPLE TECNICAMENTE	No Cotiza
25	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	No Cotiza	No Cotiza	\$88,150.00
27	No Cotiza	No Cotiza	\$485,100.00

Tabla 2: Se transcribe las partidas adjudicadas al licitante:

ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
PART.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO	TOTAL
4	4	BASCULA CON ESTADIÓMETRO MODELLO MPS200B MARCA HERGOM MEDICAL BASCULA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA QUE SOPORTA HASTA 200 KG, CON UN ESTADIÓMETRO DE USO PROFESIONAL DE FÁCIL	PIEZA	MODELLO MPS200B MARCA HERGOM MEDICAL	\$ 6,050.00	\$ 24,200.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"**Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

	OPERACIÓN QUE ES RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN Y PERMITE LA OBTENCIÓN DE MEDICIONES MUCHO MÁS EXACTAS. FABRICADA CON UN SISTEMA DE PALANCA DE ACERO DURADERO, DISEÑADO PARA SOPORTAR EL USO DIARIO MIENTRAS MANTIENE SU PRECISIÓN. LA ESTRUCTURA CUENTA CON RECUBRIMIENTO EN POLVO POR DENTRO Y FUERA QUE LA PROTEGEN DEL ÓXIDO PROLONGANDO ASÍ LA VIDA ÚTIL DE LA BÁSCULA. LAS LLANTAS TRASERAS PERMITEN DESPLAZAR LA BÁSCULA CON FACILIDAD DE UN PUNTO A OTRO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAPACIDAD: 200 KG X 0.1 KG ESTADIÓMETRO DE USO PROFESIONAL: 75-200 CM TAMAÑO DE PLATAFORMA DE PESO: 37.5 CM X 27.5 CM DIMENSIONES GENERALES: 53 CM X 27.5 CM X 148.5 CM COLOR: BLANCO ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO RUEDAS TRASERAS PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO					
15 10	SIERRA ELÉCTRICA PARA NECROPSIA SIERRA PARA NECROPSIA ESTÁNDAR, CON REPUESTO DE DISCO DE CORTE INCLUIDO, DE ALTA RESISTENCIA, PARA CORTES FINOS LINEALES O DE PEQUEÑAS SECCIONES DE MUESTRA EN HUESO HUMANO, FÁCIL DE QUITAR DEL CASQUETE CRANEAL. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y UNA CARCASA DE ALUMINIO MECANIZADO QUE REDUCE EL CALOR Y EL RUIDO. EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO ESTÁ DISEÑADO Y UBICADO DE FORMA QUE NO SE ROMPA EN CASO DE CAÍDA, ALTA RESISTENCIA. DISEÑADA PARA RETIRAR EL CASQUETE CRANEAL, REALIZAR CORTES LINEALES O SECCIONAR PEQUEÑAS MUESTRAS ÓSEAS. ESPECIFICACIONES	EQUIPO	MARCA MOPEC, MODELO 1000 CATÁLOGO MPC-BD040	\$98,200.00	\$ 982,000.00	



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	<ul style="list-style-type: none">• CONSTRUCCIÓN ROBUSTA• CARCASA DE ALUMINIO MECANIZADO CON BASE PESADA• INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DISEÑADO Y UBICADO DE FORMA QUE NO SE ROMPA SI SE CAE• 110 V - 120 V• 60 Hz• DIMENSIONES 11" X 3.5" X 3.5"• PESO CON CABLE: 3.92 LBS• OSCILACIONES DE ALTA VELOCIDAD A 28,000 CPM• CICLO DE TRABAJO DE 18,414 RPM: 15 MIN ENCENDIDO/20 MIN APAGADO• CABLE ELÉCTRICO DE 3 METROS CON ENCHUFE DE GRADO HOSPITALARIO• CARCASA NO METÁLICA QUE REDUCE EL CALOR Y EL RUIDO• SE UTILIZA PARA RETIRAR EL CASQUETE CRANEAL, REALIZAR CORTES LINEALES O SECCIONAR PEQUEÑAS MUESTRAS ÓSEAS• LUBRICACIÓN ESPECIAL QUE GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL• ALTERNATIVA ECONÓMICA A LA SIERRA DE AUTOPSIA MOPEC 810• INCLUYE LLAVE ALLEN PARA CAMBIAR LAS CUCHILLAS					
17 3	MARCO DE PESAS PARA CALIBRACIÓN MARCA OHAUS - TROEMNER OIML CLASE F1 CON CERTIFICADO CONJUNTO DE 20 PESAS DE CALIBRACIÓN CON RANGO DE 50G-1MG AJUSTADAS PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS TOLERANCIAS DE OIML CLASE F1, CON CERTIFICADO Y ESTUCHE INCLUIDO. LOS CONJUNTOS DE PESAS DE CALIBRACIÓN OIML TROEMNER OFRECEN LAS TOLERANCIAS MÁS ESTRÍCTAS, LAS INCERTIDUMBRES MÁS BAJAS Y TODAS LAS SUPERFICIES ESTÁN PULIDAS HASTA UN ACABADO PERFECTO PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS TOLERANCIAS Y RESTRICCIONES DE DISEÑO DE OIML R 111. SE FABRICAN CON ACEROS INOXIDABLES DE ALTA CALIDAD, QUE TIENE UNA DENSIDAD MUY CONTROLADA,	PIEZA	MARCA OHAUS - TROEMNER OIML	\$62,400.00	\$187,200.00	



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

		UNA SUSCEPTIBILIDAD BAJA MAGNÉTICA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. CONSTRUCCIÓN: LAS PESAS DE 1 G Y SUPERIORES SON DE DOS PIEZAS. LAS PESAS DE 500 MG E INFERIORES SON DE UNA PIEZA. LAS PESAS DE 500 G A 1 G SON DE TROEMNER ALLOY 8. LAS PESAS ≤500 MG SON DE ACERO INOXIDABLE 303, ACERO INOXIDABLE 304 O ALUMINIO. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO: LAS PESAS DE 1 G A 50 KG TIENEN UN CUELLO CÓNICOS QUE PERMITE UN MANEJO FÁCIL, UN ACABADO PULIDO SIMILAR A UN ESPEJO QUE PERMITE VER RASGUÑOS O MATERIAS EXTRAÑAS, Y LA PARTE INFERIOR DE LAS PESAS ESTÁ REBAJADA PARA REDUCIR EL DESGASTE. DENSIDAD EN 20°C: POR DEBAJO DE 5 MG SON 2.70 G/CM3; DE 500 MG A 5 MG SON 7.95 G/CM3; 1 G Y POR ENCIMA TIENEN UNA DENSIDAD DE 8.03 G/CM3. DIMENSIÓN DE ESTUCHE: 8.89CM X 17.78 CM X 20.32 CM (LXAXA) CONTENIDO DEL KIT: (1) 1 MG, (2) 2 MG, (1) 5 MG, (1) 10 MG, (2) 20 MG, (1) 50 MG, (1) 100 MG, (2) 200 MG, (1) 500 MG, (1) 1 G, (2) 2 G, (1) 5 G, (1) 10 G, (2) 20 G Y (1) 50 G.					
26	1	MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO DM750 MARCA LEICA MICROSCOPIO BINOCULAR PARA CIENCIAS DE LA VIDA CON REVÓLVER PARA 5 OBJETIVOS CORREGIDOS AL INFINITO O HI PLANACROMÁTICOS. EL SISTEMA LEICA DM750 ES EL MICROSCOPIO IDÓNEO PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS, ASÍ COMO PARA FACULTADES DE MEDICINA, VETERINARIA Y ODONTOLOGÍA. MICROSCOPIO BINOCULAR PARA APLICACIONES DE RUTINA EN HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA QUE CUENTA CON ÓPTICA CORREGIDA AL INFINITO Y QUE OFRECE UNA CALIDAD DE IMAGEN BRILLANTE DE ALTO CONTRASTE. CUENTA	EQUIPO	MARCA LEICA, MODÉLO DM750	\$88,150.00	\$88,150.00	



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"**

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

	CON UNA PLATINA CUADRADA, BASE DE ILUMINACIÓN DIASCÓPICA, REVOLVER QUÍNTUPLE, CABEZA BINOCULAR CON PROTECCIÓN ANTIHONGOS Y MOHO, CON INCLINACIÓN DE 45 GRADOS Y AJUSTE INTERPUPILAR DE 52 A 75 MM Y CORRECCIÓN DIÓPTRICA INDIVIDUAL, PARA PROPORCIONAR FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO Y ALTA ERGONOMÍA. EL EQUIPO TIENE UN ADITAMIENTO MECÁNICO PARA LA PLATINA CON MANDOS DERECHOS Y MOVIMIENTOS X, Y. DIMENSIONES DE LA PLATINA: 15 CM (X), 14 CM (Y), CON TOPES PREDEFINIDOS QUE EVITAN EL CONTACTO ACCIDENTAL DEL OBJETIVO CON LA MUESTRA, CON AJUSTE DE TENSIÓN Y CONTROL DE DESLIZAMIENTO SUAVE. CON PINZA PORTA-MUESTRAS ESTÁNDAR. LOS OCULARES SON ESTÁNDAR DE 10X/20 QUE OPTIMIZAN EL CAMPO VISUAL PARA UNA OPERACIÓN FÁCIL Y CONFORTABLE CON ANILLO ELEVADO Y PROTECTORES QUE PERMITEN LA OBSERVACIÓN CON O SIN ANTEOJOS, LOS OCULARES ACEPTAN RETÍCULAS PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE MEDICIÓN Y CONTEO. LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO SON HI-PLAN CON CORRECCIÓN DE FORMA Y COLOR PARA UNA RESOLUCIÓN DE IMAGEN INSUPERABLE POR OTROS SISTEMAS QUE INCLUYEN: OBJETIVOS CORREGIDOS AL INFINITO Y CODIFICADOS DIN, OBJETIVOS HI-PLAN 4X/0.10, 10X/0.25, 20X/0.40, 40X/0.65 Y 100X/1.25 PARA USO CON ACEITE DE INMERSIÓN, SE INCLUYE UN FRASCO DE ACEITE DE INMERSIÓN DE 10 ML. LOS OBJETIVOS ESTÁN MONTADOS CON ROSCA RMS. PAR DE OCULARES 10X/20, CONDENSADOR ABBE 0.90/1.25 OIL CON DIAFRAGMA Y DESPLAZAMIENTO POR PIÑONES Y CREMALLERA. EL MECANISMO DE ENFOQUE CUENTA CON MANDOS				
--	---	--	--	--	--



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"**

**Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco**

	<p>MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO COAXIALES, CON CONTROL BILATERAL Y TRACCIÓN AJUSTABLE, PERMITIENDO UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1µM, CON MARCAS A CADA LADO DEL MANDO MICROMÉTRICO CON 100 DIVISIONES DE 100 MICRAS CADA UNA. EL EQUIPO VIENE CON SU FUNDA DE PROTECCIÓN Y SU CABLE DE ALIMENTACIÓN, CUENTA CON COMPARTIMIENTO INTERNO PARA ALMACENAR EL CABLE, ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA Y POSIBILIDAD DE INCORPORAR CÁMARA DIGITAL SIN NECESIDAD DE MODIFICAR LA ESTRUCTURA ÓPTICA. OPERA A 120V 50/60 HZ.</p> <p>ESTATIVO DEL MICROSCOPIO DM750 ES DE ALUMINIO FUNDIDO Y DE GRAN ESTABILIDAD QUE AYUDA A REDUCIR LAS VIBRACIONES Y PROPORCIONA UNA OPERACIÓN DURABLE, ESTABLE Y SIN ESFUERZO AGOTADOR. SU MECANISMO DE ENFOQUE AUTOAJUSTABLE ES EXENTO DE MANTENIMIENTO E IMPIDE LA DESVIACIÓN DE LA PLATINA DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL INSTRUMENTO, LOS OBJETIVOS DE GRAN AUMENTO SON ACCIONADOS POR RESORTE, LA PLATINA MECÁNICA ES GRADUADA CON ESCALA DE VERNIER EN NONIOS PARA CONTROL Y PRECISIÓN. LOS REVESTIMIENTOS DEL EQUIPO SON RESISTENTES A LOS HONGOS Y AL MOHO, CUENTA CON AJUSTES DE DOBLE ENFOQUE PARA DISTANCIA INTERPUPILAR QUE GARANTIZAN LA PARFOCALIDAD, TODOS LOS OBJETIVOS SON DEL TIPO HI-PLAN CORREGIDOS AL INFINITO, PARFOCALES Y PARCENTRADOS PARA REDUCIR EL REENFOQUE, LOS OBJETIVOS SON DE GRANDES AUMENTOS RETRACTILES PARA PROTECCIÓN DE LAS MUESTRAS CON TOPE DE SEGURIDAD. EL EQUIPO TIENE UN EFICIENTE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE</p>				
--	---	--	--	--	--

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

	LUZ FRÍA CON UN RENDIMIENTO LUMÍNICO EN PROMEDIO DE 25,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. SU LÁMPARA NO TRANSMITE EL CALOR, NI CAMBIA DE COLOR NI DE INTENSIDAD DURANTE TODA SU VIDA ÚTIL, CUENTA CON CONTROL AUTOMÁTICO DE BRILLO CON APAGADO AUTOMÁTICO TRAS UN PERÍODO DE INACTIVIDAD. CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE ENCENDIDO LENTO PARA PRESERVAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. DISEÑO COMPACTO APROX. 280 MM (ANCHO) X 330 MM (LARGO) X 390 MM (ALTO), CON BASE ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A SOLVENTES COMUNES DEL LABORATORIO. CON POSIBILIDAD DE CRECER A LAS TÉCNICAS DE CAMPO OSCURO, POLARIZACIÓN SIMPLE Y FLUORESCENCIA, MEDIANTE LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. INCLUYE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN SITIO, ASÍ COMO LA ENTREGA DE MANUALES EN ESPAÑOL.				
27	MICRÓTOMO SEMIAUTOMÁTICO DE MESA MODELO MULTICUT MARCA LEICA. MICROTOMO Fiable y preciso diseñado para crear cortes en tejidos incluidos en parafina de gran calidad y ofrecer un excelente tiempo de actividad. Con características que aseguran la precisión, reproducibilidad y seguridad operativa. Con sistema de avance y retroceso motorizado controlado por codificador óptico, de alta precisión que permite un paso mínimo de corte en incrementos de 0.5 micras y un rango de grosor de corte entre 0.5 y 100 micras. El volante de avance manual es ergonómico, incorpora freno automático de seguridad y permitir bloqueo automático al inicio y al final.	EQUIPO	MARCA LEICA MICROTOMO MODELO MULTICUT	\$485,100.00	\$485,100.00



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"**Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

	DEL CICLO DE CORTE, GARANTIZANDO UN MOVIMIENTO SUAVE Y LIBRE DE VIBRACIONES. ESTE EQUIPO MAXIMIZA LA COMODIDAD DEL USUARIO Y LA EFICIENCIA, ES EL ÚNICO MICRÓTOMO DE ROTACIÓN CLÍNICO PERSONALIZADO QUE AUMENTAN LA COMODIDAD DEL USUARIO ADAPTANDO EL SENTIDO DE LA MANIVELA ELECTRÓNICA DE AVANCE MACRO A SU PREFERENCIA Y SITUÁNDOLA EN UNA POSICIÓN ERGONÓMICA CERCA DEL USUARIO. DE ESTA FORMA, SE REDUCE EL CANSANCIO AL RECORTAR. EL SISTEMA EXCLUSIVO DE EQUILIBRIO DE FUERZAS TRABAJA CON DISTINTOS TAMAÑOS DE MUESTRA DESDE BIOPSIA HASTA MEGACASSETTES A LA VEZ QUE REDUCE EL RIESGO DE PROBLEMAS CAUSADOS POR UN CABEZAL DE LA MUESTRA DESEQUILIBRADO. EL SISTEMA DE SUJECIÓN DE MUESTRAS ES COMPATIBLE CON CASETES DE HISTOLOGÍA ESTÁNDAR, ASÍ COMO CON BLOQUES DE PARAFINA (SUJETADOR ESTÁNDAR GRANDE: 55 x 50 x 30 MM SUJETADOR PARA CARTUCHO SUPER: 68 x 48 x 15 MM) Y DISPONE DE UNA FUNCIÓN DE MEMORIA PARA LA ÚLTIMA POSICIÓN DE CORTE, LO CUAL PERMITIRÁ MANTENER LA REPRODUCIBILIDAD DE LOS CORTES. EL DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL MÍNIMO DE LA MUESTRA ES DE 24 MM ±1 MM, MOVIMIENTO DE AVANCE A TRAVÉS DEL MOTOR DE PASOS Y EL VERTICAL DE 70 MM ±1 MM, ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA HORIZONTAL ± 8° Y VERTICAL ± 8°. EL SOPORTE DE CUCHILLAS INCLUYE UNA PLATAFORMA DE CUCHILLA DESLIZANTE CON ALINEACIÓN LATERAL AJUSTABLE SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, TIENE UNA PORTA CUCHILLAS CON CARACTÉRISTICA "DOS EN UNO"				
--	---	--	--	--	--



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

	<p>COMPATIBLE CON CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO Y BAJO PERFIL Y UN RANGO DE ESPESOR DE DESBASTE DE 1 - 600 μm. CUENTA CON UNA BANDEJA DE RESIDUOS ANTIESTÁTICA DE 1400 ML QUE AUMENTA LA EFICIENCIA EN LA LIMPIEZA A UNOS POCOS SEGUNDOS; ADEMÁS, REDUCE LA CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO/USUARIO AL RECOGER Y CONTROLAR LOS RESIDUOS DE MANERA EFICAZ, VIENE CON UN PINCEL PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. DISEÑADO PARA CORTES DE GRAN CALIDAD PARA H&E, IHC Y TÉCNICAS MOLECULARES. EL EQUIPO TIENE LA OPCIÓN DE "RM COOL CLAMP" DE REFRIGERACIÓN DE MUESTRAS QUE PERMITE QUE LA TEMPERATURA DEL BLOQUE SE MANTenga FRÍA DURANTE MÁS TIEMPO, ESPECIALMENTE AL REALIZAR CORTES MÚLTIPLES PARA IHC O CORTES SERIADOS (ACCESORIOS NO INCLUIDOS). EL EQUIPO TIENE UNA CONSTRUCCIÓN CON SEPARACIÓN FÍSICA ENTRE EL MOTOR DE AVANCE Y EL ÁREA DE CORTE, CON EL FIN DE EVITAR LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES. SU DISEÑO ES COMPACTO (DIMENSIONES ANXPXAL: 477MM X 620MM X 295MM), ERGONÓMICO Y CON SUPERFICIES RESISTENTES A DISOLVENTES COMÚNMENTE UTILIZADOS COMO EL XIOL Y EL ALCOHOL.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• MICRÓTOMO DE ROTACIÓN SEMIMOTORIZADO• DIMENSIONES Y PESO (AN X PR X AL): 477 MM x 620 MM x 295 MM- ANCHURA (INCLUIDAS RUEDA MANUAL Y MANIVELA DE AVANCE MACRO)- PROFUNDIDAD (INCLUIDA LA BANDEJA DE RESIDUOS DE CORTE)- ALTURA (SIN BANDEJA SUPERIOR)• PESO (SIN ACCESORIOS): APROX. 31 KG			
--	---	--	--	--

Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES"**

Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

	<ul style="list-style-type: none">• RANGO DE AJUSTE DEL ESPESOR DE CORTE: DE 0,5 A 100 μM• RANGO DE AJUSTE DEL ESPESOR DE RECorte: DE 1 A 600 μM• AVANCE DE LA MUESTRA: APROX. 24 MM \pm 1 MM• CARRERA VERTICAL: 70 MM \pm 1 MM• PORTACUCHILLAS 2 EN 1 PARA CUCHILLAS DE PERFIL ALTO Y BAJO.• RETRACCIÓN SILENCIOSA QUE REDUCE EL NIVEL DE RUIDO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PROLONGADO.• FRENO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD PARA MINIMIZAR ACCIDENTES.• TAMAÑO MÁXIMO DE LA MUESTRA (AL X AN X PR):- SUJETADOR ESTÁNDAR GRANDE: 55 \times 50 \times 30 MM- SUJETADOR PARA CARTUCHO SUPER: 68 \times 48 \times 15 MM• SISTEMA DE EQUILIBRIO DE FUERZAS EXCLUSIVO: EL EXCLUSIVO SISTEMA DE EQUILIBRIO DE FUERZAS REDUCE EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES DEBIDO A UN CABEZAL DE MUESTRA DESAJUSTADO.• RETRACCIÓN DE LA MUESTRA: DE 5 A 100 μM EN INCREMENTOS DE 5 μM; SE PUEDE DESACTIVAR• VELOCIDADES DE AVANCE MACRO Y DE CORTES MOTORIZADOS- VELOCIDAD DE AVANCE Y RETROCESO LENTO: 300 MM/S- VELOCIDAD DE AVANCE RÁPIDO: 800 MM/S- VELOCIDAD DE RETROCESO RÁPIDO (VUELTA RÁPIDA A LA POSICIÓN INICIAL): 1800 MM/S• VELOCIDAD DE CORTE: N/A (MANUAL)• FUNCIÓN DE MEMORIA PARA LA ÚLTIMA POSICIÓN DE CORTE• MANIVELA DE AVANCE MACRO PERSONALIZADA SELECCIONABLE POR EL USUARIO: SELECCIONABLE POR EL USUARIO PARA UNA MAYOR COMODIDAD.• INTERCAMBIO RÁPIDO DE MUESTRAS CON BUSCA RÁPIDA Y				
--	---	--	--	--	--



Fallo de Adjudicación

Licitación Pública Nacional LPN 722/2025

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES"**Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**

	POSICIÓN DE MEMORIA PROGRAMABLE. • ROTACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL DEL ORIENTADOR DE MUESTRAS CON POSICIÓN CERO: $\pm 8^\circ / \pm 8^\circ$ • BANDEJA DE DESECHOS: ANTIESTÁTICA • BANDEJA SUPERIOR • ORIENTACIÓN PRECISA CON SISTEMA DE SUJECIÓN RÁPIDA PARA LA PINZA PORTAMUESTRAS • PINZA UNIVERSAL PARA CASETES DE HISTOLOGÍA ESTÁNDAR Y BLOQUES DE PARAFINA • SOPORTE PORTACUCHILLAS E DOS EN UNO PARA CUCHILLAS DE PERFIL ALTO Y BAJO CON FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO LATERAL (INCLUYE BASE DE PORTACUCHILLAS) • FRECUENCIA NOMINAL 120V 50-60 HZ • CABLE DE ALIMENTACIÓN NEMA5-15 C13 INCLUYE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN SITIO, ASÍ COMO LA ENTREGA DE MANUALES EN ESPAÑOL.				
		SUBTOTAL	\$1,766,650.00		
		IVA	\$282,664.00		
		TOTAL	\$2,049,314.00		

Resolutivo 1: La propuesta económica del licitante **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V. CUMPLE** en las partidas 4, 15, 17, 26 y 27 con los parámetros económicos planteados por el artículo 71 numeral 1 de "LA LEY", en relación al precio promedio establecido en la Investigación de Mercado de la presente licitación.

Resolutivo 2: La propuesta económica del licitante **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.** resulta ser la propuesta adjudicada para las partidas 4, 15, 17, 26 y 27 según el criterio de evaluación binario, al ser la única propuesta solvente en dichas partidas y por ende la más baja económicamente.

Responsable de la evaluación: Karina González Preciado, Coordinadora Ejecutiva.