Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

Con fundamento en los artículos 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 numeral 1, fracción IV, y numerales 2 y 3, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 55 fracciones II, III, IV, 59 numeral 2, 66, 67, 69, y 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 69, 73, 97 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1, 2°, fracciones I y III, 6, 15, 16, 17 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 4, 5, y 6 del Reglamento de la Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y de conformidad al convenio de colaboración firmado por la **INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES** en su carácter de Organismo Público Descentralizado y la Secretaría de Administración, se emite el siguiente **fallo desierto** relativo a la **Licitación Pública Nacional LPN 734/2026** referente a la **"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"**, requerida mediante la solicitud de aprovisionamiento con el número **44-010-2026**.

ANTECEDENTES

1. La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Bases y Procesos por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **23 de septiembre de 2026** publicó la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 59 y 72, fracción I, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**LA LEY"**).

2. El **29 de septiembre de 2026** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "**LA LEY"** y el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (de ahora en adelante "**EL REGLAMENTO"**).

3. El **05 de octubre de 2026** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 64 al 70 de "**LA LEY"**.

4. Queda de manifiesto que, al acto de apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras, y el representante de la Contraloría del Estado de Jalisco.

5. Esta Dirección recibió las propuestas de **02 (dos) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "**LA LEY"**; en ese sentido, los licitantes fueron:

- **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.**
- **LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

EVALUACIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada **"A UN SOLO PROVEEDOR"**, utilizando el criterio de evaluación **"BINARIO"**, por lo que se procede a la evaluación documental, técnica y económica.

Evaluación Documental. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases y en función al acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 72, fracción V, incisos a) y b) de la "**LA LEY"**, de la revisión cualitativa que realizó la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones resolvieron lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLEN con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregarse todos los documentos.	• **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.** • **LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ**

Esto es así en función del acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el análisis legal que se encuentra plasmado en el **Anexo número 1;** concluyendo que los licitantes **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.** y **LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ** son declarados **SOLVENTES** documentalmente.

Evaluación Técnica.- Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en el anexo 1 de las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de **"LA LEY"**, y los artículos 68 y 69 de **"EL REGLAMENTO"**, se ha obtenido el dictamen técnico contenido en el oficio **IJCF/630/2026/LG** validado por **Oscar Alonso Pérez Vázquez** en su carácter de **Encargado del Despacho de la Dirección de Laboratorios; César Martín Coronado Ramírez,** en su carácter de **Coordinador del Laboratorio de Genética** y por **Celia Raquel Chávez Camacho**, en su carácter de **Coordinadora del Laboratorio Químico** del **INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES**, mismo que se expone en el **Anexo número 2**, lo siguiente:

NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE
• **LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ,** no cumple con lo siguiente: Respecto a las partidas 1 y 2, no presenta lo siguiente: o No acredita que cuenta con al menos un ingeniero y/o técnico capacitado que presenten certificados que avalen experiencia, emitidos por el fabricante de los equipos objeto. o No presenta copia simple de contratos con entes gubernamentales o públicos, relacionados con servicios similares. o No presenta copia simple de los certificados de competencia del personal técnico que prestará los servicios. o No presenta copia simple del certificado ISO 9001:2015 o similar que avale que cuenta con sistema de gestión de calidad. o No presenta cartas de respaldo del fabricante de las partidas 10 a la 24. o No presenta listado de ingenieros y/o técnicos certificados por el fabricante de los equipos.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

- **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.**
  - No presenta carta del fabricante que respalde su propuesta técnica respecto a las partidas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24.

Bajo ese contexto, los licitantes **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.** y **LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ, NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requirente en las bases de la presente licitación, por lo que sus propuestas se desechan.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la Dirección General de Abastecimientos, a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

DECLARACIÓN DE FALLO DESIERTO

Primero. Vista la relación de solvencia de las propuestas, la Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones procede a **declarar desierta** la licitación, de conformidad con el artículo 71, numeral 1 de **"LA LEY"**, al no existir alguna propuesta solvente técnicamente y que pudiera ser susceptible de ser evaluada económicamente. Al respecto, se transcribe para fundamentar lo anterior, la siguiente porción normativa:

> "Artículo 71…
> 1. Los Comités o las unidades centralizadas de compras, según corresponda, procederán a declarar desierta una licitación, o determinadas partidas de ésta, cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o cuando la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados […]"

Segundo. En atención al artículo 71, numeral 2, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; **se podrá emitir una segunda convocatoria** de lo correspondiente a la presente Licitación Pública Nacional **LPN 734/2026**; al respecto se transcribe lo relativo a dicho artículo:

> "Artículo 71…
> 2. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la adjudicación directa, en los términos establecidos en el presente ordenamiento. Cuando los requisitos o el carácter sea modificado con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento.

Tercero. En atención al artículo 69, apartado 4 de **"LA LEY"**, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Compras del Estado de Jalisco, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1221, Colonia Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

La Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día **22 de octubre del año 2026.**

ÁNGEL EDUARDO MÁRQUEZ CASTELLÓN
DIRECTOR DE FALLOS Y ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

OMAR PALAFOX SÁENZ
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

GONZALO ALBERTO GARCÍA ÁVILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO JALISCIENSE
DE CIENCIAS FORENSES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

ANEXO 1
EVALUACIÓN DOCUMENTAL

La Dirección General de Abastecimientos a través de la Dirección de Fallos y Adjudicaciones realizaron el análisis de los requisitos legales y documentales establecidos en las bases y anexos del capítulo 5 subpuntos 5.4.1 y 5.4.2, en función al acta de apertura de propuestas de la presente licitación, señalando el incumplimiento o no de los mismos por parte de cada uno de los licitantes participantes en este proceso, tal y como se muestra a continuación:

No.	Documentos	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.	LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ
1	Propuesta Técnica	PRESENTA	PRESENTA
2	Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	PRESENTA	PRESENTA
3	Anexo 3 Índice de la proposición	PRESENTA	PRESENTA
4	Anexo 4 Acreditación del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
5	Anexo 5 Propuesta Económica	PRESENTA	PRESENTA
6	Anexo 6 Declaraciones del Licitante	PRESENTA	PRESENTA
7	Anexo 7 Aportación 5 al Millar	PRESENTA **NO** ACEPTA LA RETENCIÓN	PRESENTA **NO** ACEPTA LA RETENCIÓN
8	Anexo 8 Declaración de Estratificación	PRESENTA	PRESENTA
9	Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	PRESENTA	PRESENTA
10	Anexo 10 Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	PRESENTA	PRESENTA
11	Anexo 11 Manifiesto de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social	PRESENTA	PRESENTA
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	PRESENTA	PRESENTA
13	Acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	PRESENTA	PRESENTA
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	PRESENTA	PRESENTA

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	PRESENTA	PRESENTA
16	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	PRESENTA	PRESENTA
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	PRESENTA	PRESENTA

Resolutivo: Se manifiesta que las propuestas de los licitantes **LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ** y **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.** son **SOLVENTES** documentalmente.

Responsable de la evaluación: Quetzalli Vega Quintero, Coordinadora de la Comisión de Adquisiciones.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

ANEXO 2.
EVALUACIÓN TÉCNICA.

Derivado del dictamen técnico contenido en el oficio **IJCF/630/2026/LG** validado por **Oscar Alonso Pérez Vázquez** en su carácter de **Encargado del Despacho de la Dirección de Laboratorios; César Martín Coronado Ramírez,** en su carácter de **Coordinador del Laboratorio de Genética** y por **Celia Raquel Chávez Camacho**, en su carácter de **Coordinadora del Laboratorio Químico** del **INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES,** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 numeral 2 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el anexo 1 de las bases de **Licitación Pública Nacional LPN 734/2026**, en la cual se requiere la **"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"**, informa la siguiente evaluación de las propuestas técnicas:

Partida	Especificación	Distribuidora Comercial Zogbi, S.A. de C.V.	Luis Eduardo Campos Núñez
1	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,** que incluya refacciones, para ***ESPECTROFOTÓMETRO FT-IR DE LUZ INFRARROJO*** consta de: MODELO: Nicolet iS50 - PUNTA DIAMANTE número de serie UAP1700090 Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor, impresora y Ups • Limpieza del equipo • Revisión de voltajes de alimentación • Revisión de fuente infrarrojo • Revisión de energía laser • Revisión de OBC electrónica • Cambio de rotor • Revisión de alineación de óptica e interferómetro Verificación de prueba de validación con estándar interno	**Si cumple**	**Si cumple**
2	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS,** que incluya refacciones, para ***ESPECTROFOTÓMETRO LUZ INFRA ROJA (FT-IR)***, consta de: MODELO: Nicolet is50 - PUNTA DIAMANTE número de serie AUP1500071 Equipo de cómputo del equipo CPU, monitor, UPS • Limpieza del equipo • Revisión de voltajes de alimentación • Revisión de fuente infrarrojo • Revisión de energía laser • Revisión de OBC electrónica • Cambio de rotor • Revisión de alineación de óptica e interferómetro Verificación de prueba de validación con estándar interno	**Si cumple**	**Si cumple**
3	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, *DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO*** MODELO: VIVA TWIN, EMIT II PLUS número de serie 8-3328 Consta de: • Unidad de trabajo • Unidad de Refrigeración • Computadora CPU y monitor • Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón.	**Si cumple**	**Si cumple**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

	• Cambio y ajuste de Lámparas • Cambio de teflones de válvula block • Cambio de rotor • Cambio de bandas de agitación • Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo • Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos • Revisión y servicio Bomba de vacío • Revisión y servicio bomba de agua • Cambio filtro de agua • Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas • Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas Revisión y limpieza general del equipo		
4	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, *DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO*** MODELO: VIVA PRO E, EMIT II PLUS número de serie 20-1317 Consta de: • Unidad de trabajo • Unidad de Refrigeración • Computadora CPU y monitor • Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. • Cambio y ajuste de Lámparas • Cambio de teflones de válvula block • Cambio de bandas de agitación • Cambio de rotor • Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo • Revisión y servicio Bomba de vacío • Revisión y servicio bomba de agua • Cambio filtro de agua • Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas • Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas Revisión y limpieza general del equipo	**Si cumple**	**Si cumple**
5	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, *DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO.*** MODELO: VIVA PRO E número de serie 18-7505 Consta de: • Unidad de trabajo • Unidad de Refrigeración • Computadora CPU y monitor • Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. • Cambio y ajuste de Lámparas • Cambio de teflones de válvula block • Cambio de rotor • Cambio de bandas de agitación • Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo • Revisión y servicio Bomba de vacío • Revisión y servicio bomba de agua • Cambio filtro de agua • Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas • Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas • Revisión y limpieza general del equipo	**Si cumple**	**Si cumple**
6	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, *DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO*** MODELO: VIVA JR, EMIT II PLUS número de serie 7-1302 Consta de: • Unidad de trabajo • Unidad de Refrigeración • Computadora CPU y monitor	**Si cumple**	**Si cumple**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

	• Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. • Cambio y ajuste de Lámparas • Cambio de teflones de válvula block • Cambio de bandas de agitación • Cambio de rotor • Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo • Revisión y servicio Bomba de vacío • Revisión y servicio bomba de agua • Cambio filtro de agua • Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas • Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas Revisión y limpieza general del equipo		
7	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, *DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO*** MODELO: VIVA JR, EMIT II PLUS número de serie 9-1310 Consta de: • Unidad de trabajo • Unidad de Refrigeración • Computadora CPU y monitor • Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. • Cambio y ajuste de Lámparas • Cambio de teflones de válvula block • Cambio de bandas de agitación • Cambio de rotor • Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo • Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos • Revisión y servicio Bomba de vacío • Revisión y servicio bomba de agua • Cambio filtro de agua • Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas • Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas Revisión y limpieza general del equipo	**Si cumple**	**Si cumple**
8	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, *DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO*** MODELO: VIVA PRO E número de serie 18-7508 Consta de: • Unidad de trabajo • Unidad de Refrigeración • Computadora CPU y monitor • Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. • Cambio y ajuste de Lámparas • Cambio de teflones de válvula block • Cambio de bandas de agitación	**Si cumple**	**Si cumple**
	• Cambio de rotor • Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo • Revisión y/o cambio de ajuga dispensadoras de líquidos • Revisión y servicio Bomba de vacío • Revisión y servicio bomba de agua • Cambio filtro de agua • Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas • Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas • Revisión y limpieza general del equipo		
9	**CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS, *DEL SISTEMA ANALIZADOR INMUNOENZIMATICO PARA LA IDENTIFICACION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO*** MODELO: VIVA PRO E, EMIT II PLUS número de serie 18-7506 Consta de:	**Si cumple**	**Si cumple**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

	• Unidad de trabajo • Unidad de Refrigeración • Computadora CPU y monitor • Cambio de toda la tubería de vacío, desecho, wash arm y teflón. • Cambio y ajuste de Lámparas • Cambio de teflones de válvula block • Cambio de bandas de agitación • Cambio de rotor • Cambio de baleros de agitación de muestra y reactivo • Revisión y servicio Bomba de vacío • Revisión y servicio bomba de agua • Cambio filtro de agua • Limpieza y lubricación de dilutores y partes mecánicas • Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas • Revisión y limpieza general del equipo		
10	Contratación de mantenimiento al **EQUIPO GENETIC ANALYZER 3500 DE 24 CAPILARES;** el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, ventiladores, filtro de aire y del bloque del polímero, • Verificación del láser, óptica y de la bomba de polímero, • Calibración del autosampler, calibración espacial y espectral, • Ejecutar prueba para etiquetas de radiofrecuencia (RFID). Datos de equipo Nombre: Genetic Analyzer 3500 de 24 capilares Marca: Applied Biosystem Número de serie: 32327050 Número de activo: 18408 Ubicación: Área de tipificación del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
11	Contratación de mantenimiento al equipo **GENETIC ANALYZER 3500 DE 8 CAPILARES;** el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, ventiladores, filtro de aire y del bloque del polímero, • Verificación del láser, óptica y de la bomba de polímero, • Calibración del autosampler, calibración espacial y espectral, • Ejecutar prueba para etiquetas de radiofrecuencia (RFID). Datos de equipo Nombre: Genetic Analyzer 3500 de 8 capilares Marca: Applied Biosystem Número de serie: 24160-141 Número de activo:13288 Ubicación: Área de tipificación del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales	**Si cumple**	**Si cumple**
12	Contratación de mantenimiento al equipo **GENETIC ANALYZER 3500 DE 8 CAPILARES;** el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, ventiladores, filtro de aire y del bloque del polímero, • Verificación del láser, óptica y de la bomba de polímero, • Calibración del autosampler, calibración espacial y espectral, • Ejecutar prueba para etiquetas de radiofrecuencia (RFID). Datos de equipo Nombre: Genetic Analyzer 3500 de 8 capilares Marca: Applied Biosystem Número de serie: 26113-060 Número de activo:14252 Ubicación: Área de tipificación del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
13	Contratación de mantenimiento al equipo **GENETIC ANALYZER 3500 DE 8 CAPILARES;** el servicio consiste en lo siguiente:	**Si cumple**	**Si cumple**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

	• Limpieza del equipo, ventiladores, filtro de aire y del bloque del polímero, • Verificación del láser, óptica y de la bomba de polímero, • Calibración del autosampler, calibración espacial y espectral, • Ejecutar prueba para etiquetas de radiofrecuencia (RFID). Datos de equipo Nombre: Genetic Analyzer 3500 de 8 capilares Marca: Applied Biosystem Número de serie: 32115-020 Ubicación: Área de tipificación del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.		
14	Contratación de mantenimiento al equipo **AUTOMATE EXPRESS**; el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Comprobar fusibles y voltaje de los motores y sensores de los ejes M, Lubricación de los ejes M, P, Y y Z, guías LM y tornillos, • Verificación del funcionamiento del interruptor, • Comprobar la tensión y distribución de la correa del eje Y, • Prueba del sensor, • Limpieza del magneto, • Si es necesario, reemplazar los empaques (D-rings) y engrasar con silicona el embolo de los empaques, • Comprobar perforación de la tapa de aluminio de los cartuchos, realizar pruebas de fuga y pipeteo Datos de equipo Nombre: Automate Express Marca: Applied Biosystem Número de serie: PFX1111A0367 Ubicación: Área de Extracción 2 del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales P, Y y Z.	**Si cumple**	**Si cumple**
15	Contratación de mantenimiento al equipo **AUTOMATE EXPRESS**; el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Comprobar fusibles y voltaje de los motores y sensores de los ejes M , P , Y y Z. • Lubricación de los ejes M , P, Y y Z, guías LM y tornillos, • Verificación del funcionamiento del interruptor, • Comprobar la tensión y distribución de la correa del eje Y, • Prueba del sensor, • Limpieza del magneto, • Si es necesario, reemplazar los empaques (D-rings) y engrasar con silicona el embolo de los empaques, • Comprobar perforación de la tapa de aluminio de los cartuchos, realizar pruebas de fuga y pipeteo Datos de equipo Nombre: Automate Express Marca: Applied Biosystem Número de serie: PFX1811B1325 Ubicación: Área de Extracción 2 del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
16	Contratación de mantenimiento al equipo **TERMOCICLADOR PROFLEX**; el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Prueba del funcionamiento de la pantalla LCD, y complementos del equipo. • Verificación de la cubierta climatizada (Heated Cover), de la temperatura y de la temperatura No-Uniforme (TNU). Datos de equipo	**Si cumple**	**Si cumple**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

	Nombre: Termociclador Proflex Marca: Applied Biosystem Número de serie: 2978020035901 Número de activo:18406 Ubicación: Área de PCR del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.		
17	Contratación de mantenimiento al equipo **TERMOCICLADOR VERITI THERMAL CYCLER;** el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Prueba del funcionamiento de la pantalla LCD, y complementos del equipo. • Verificación de la cubierta climatizada (Heated Cover), de la temperatura y de la temperatura No-Uniforme (TNU.). Datos de equipo Nombre: Termociclador Veriti Thermal Cycler Marca: Applied Biosystem Número de serie: 2990224283 Número de activo:14253 Ubicación: Área de PCR del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
18	Contratación de mantenimiento al equipo **MAXWELL 48 RSC**; el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Prueba del funcionamiento y alineación de la barra magnética, • Verificación de la lámpara UV, • Verificación operacional y de balance con corridas de prueba en las 48 posiciones Datos de equipo Nombre: Maxwell 48 RSC Marca: Promega Número de serie: 20000921 Ubicación: Área de extracción 1 del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
19	Contratación de mantenimiento al equipo **MAXWELL 48 RSC**; el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Prueba del funcionamiento y alineación de la barra magnética, • Verificación de la lámpara UV, • Verificación operacional y de balance con corridas de prueba en las 48 posiciones Datos de equipo Nombre: Maxwell 48 RSC Marca: Promega Número de serie: 20001105 Ubicación: Área de extracción 1 del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales	**Si cumple**	**Si cumple**
20	Contratación de mantenimiento al equipo de **CUANTIFICACIÓN QUANTSTUDIO 5DX;** el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Verificación de temperatura • Verificación de ciclaje • Revisión de partes eléctricas • Calibración de fluorocromos • Verificación de P-Rnasa Datos de equipo Nombre: QuantStudio 5DX Marca: Applied Biosystem Número de serie: (21)2745217090124 Ubicación: Área de PCR e tiempo real del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

21	Contratación de mantenimiento al equipo de **CUANTIFICACIÓN QUANTSTUDIO 5DX;** el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Verificación de temperatura • Verificación de ciclaje • Revisión de partes eléctricas • Calibración de fluorocromos • Verificación de P-Rnasa Datos de equipo Nombre: QuantStudio 5DX Marca: Applied Biosystem Número de serie: (21)2745220110340 Ubicación: Área de PCR e tiempo real del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
22	Contratación de mantenimiento al equipo **BIOMEK 4000**; el servicio consiste en lo siguiente: • Lubricación de los rieles de movimiento y de la cabeza de dispensado. • Alineacion del deck de trabajo. • Alineacion del Gripper. • Prueba de fugas de las herramientas de dispensado. • Ajuste de las dimensiones de las cajas de puntas. • Comprobación de funcionamiento • Limpieza general. Datos de equipo Nombre: Biomek 4000 Marca: Beckman Coulter Número de serie: A997490435 Ubicación: Área de Extracción del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
23	Contratación de mantenimiento al equipo **TERMOCICLADOR GENEAMP PCR SYSTEM 9700**; el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Prueba de la pantalla (display), teclado, velocidad y ciclado, • Verificación de temperaturas y de temperatura no uniforme (TNU). Datos de equipo Nombre: Termociclador GeneAmp PCR System 9700 Marca: Applied Biosystem Número de serie: 805S6101061 Número de activo:7635 Ubicación: Área de tipificación del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**
24	Contratación de mantenimiento al equipo **TERMOCICLADOR VERITI THERMAL CYCLER;** el servicio consiste en lo siguiente: • Limpieza del equipo, • Prueba del funcionamiento de la pantalla LCD, y complementos del equipo. • Verificación de la cubierta climatizada (Heated Cover), de la temperatura y de la temperatura No-Uniforme (TNU.). Datos de equipo Nombre: Termociclador Veriti Thermal Cycler Marca: Applied Biosystem Número de serie: 2990224283 Número de activo:14253 Ubicación: Área de PCR del Laboratorio de Genética ubicado en Oficinas Centrales.	**Si cumple**	**Si cumple**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

5.4 Experiencia

Número	Experiencia	Justificación	Distribuidora Comercial Zogbi, S.A. de C.V.	Luis Eduardo Campos Núñez
1	El licitante deberá acreditar en su propuesta, contar con al menos un Ingeniero y/o técnico capacitado que presenten certificados que avalen dicha experiencia, emitidos por el fabricante de los equipos objeto del presente servicio.	Para garantizar los resultados confiables es necesario presentar personal capacitado en el mantenimiento de los equipos especializados	Si cumple	No cumple
2	Copia simple de (2) contratos firmados, con entes gubernamentales o públicos, relacionado con servicios similares al objeto de la presente licitación.	El licitante deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de al menos (2) contratos firmado en su totalidad, con copia simple para garantizar la capacidad técnica, logística y administrativa.	Si cumple	No cumple

5.5 Certificados, normas y otros documentos

Número	Certificado	Justificación	Distribuidora Comercial Zogbi, S.A. de C.V.	Luis Eduardo Campos Núñez
1	Carta compromiso	Donde manifieste por escrito que su tiempo de respuesta para soporte será de 24 hrs.	Si cumple	Si cumple
2	Carta compromiso	Donde manifieste por escrito que la póliza de mantenimiento tendrá una vigencia por 12 meses incluye un mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios, suministrando las refacciones originales que se requieran.	Si cumple	Si cumple
3	Carta compromiso	Donde manifieste por escrito que dará mantenimiento a los equipos complementarios que por su naturaleza son necesarios para el funcionamiento de los equipos de los Laboratorios.	Si cumple	Si cumple
4	Copia simple de los certificados de competencia del personal técnico que prestará los servicios para la partida 1 a la 9	Nuestro laboratorio opera bajo estándares de calidad internacionales, por lo que es indispensable anexar en su propuesta una copia simple de certificaciones vigentes del personal que prestará el servicio para garantizar el mantenimiento efectivo del sistema de gestión y de las actividades técnicas del laboratorio.	Si cumple	No cumple
5	Copia simple del certificado ISO 9001:2015 o similar que avale que el licitante cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado.	Nuestro laboratorio se encuentra acreditado bajo normas internacionales por lo que es indispensable anexar en su propuesta una copia simple vigente para garantizar que el proveedor que prestara el servicio cuenta con el mantenimiento efectivo del sistema de gestión y de las actividades técnicas de la prestación del servicio.	Si cumple	No cumple
6	Carta de respaldo del fabricante para la partida 10 hasta la 24	Carta donde se señale que el fabricante respalde la propuesta técnica del licitante	No cumple No presenta carta del fabricante de las partidas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24	No cumple

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800

Fallo Desierto
Licitación Pública Nacional LPN 734/2026
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE GENÉTICA DEL IJCF"
Sin Concurrencia del Comité

7. Obligaciones del proveedor participante			
Número		**Distribuidora Comercial Zogbi, S.A. de C.V.**	**Luis Eduardo Campos Núñez**
1	Listado de al menos 5 (cinco) ingenieros y/o técnicos certificados por el fabricante de los equipos objetos del presente anexo, que realizaran el servicio de mantenimiento.	Si cumple	No cumple
2	Carta compromiso donde se exprese que la empresa adjudicada se compromete a cubrir con todos los gastos de viáticos de los técnicos que presten el servicio.	Si cumple	Si cumple

Resolutivo: En relación con lo anterior, se manifiesta que los licitantes **DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.** y **LUIS EDUARDO CAMPOS NÚÑEZ, NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requirente en las bases de la presente licitación, por lo que sus propuestas se desechan.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Av. Fray Antonio Alcalde #1221,
Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | 33 3818 2800